

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Caja de Seguro Social

Unidad Ejecutora: Ciudad de la Salud

Nombre del Director o Jefe de la Institución: Dr. Jorge NG Chinkee

Nombre del Jefe del Servicio: Profesor Alejandro Vernaza

Nivel de Atención: Nivel III: Hospitales de Especialidades, Institutos

Clasificación de Nivel de Riesgo: C - Riesgo Alto moderado. Ventilador pulmonar, implantes ortopedicos

Subcomité: LABORATORIO

Tipo de Producto: Reactivos

Nombre Genérico: El kit de extracción y purificación automatizada de ADN.

Descripción del Producto:

Kit de extracción y purificación automatizada de ADN de 1 a 16 muestras de sangre completa en 30 a 40 minutos. Ofrece un procesamiento eficiente, el kit está optimizado para lograr el máximo rendimiento, pureza y concentración. Se pueden procesar hasta 300 µl de sangre completa para producir hasta 150 ng/µl de ADN. No hay contaminación cruzada detectable entre las muestras, lo que reduce la probabilidad de retrabajos que consumen mucho tiempo. purifica muestras utilizando partículas paramagnéticas recubiertas de sílice (PMP), que proporcionan una fase sólida móvil que optimiza la captura, lavado y elución del material objetivo.

Especificaciones Técnicas

48 Maxwell® 16 LEV Cartridges (MCB)

- 50 LEV Plungers
- 50 Elution Tubes, 0.5ml
- 20ml Elution Buffer

Condiciones de almacenamiento: 15–30°C

* Reactivo para cuantificación de ADN

Fecha de Expiración: 6 MESES

Presentación: KIT X 48 PREPARACIONES

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Condiciones de almacenamiento: 15–30°C

Producto no IVD

No requiere registro sanitario

Producto RUO, se tramita con permiso especial de importación.

Correo:

al_ve_rnaza@hotmail.com

Teléfono:

6674-6668

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe
de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud