

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Hospital Santo Tomas
Unidad Ejecutora: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
Nombre del Director o Jefe de la Institución: DR. ELIAS GARCIA MAYORCA
Nombre del Jefe del Servicio: DR. MOISES GARCÍA MONTENEGRO
Nivel de Atención: Nivel III: Hospitales de Especialidades, Institutos
Clasificación de Nivel de Riesgo: C - Riesgo Alto moderado. Ventilador pulmonar, implantes ortopedicos
Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO
Tipo de Producto: Instrumental
Nombre Genérico: BANDEJA PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL

Descripción del Producto:

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL

Especificaciones Técnicas

1. Un (1) Mango de bisturí N° 3 Sólido, graduado, 12 cm (4 ¾") de longitud
2. Un (1) Mango de bisturí N° 7, 16 cm (6 ¼") de longitud
3. Una (1) Tijera de disección Mayo, recta, 14.5 cm (5 ¾") de longitud
4. Una (1) Tijera de disección Mayo, curvada, 14.5 cm (5 ¾") de longitud
5. Tres (3) Tijera de disección Metzenbaum, curva, roma/roma, 14.5 cm (5 ¾") de longitud
6. Una (1) Tijera universal para corte de alambre, angulada, 12 cm (4 ¾") de longitud
7. Una (1) Pinza de disección Micro-Adson, 1 x 2 dientes, 15 cm (6") de longitud
8. Una (1) Pinza de disección Micro Adson, 15 cm (6") de longitud
9. Una (1) Pinza Adson, en forma de bayoneta, 17.5 cm (7") de longitud
10. Una (1) Pinza de disección Taylor, 1x2 dientes, con extremo disector, 17 cm (6 ¾") de longitud
11. Una (1) Pinza de disección Taylor, 17 cm (6 ¾") de longitud
12. Una (1) Pinza de disección Gerald, recta, 17.5 cm (7") de longitud
13. Seis (6) Pinza Hemostática Halsted-Mosquito, curvo, 12 cm (4 ¾") de longitud
14. Seis (6) Pinza Hemostática Halsted-Mosquito, recta, 12.5 cm (4 ¾") de longitud
15. Cuatro (4) Pinza Hemostática Halsted-Mosquito, con dientes 1x2, curva, 14 cm (5 ½") de longitud
16. Dos (2) Pinza Hemostática Rochester-Ochsner, con dientes 1 x 2, curva, 14 cm (5 ½") de longitud
17. Cuatro (4) Pinza Hemostática Kelly, curva, 14 cm (5 ½") de longitud
18. Dos (2) Pinza de Disección y Ligadura Lahey, Curva, 18.5 cm (7 ¼") de longitud
19. Dos (2) Pinza Allis, con dientes 4 x 5, 15.5 cm (6") de Longitud
20. Dos (2) Pinza de tejido Babcock , 16 cm (6 ¼") de longitud
21. Dos (2) Pinza Foerster, estriada, recta, 20.5 cm (8") de longitud
22. Dos (2) Pinza Backhaus, 13 cm (5") de longitud
23. Dos (2) Pinza Backhaus, 16 cm (6 ¼") de longitud
24. Una (1) Pinza de reposicionamiento de hueso, 20.5 cm (8") de longitud
25. Una (1) Pinza para reposicionamiento de hueso, autocentrante, 18.5 cm (7 ½") de longitud
26. Dos (2) Gancho Joseph, agudo, 15.5 cm (6")
27. Un (1) Gancho Joseph, 2.0 mm de ancho, 16.5 cm (6 ½") de longitud

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVOS Y OTROS

28. Un (1) Gancho Joseph, 5.0 mm de ancho, 16.5 cm (6 ½") de longitud
29. Un (1) Retractor Volkman, agudo, 1 garra, 22 cm (8 ¾") de longitud
30. Un (1) Retractor Volkman, semiagudo, 1 garra, 22 cm (8 ¾") de longitud
31. Un (1) Cureta ósea Volkman, ovalada, tamaño de cuchara entre 2,8 mm y 14,5 mm, 17 cm (6 ¾") de longitud
32. Dos (2) Cureta de Antro Coakley, 17 cm (6 ¾") de longitud
33. Una (1) Cureta Lucas, Fig. 84., 18 cm (7") de longitud
34. Un (1) Elevador de Periostio Seldin, 19.5 cm (7 ¾") de longitud
35. Dos (2) Elevador de Periostio Freer, doble extremo, tamaño de hoja 1: 5,0 mm, tamaño de hoja 2: 5,0 mm, afilado/roma, 18.5 cm (7 ¼") de longitud
36. Un (1) Elevador de Periostio Molt, 18 cm (7") de longitud
37. Dos (2) Elevador de Periostio Martin-Langenbeck, ancho de hoja entre 5 y 8 mm, 17 cm (6 ¾") de longitud
38. Un (1) Desmarres, ancho de hoja 14mm, 16 cm (6 ¼") de longitud
39. Un (1) Desmarres, ancho de hoja 18mm, 16 cm (6 ¼") de longitud
40. Un (1) Micro Portaagujas, para suturas 5.0-8.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno, recto, con seguro, 18cm (7") de longitud
41. Un (1) Micro Portaagujas, para suturas 5.0-8.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno, curvo, con seguro, 18cm (7") de longitud
42. Un (1) Portaagujas Castro viejo Micro, delicado, para suturas 7.0-12.0, recto, 18cm (7") de longitud.
43. Un (1) Portaagujas Castro viejo Micro, delicado, para suturas 7.0-12.0, curva, 18cm (7") de longitud.
44. Dos (2) Pinza de torsión de alambre Berry, UltraGrip, patrón pesado, con inserciones de carburo de tungsteno, 19 cm (7 ½") de longitud
45. Un (1) Retractor Parker-Langenbeck (US Army), Fig. 1: 21 x 15 mm - 40 x 15 mm, Fig. 2: 25 x 15 mm - 45 x 15 mm, longitud total 21,5 cm (8 ½")
46. Un (1) Retractor Wassmund, 33 x 21 mm, 20,5 cm (8") de longitud
47. Un (1) Retractor Desmarres, entre 14 y 18mm de ancho, 16 cm (6 ¼") de longitud
48. Dos (2) Retractor Senn-Miller, romo, tamaño de hoja 20x7mm, 16 cm (6 ¼") de longitud
49. Un (1) Separador de Labios y Mejillas Orringer, Mediano, 10.75cm (4 ¼") de longitud
50. Un (1) Depresor de lengua Wieder, ancho de hoja 36mm, 14 cm (5 ½") de longitud
51. Un (1) Sostenedor de Lengua Young, 15 cm (6") de longitud
52. Un (1) Abreboca Roser-Koenig, 20 cm (8") de longitud
53. Un (1) Abrebocas Molt, de 11 cm (4 ¼") de longitud
54. Un (1) Abrebocas Molt, 13 cm (5") de longitud
55. Un (1) Retractor de labios y mejillas Bishop, ancho de hoja 27mm, 13.5 cm (5 ¼") de longitud
56. Un (1) Retractor Minnesota, 14.5 cm (5 ¾") de longitud
57. Un (1) Retractor Langenbeck, tamaño de hoja de 30x11mm de ancho, 22.5 cm (8 ¾") de longitud
58. Un (1) Retractor Langenbeck, tamaño de hoja de 30 x 16 mm de ancho, 22.5 cm (8 ¾") de longitud.
59. Una (1) Pinza de Desimpactación Rowe, izquierda, 22,5 cm (8 ¾") de longitud
60. Una (1) Pinza de Desimpactación Rowe, derecha, 22,5 cm (8 ¾") de longitud
61. Un (1) Rongeur de Hueso Friedman, 12,5 cm (5") de longitud
62. Un (1) Rongeur de Hueso Friedman, 13.5 cm (5 ¼") de longitud
63. Un (1) Espéculo nasal Killian, Fig. 3, largo de hoja 75mm, 13 cm (5") de longitud
64. Una (1) Succión Yankauer Completa, Desmontable, 31 cm (21 ¼") de longitud
65. Una (1) Succión Frazier, 2mm de diámetro (6Charr.), 19,5 cm (7 ¾") de longitud
66. Una (1) Succión Frazier, 3mm de diámetro (9Charr.), 19,5 cm (7 ¾") de longitud
67. Una (1) Succión Frazier, 4mm de diámetro (12Charr.), 19,5 cm (7 ¾") de longitud
68. Un (1) Espejo Bucal Dental, entre 22 y 24mm de diámetro.
69. Una (1) Jeringa de Aspiración Dental



**FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS**

- 70. Un (1) Martillo de hueso Mead, con discos de plástico intercambiables, 27.0 mm de diámetro, 320 gramos, 19 cm (7 1/2") de longitud
- 71. Un (1) Pocillo 40 x 19 mm, 20 ccm
- 72. Un (1) Pocillo Ø 61 x 30 mm, 70 ccm
- 73. Una (1) Riñonera 200 x 140 x 38 mm
- 74. Un (1) Contenedor para los instrumentos con dimensiones de 585 x 280 x 155mm

LA UNIDAD EJECUTORA PODRA ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Fecha de Expiración: N/A

Presentación: POR UNIDAD

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

1. Garantía mínima de 5 años
2. Cumplir con los Estándares Internacionales de Aseguramiento de la Calidad.
3. Debe traer impreso y visible la fecha de Manufactura, número de lote, marca del fabricante, país de origen, Código QR
4. Presentar Certificado de Fábrica de Instrumental Nuevo.

Correo: moigarcia20@yahoo.com

Teléfono: +507 6618-1970

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud