

Acta de Especialidades Médicas
Del 14 de septiembre de 2005

Hoy 14 de septiembre de 2005 a las 9:35 a.m., el Subcomité de Especialidades Médicas y los siguientes oferentes Luis Espinosa, Tekmedic, S.A, Hiram Rodríguez, Irumed, S.A. y Ataulfo Rodríguez, Hospitalia, S.A inician un proceso de homologación de equipo.

Participan en la reunión como especialista, Ing. Ricardo Soriano,

SE PROCEDE A HOMOLOGAR CON LOS PROVEEDORES LOS SIGUIENTES EQUIPO

MESA DE METAL PARA EXAMEN FISICO

Mesa (camilla) de metal para examen físico que consta de:

- Acero resistente esmaltado u otro material resistente a la corrosión.
- Bases con puertas o gavetas.
- Posición Fowler.
- Colchoneta de vinyl.
- Rodillos para el papel de camilla.
- Estribos giratorios móviles y ajustables.
- Dimensiones aproximadas: Ancho entre 25.6" y 27" x Alto entre 34" y 37" x Largo extendido entre 70" y 72".
- Manual.
- Toma corriente eléctrico grado hospitalario
- Piecero abatible.

Documentos para revisar, los expedientes:

- 1 Antecedentes de uso o
- 2 Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 - a. FDA o TUV o CSA o CE.
 - b. O que en el catalogo original conste las certificaciones solicitadas

OBSERVACIONES PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

- 1- Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
- 2- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
- 3- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

MESA DE METAL PARA MEDICINA GENERAL

Mesa (camilla) de metal para examen físico que consta de:

- Acero resistente esmaltado u otro material resistente a la corrosión.
- Bases con puertas o gavetas.
- Elevación de cabeza.
- Colchoneta de vinyl.
- Rodillos para el papel de camilla.
- Dimensiones aproximadas: Ancho entre 25.6" y 27" x Alto entre 34" y 37" x Largo extendido entre 70" y 73".
- Manual.

Documentos para revisar, los expedientes:

- 1 Antecedentes de uso o
- 2 Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:

- a. FDA o TUV o CSA o CE.
- b. O que en el catalogo original conste las certificaciones solicitadas

OBSERVACIONES PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

- 1- Garantía de **un (1)** año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
- 2- **Un (1)** ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
- 3- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

MESA / CAMILLA PARA EXAMEN DE GINECO / OBSTETRICIA.

Especificaciones Técnicas:

- Con funcionamiento manual o eléctrica
- De acero inoxidable o acero esmaltado, u otro material resistente a la corrosión.
- Base con compartimentos de almacenamiento con puertas o gavetas.
- Con capacidad de adoptar posición Fowler.
- Tapicería sin costura fácil de limpiar, de vinyl fuerte y durable, **sin costura lateral.**
- Con bandeja para calentar instrumentos.
- Un par de estribos giratorios y ajustables, con restringidores.
- Rodillo para papel.
- Toma corriente eléctrico, calidad grado hospitalario.

Documentos para revisar, los expedientes:

- 1 Antecedentes de uso o
- 2 Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 - a. FDA o TUV o CSA o CE.
 - b. O que en el catalogo original conste las certificaciones solicitadas

OBSERVACIONES PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

- 1- Garantía de **un (1)** año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
- 2- **Un (1)** ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
- 3- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

PROCEDIMOS A HOMOLOGAR ESTOS EQUIPOS EN VISTA QUE LA ENFERMERA DESIGNADA NO SE PRESENTO A LA REUNION. QUEDANDO PENDIENTE DE REVISION DE LA FICHA POR PARTE DE LA ENFERMERA.

Siendo las 10:10 a.m. finalizamos la reunión programada para este día.

Nombre	Empresa o Institución