

Acta de Especialidades Medicas
Del 30 de junio de 2006

Hoy 28 de mayo de 2006 siendo las 9:30 a.m., el Subcomité de Laboratorios y los siguientes oferentes inician un proceso de homologación de los equipos:

UNIDAD DE 24 EMPAQUES CALIENTES

Descripción:

- § Construidos en Acero Inoxidable con parrilla interna para organizar empaques.
- § Con capacidad para 24 empaques calientes
- § Dimensiones aproximadas: 51 X 81 X 84 cm.
- § Con ruedas, Termostato y Manguera de desagüe.
- § **Que incluya mínimo 24 empaques caliente, tamaño estandar**

Observaciones:

- § Garantía de mano de obra y pieza por dos (2) años a partir de la fecha de la instalación y funcionamiento del equipo
- § Diagrama de Servicio en Español.
- § Calendario de mantenimiento durante el primer año.
- § Certificado de repuesto por cuatro (4) años
- § Fuente de alimentación: 110 – 240 V 50-60 Hz

Firma	Institución