

Acta de Especialidades Médicas
20 de septiembre de 2006

Hoy 20 de septiembre de 2006 siendo las 9:15 a.m., el Subcomité de Especialidades Médicas , con la participación de los siguientes proveedores Pharmed Group, Import Medical, Medical Depot, Quimifar, S. A., Hospirenta inician un proceso de homologación del equipo de Electrocardiografo de un Canal (Diagnóstico Para Interpretaciones De Electrocardiografía)

La necesidad del servicio es explicado por el especialista y se procede a homologar este equipo:

Ficha Técnica 44816

ELECTROCARDIÓGRAFO DE UN CANAL

~~DIAGNÓSTICO PARA INTERPRETACIONES DE ELECTROCARDIOGRAFIAS~~

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1.-Pantalla digital que permita programar

~~—Frecuencia cardiaca~~

* Velocidad de papel de 25 y 50mm/seg. como mínimo.

* Modos de trabajo: automático y manual

* Filtros muscular y de red como minimo

2- Teclado **de control** ~~alfa numérico~~

3. Programa de manejo en español.

4 Sistema de detección de fallas de captación de señal en los electrodos

5. Impresora térmica integrada al equipo, **que permita la adquisición de 12 derivaciones**

6. Batería recargable con duración de una (1) hora como mínimo

7. Protección contra desfibrilador

8. Requerimientos eléctricos entre 110- 120 voltios/60Hz.

Accesorios:

~~—Carro de transporte de la misma marca del equipo.~~

1. Cable de paciente de diez (10) salidas con terminación tipo banana.

2 Electrodo tipo **lagarto** **1 juego de diez** (10) ~~pinza~~ y **1 juego de seis (6)** perillas con cuatro placas electrodos con su correa (~~1 juego de diez de cada tipo~~)

3. **Un** Tubo de gel conductor.

4, Diez (10) rollos de papel

DOCUMENTOS PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES:

1. Antecedente de uso o

2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:

a. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO9000.

b. o que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

