Acta No 2 de Especialidades Médicas
3 de abril de 2007

Hoy 3 de abril de 2007 siendo las 1:35 p. m., el Sub-comité de Especialidades Médicas con la participación de la Licda. Maritza de Alves, enfermera del Complejo Hospitalario Metropolitano, Manuel Quintero del Depto. De Biomédica del Ministerio de Salud y los siguientes proveedores: Rodolfo Arias de Resema, S. A., Fernando Centanaro de Promed, S. A. y César Adames de Alquimedica, S. A. se reúnen para el proceso de homologación del siguiente equipos

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE ESTA HOMOLOGACION SE HACE TOMANDO EN CONSIDERACION QUE SON MOBILIARIOS HOSPITALARIOS.

**CARRO PORTA CUADRICULA
FICHA TECNICA 48090**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Construcción en aluminio o acero inoxidable
2. Con repisa inferior
3. Cuatro ruedas de 3" mínimo y dos ruedas con frenos
4. Capacidad mínima de 20 cuadrículas

Documentos para revisar, los expedientes:

1. Antecedentes de uso o
2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 - .a FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
 - .b que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Certificación emitida por el fabricante de que el insumo es nuevo no reconstruido.
3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

**PORTA CUADRICULAS DE CARRUSEL
FICHA TECNICA 48091**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Construcción de acero inoxidable o aluminio
2. Con diseño de montaje para mesa
3. Capacidad mínima de 20 cuadrículas
4. Uso exclusivo para porta expediente metálico

Documentos para revisar, los expedientes:

1. Antecedentes de uso o
2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 1. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
 2. que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Certificación emitida por el fabricante de que el insumo es nuevo no reconstruido.
3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

PORTA EXPEDIENTE METALICO

FICHA TECNICA 48092

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Construcción de aluminio fuerte o metal
2. Capacidad para 150 o más hojas
3. Apertura por la parte superior

Documentos para revisar, los expedientes:

1. Antecedentes de uso o
2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 1. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
 2. que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Certificación emitida por el fabricante de que el insumo es nuevo no reconstruido.
3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

CARRO CON RODOS DE DOS REPISAS PARA TRASLADO DE EQUIPO

FICHA TECNICA 48093

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Construcción en acero inoxidable o metal
2. Capacidad mínima de 200 lbs o más
3. ~~De 2 a 3 repisas mínimo~~
4. Con 4 ruedas de 3" a 5" de diámetro mínimo y 2 ruedas con freno
5. Con agarradero y protector

Documentos para revisar, los expedientes:

3. Antecedentes de uso o
4. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 1. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
 2. que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Certificación emitida por el fabricante de que el insumo es nuevo no reconstruido.
3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

CARRO CON RODOS DE TRES REPISAS PARA TRASLADO DE EQUIPO FICHA TECNICA 48103

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Construcción en acero inoxidable **o metal**
2. Capacidad mínima de 200 lbs **o más**
3. ~~De 2 a 3 repisas mínimo.~~
4. Con 4 ruedas de 3" a 5" de diametro **mínimo** y 2 ruedas con freno.
5. Con agarradero y protector

Documentos para revisar, los expedientes:

1. Antecedentes de uso o
2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 1. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
 2. que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Certificación emitida por el fabricante de que el insumo es nuevo no reconstruido.
3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

MESA DE COMER PARA PACIENTE

FICHA TECNICA 48087

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Base y columna en acero inoxidable **o metal o recubierta con resina epoxica**
2. Con mecanismo de altura ajustable ~~de cilindro de gas.~~
3. Con 4 ruedas y 2 con frenos

~~El equipo deberá cumplir con la normativa vigente, exigidas para dicha aparatología, con presentación de certificados que lo acrediten.~~

~~Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán validadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.~~

Documentos para revisar, los expedientes:

1. Antecedentes de uso o
2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 1. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
 2. que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Certificación emitida por el fabricante de que el insumo es nuevo no reconstruido.
3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

MESA DE NOCHE DE USO HOSPITALARIO

FICHA TECNICA 48086

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Construcción en acero o plástico ABS
2. Metal recubierto con pintura epoxica o plástico ABS
3. Tablero superior de plástico ABS o metal
4. Con gaveta y cajón
5. Tablilla superior deslizable y soporte lateral.

~~El equipo deberá cumplir con la normativa vigente, exigidas para dicha aparatología, con presentación de certificados que lo acrediten. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán validadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.~~

Documentos para revisar, los expedientes:

1. Antecedentes de uso o
2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 1. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
 2. que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Certificación emitida por el fabricante de que el insumo es nuevo no reconstruido.
3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

LAS HOMOLOGACIONES DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS NO SE DIERON YA QUE NO SE PRESENTARON LAS EMPRESAS QUE OFRECEN ESTOS PRODUCTOS:

1. CALIENTA BIBERONES
2. DOSIFICADOR DE BIBERONES
3. HOMOGENIZADOR DE BIBERONES

Siendo las 2:25 p.m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta

FIRMA	INSTITUCIÓN