

Acta No 1 de Especialidades Médicas
4 de abril de 2007

Hoy 4 de abril de 2007 siendo las 9:30 a. m., el Sub-comité de Especialidades Médicas con la participación de la Ing. Katia Guerra, Ing. Ricardo Soriano del Depto. De Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, Licda. Maritza de Alves, enfermera del Complejo Hospitalario Metropolitano, Manuel Quintero del Depto. De Biomédica del Ministerio de Salud y los siguientes proveedores: Rodolfo Arias de Resema, S. A., Fernando Centanaro y Marlon Ramos de Promed, S. A., Horacio Cárdenas de Arrendadora Técnica, S. A., Clemente Batista de Distribuidora Médico Panameña, César Adames de Alquimed, S. A., Algis Barrios de Abastecedora Global, S.A. se reúnen para el proceso de homologación del siguiente equipos

EN CUANTO A LA HOMOLOGACION DEL SILLON Y UNIDAD DE ORL, SE TOMAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA FICHA 40076 YA QUE INCLUYE LA UNIDAD Y EL SILLON DE ORL SOLICITADAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE PANAMA ESTE. ESTA FICHA SE ACTUALIZA CON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL PLENO Y ACEPTADAS POR EL PERSONAL TECNICO.

NOMBRE DEL EQUIPO

CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (SUCCION / PRESION) HOMOLOGADO EL 31-08-05

FICHA TECNICA 40076

Centro de diagnóstico portátil de otorrinolaringología (succión / presión), que incluye lo siguiente:

1. Silla motorizada giratoria **y reclinable, altura variable**, soporte para los brazos **abatible y sistema manual o eléctrico**.
2. Interruptor de encendido y apagado de la unidad principal, dos interruptores de las unidades para succión y presión con o sin ~~dos (2) o mas~~ salidas eléctricas.
3. Sistema de aire comprimido con control automático o manual.
4. Dispensador de medicamentos
5. Manubrio de irrigación
6. Bomba o sistema de succión
7. Calentador de espejos
8. Depósito o gavetero para instrumental
9. Calentador de espejos laringeos
10. Sostenedor de lámpara de cabeza
11. Vasija de lavado ~~con succión automática~~
12. Requerimiento Eléctrico entre 110 y 120 V / 60 Hz.

Accesorios:

1. Dispensador para botellas de medicamentos
2. Filtros (10)
3. 5 botellas de succión **entre 750 a 1,500 cc o más** reutilizables
4. Una boquilla de pistola pulverizadora
5. Cuatro juegos para spray
6. Dos botellas para irrigar
7. Una botella para hacer presión nasal
8. **Lámpara frontal**

Documentos para revisar, los expedientes en CTNI:

- 1 Antecedentes de uso o
- 2 Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 - a. FDA o TUV o CSA o CE. y adicional UL o IEC o ISO9000
 - b. O que en el catalogo original conste las certificaciones solicitadas

RECOMENDACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía..
5. Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.:-enfermeras y asistentes.
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo, al personal de Biomédica.
7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

Siendo las 10:25 a.m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta

FIRMA	INSTITUCIÓN