

Acta de Especialidades Médicas
5 de marzo de 2007

Hoy 5 de marzo de 2007 siendo las 10:00 a. m., el Sub-comité de Especialidades Médicas con la participación del Dras. Yolanda Silva, Delvis Moreno Del Servicio de Fisioterapia Complejo Hospitalario Metropolitano y los siguientes proveedores: Luis Miranda de Horacio Icaza y cía., Ataulfo Rodríguez de Hospitalía, S. A., Hiram Rodríguez de Iru-med, S. A. y Magda Tagles de Importaciones Nemmesis se reúnen para el proceso de homologación de los siguientes equipos:

1. Bicicleta estática
2. Ejercitador elíptico
3. Determinador de grasa corporal
4. Pesa digital de paciente encamado
5. Manta térmica por aire caliente

BICICLETA ESTÁTICA CON RESPALDAR PARA ADULTO
Ficha Técnica 47793

Descripción:

Bicicleta estática para adultos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Estructura en metal sólido con revestimiento en plástico resistente

Asiento con respaldar

Asiento con distancia ajustable

Con manubrios laterales al asiento y/o frontales

Con variados niveles de resistencia

Con pantalla que despliegue como mínimo: tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, velocidad, revoluciones por minuto (RPM), nivel de resistencia, calorías

Pedales con bandas ajustables

Capacidad de peso ~~máximo~~ **minima** del usuario: ~~entre 300 lbs y 500 lbs~~

~~Dimensiones no mayores: 64" de largo x 25" de ancho x 55" de alto~~

Suministro de energía eléctrica: autogenerada o **suministro eléctrico 110-120 V 60 Hz o autoregurable**

Documentos para la revisión de expedientes en el CTNI:

1. Presentar Catalogo OriginAL
2. Antecedentes de uso o
3. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
FDA o TUV o CSA o CE
O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español
3. Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, al personal usuario que tendrá a su cargo la operación del equipo.
4. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido
5. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de

repuestos por un período de 7 años mínimo

BICICLETA ESTÁTICA SIN RESPALDAR PARA ADULTO Ficha Técnica 47794

Descripción:

Bicicleta estática para adultos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Estructura en metal sólido con revestimiento en plástico resistente

Asiento sin respaldar

Asiento con distancia ajustable

Con manubrios laterales al asiento y/o frontales

Con variados niveles de resistencia

Con pantalla que despliegue como mínimo: tiempo, distancia, frecuencia cardiaca, velocidad, revoluciones por minuto (RPM), nivel de resistencia, calorías

Pedales con bandas ajustables

Capacidad de peso **minima** del usuario: 300 lbs

Suministro de energía eléctrica: autogenerada o **suministro eléctrico 110-120 V 60 Hz o autoregurable**

Documentos para la revisión de expedientes en el CTNI:

1. Presentar Catálogo Original
2. Antecedentes de uso o
3. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
FDA o TUV o CSA o CE
O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español
3. Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, al personal usuario que tendrá a su cargo la operación del equipo.
4. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido
5. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.

EJERCITADOR ELIPTICO Ficha Técnica 47795

Descripción:

Ejercitador elíptico para entrenamiento cardiovascular y musculoesquelético.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Estructura en metal sólido con revestimiento en plástico resistente

Longitud de paso ajustable

Con manubrios dinámicos y fijos

Con variados niveles de resistencia

Con pantalla que despliegue como mínimo: tiempo, frecuencia cardiaca, nivel de resistencia, calorías, calorías por hora, pasos por minuto y pasos totales, METS,

~~Monitor cardiaco~~

Con pedales

Capacidad de peso ~~máximo~~ **minima** del usuario: ~~entre 300 lbs y 500 lbs~~

~~Dimensiones no mayores: 81" de largo x 26" de ancho x 68" de alto~~

Suministro de energía eléctrica: autogenerada o **suministro eléctrico 110-120 V 60 Hz o autoregurable**

Documentos para la revisión de expedientes en el CTNI:

1. Presentar Catalogo Original
2. Antecedentes de uso o
3. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
FDA o TUV o CSA o CE
O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español
3. Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, al personal usuario que tendrá a su cargo la operación del equipo.
4. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido
5. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 5 años mínimo.

Se firma el acta para el servicio de fisioterapia y se continua con otro equipo

FIRMA	INSTITUCIÓN

MANTA TERMICA POR AIRE CALIENTE

Descripción:

Equipo que permite regular la temperatura corporal del paciente pediátrico o adulto por método no invasivo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Equipo rodable

Con control electrónico

Panel de control

Con indicador de la temperatura seleccionada

Alarmas audibles y visibles

Sistema neumático

Termostato de protección de sobretemperatura como mínimo

Potencia máxima de calentamiento de 42 a 44° C

Sistema de apagado automático en caso de falla o sobrecalentamiento

Con contador de horas de servicio

Nivel de ruido menor de 50 dB

Tiempo de calentamiento menor o igual a 1 minuto

Alimentación eléctrica 110-120V/50-60 Hz

ACCESORIOS:

6. Sábana desechable de material antialérgico, antiestático, de combustión lenta en tamaño adulto y pediátrico
7. Extremidades superiores (1 de cada tamaño)
8. Extremidades inferiores (1 de cada tamaño)
9. Cuerpo completo (1 de cada tamaño)
10. Filtro de aire para partículas de 0.2 micrometros (1 unidad)

Documentos para la revisión de expedientes en el CTNI:

6. Antecedentes de uso o
7. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 8. FDA o TUV o CSA o CE
 9. O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE:

6. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción
7. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español
8. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.
9. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora solicitante, durante el período de garantía.
10. Brindar entrenamiento de operación de dos (2) mínimo, al personal del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.
11. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de seis (6) horas al personal de Biomédica
12. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido
13. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo

14. Tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante