Acta No de Especialidades Médicas
16 de mayo de 2007

Hoy 16 de mayo de 2007 siendo las 1:48 p. m., el Sub-comité de Especialidades Médicas con la participación de la Janeth Aguilar enfermera del Instituto Oncológico Nacional, Dr. E. Lopez Calzadilla del Hospital Santo Tomas, Joany Delgado del Depto. De Biomédica del Insituto Oncologico Nacional, y los siguientes proveedores: Raymond Johnson Multitek Pacifico, se reúnen para el proceso de homologación del siguiente equipos

**VIDEO BRONCOSCOPIO DE 6MM
FICHA TECNICA 48501**

DESCRIPCION:

Equipo para el diagnóstico de vías aéreas y toma de muestras y biopsia

100% COMPATIBLE CON LOS VIDEOPROCESADORES EXISTENTES EN LA UNIDAD SOLICITANTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Totalmente sumergible en agua, detergente enzimático y solución química según fabricante
2. Campo de visión de 120 grados
3. Dirección de observación 0 grados
4. Profundidad de campo 3 a 100 mm
5. Diámetro distal 6mm
6. **Diametro del tubo de insercion de 6mm**
7. Angulación mínima de: hacia arriba 180 grados, hacia abajo 130 grados
8. Largo de trabajo 600mm
9. Largo total 870mm
10. Canal de trabajo de 3mm

Debe incluir los siguientes accesorios:

1. Veinte (20) válvulas desechables para el canal de biopsia
2. Veinte (20) válvulas **desechable** de succión
3. Mínimo 4 cepillos de limpieza **largo**
4. Mínimo 4 cepillos de limpieza **corto**
5. **Dos pinzas de biopsia reusables y esterillizables en autoclave**
6. **Dos boquillas reusables y esterilizables en autoclave**
7. **Tubo de irrigacion de limpieza**

OBSERVACIONES RECOMENDADAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS QUE DEBERA CUMPLIR LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE EL ACTO PUBLICO:

Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español

Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes **con su numero de catálogo**, diagramas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.

Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía

Brindar entrenamiento de operación de 2 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo

después de la garantía.

Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

Siendo las 1:58 p.m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta

FIRMA	INSTITUCIÓN