Acta de Especialidades Médicas
19 de julio de 2007

Hoy 19 de julio de 2007 siendo la 9:50 a. m., el Sub-comité de Especialidades Médicas con la participación del Ing. Ricardo Soriano, Biomédico de la Caja de Seguro Social, el Dr Roberto Epifanio, del Servicio de Ginecología del Complejo Hospitalario Metropolitano y los siguientes proveedores: Fernando Centanaro de Promed, S. A. se reúnen para la homologación de los siguientes equipos:

- a) Cama de parto hidráulica
- b) Cama de parto electrohidráulica

SE INICIA A LAS 10:00 a. m. DANDO TIEMPO PARA QUE SE PRESENTEN OTRAS EMPRESAS, YA QUE ES LA SEGUNDA VEZ QUE SE CONVOCA Y SOLAMENTE SE PRESENTA UN SOLO PROVEEDOR.

CAMA DE PARTO HIDRAULICA MANUAL

FICHA TECNICA 49182

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Base y pedestal resistentes, de material inoxidable
2. Con capacidad de bajar la **cama** a 29 pulgadas o menos y para subir a **36** pulgadas o mas.
3. Capacidad de soportar **370** libras o más.
4. ~~Colocación de posición de trendelenburg~~ **inclinación del respaldo** hasta 70 grados.
5. Dimensiones exteriores de 200 cm de largo o más y **98** cm de ancho o más.
6. **Con sistema de ajuste manual** del ~~plano~~ **apoya piernas y apoya pies**
7. Freno en las cuatro ruedas.
8. ~~Elevación pélvica del asiento~~ **Con capacidad para posición de trendelenburg de 12° o más y trendelenburg reverso de 5° o más entre 8° y 15° grados.**
9. Manubrios de tracción **metálicos ajustables, con manubrios acolchonados**
10. **Barandales laterales abatibles**
11. **Tableros de la cabeza y de los pies desmontables**

ACCESORIOS:

1. Colchoneta impermeable de grosor mayor o igual a 10 cm, resistente a los desinfectantes.
2. Cubeta **de acero inoxidable**, removible para desechos
3. Soportes acolchonados o revestidos de material de fácil limpieza y desinfección **tanto** para piernas **como** para pies.

DOCUMENTOS PARA REVISAR, LOS EXPEDIENTES:

1. Antecedentes de uso o
2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
  - a) FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
  - b) o que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE:

1. Garantía de dos (2) años mínimo, en piezas y mano de obra, a partir de la fecha aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.
5. Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo, al personal que tendrá a su

- cargo la operación del equipo.
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal de biomédica.
  7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
  - 8- Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.
  - 9- El tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante

CAMA DE PARTO ELECTROHIDRAULICA ELECTRICA

FIHCA TECNICA 49183

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Base y pedestal resistentes, de material inoxidable
2. Con sistema eléctrico controlado por pedal para las siguientes funciones:
  - a) Subir y bajar la cama
  - b) Subir y bajar el respaldo
  - c) Trendelenburg
  - d) Inclinación pélvica
3. Controles en barandales para sistema eléctrico de subir y bajar cama y respaldo
4. Capacidad de bajar la cama a 25 pulgadas o menos y para subir a 38 pulgadas o más
5. Capacidad de soportar 370 libras o más.
6. ~~Colocación de posición de trendelenburg~~ Inclinación del respaldo hasta 70 grados.
7. Dimensiones exteriores de 215 cm de largo o más y 100 cm de ancho o más.
8. Sistema de ajuste manual del ~~plano~~ apoya piernas y apoya pies
9. Freno en las cuatro ruedas.
10. ~~Elevación pélvica del asiento~~ Con capacidad para posición de trendelenburg de 12° o más y trendelenburg reverso de 5° o más ~~entre 8° y 15° grados.~~
11. Capacidad de inclinación pélvica hasta 17° o más
12. Manubrios de tracción metálicos ajustables, con manubrios acolchonados
13. Barandales laterales abatibles
14. Tableros de la cabeza y de los pies desmontables
15. Sistema de bloqueo central de las funicones eléctricas
16. Sistema manual para posición en caso de reanimación cardiopulmonar (RPC)
17. Batería de respaldo integrada a la cama
18. Alimentación eléctrica 110-120 voltios/ 60 Hz

ACCESORIOS:

1. Colchoneta impermeable de grosor mayor o igual a 10 cm, resistente a los desinfectantes.
2. Cubeta de acero inoxidable, removible para desechos
3. Soportes acolchonados o revestidos de material de fácil limpieza y desinfección tanto para piernas como para pies.

4. Un atril ajustable de dos ganchos

DOCUMENTOS PARA REVISAR, LOS EXPEDIENTES:

1. Antecedentes de uso o
2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
  - a) FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO
  - b) o que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE:

1. Garantía de dos (2) años mínimo, en piezas y mano de obra, a partir de la fecha aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.
5. Brindar entrenamiento de operación de **24** horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo.
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de **16** horas mínimo, al personal de biomédica.
7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
8. Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.
9. El tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.

ESTAS DOS FICHAS (49182 Y 49183) AMPLIAN Y REEMPLAZAN A LA FICHA TECNICA 23962 HOMOLOGADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2004.

Siendo las 10:45 a. m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta

FIRMA	INSTITUCIÓN