

Acta 3 de Especialidades Médicas  
6 de julio de 2007

Hoy 6 de julio de 2007 siendo la 11:10 a. m., el Sub-comité de Especialidades Médicas con la participación de la Ing. Kathia Guerra, Biomédico de la Caja de Seguro Social, el Dr. Marcos Mislov del Servicio de Anestesiología del Complejo Hospitalario Metropolitano y los siguientes proveedores: Horacio Cárdenas de Arrendadora Técnica, S. A., Abel Almanza de Medical Depot, S. A., , Justina Hernández de Meditech International, Marjorie Bonilla de DMD Panamá, S. A., Jacinto Jaen de Kendall S.A. se reúnen para la homologación de los siguientes equipos:

1. Equipo de Neuroestimulación
2. Manta térmica por aire caliente
3. Campímetro computarizado
4. Bomba infusora para jeringuilla

**MANTA TÉRMICA POR AIRE CALIENTE**

**FICHA TECNICA 47817**

**DESCRIPCIÓN:**

Equipo que permite regular la temperatura corporal del paciente pediátrico o adulto por método no invasivo.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

1. Equipo **con base rodable como mínimo**
2. **Con panel de control electrónico**
3. Con indicador de la temperatura seleccionada.
4. Alarma visible **como mínimo**
5. ~~Sistema neumático~~
6. Termostato de protección de sobret temperatura ~~como mínimo~~
7. **Temperatura máxima de calentamiento entre 42 a 46 °C**
8. Sistema de apagado automático en caso de falla o sobrecalentamiento
9. ~~Con contador de horas de servicio~~
10. Nivel de ruido menor de **55 dB**
11. Tiempo de calentamiento **de flujo de aire** menor o igual a 1 minuto
12. Alimentación eléctrica 110-120V/60Hz

**ACCESORIOS:**

1. Sábana o manta desechable de material antialérgico, antiestático, **retardante al fuego** en tamaño adulto y pediátrico:
  - a) **Parte superior del cuerpo tamaño adulto (10 unidades)**
  - b) **Parte inferior del cuerpo tamaño adulto(10 unidades)**
  - c) **Cuerpo completo tamaño adulto (10 unidades)**
  - d) **Cuerpo completo tamaño pediátrico (5 unidades)**
2. **Filtro de aire adicional para partículas de 0,2 micrones o menor (1 unidad).**

**DOCUMENTOS PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES:**

5. Antecedentes de uso o
6. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes especificaciones:
  1. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO.
  2. o que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

**OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE:**

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes,

diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.
5. Brindar entrenamiento de operación de 2 horas mínimo, al personal del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 6 horas mínimo, al personal de Biomédica.
7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.
9. El Tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.

Siendo las 12:45 p. m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta

FIRMA	INSTITUCIÓN