Acta de Especialidades Médicas
7 de noviembre de 2007

Hoy 7 de noviembre de 2007 siendo las 9:00 a. m., el Sub-comité de Especialidades Médicas con la participación del Dr. Victor Julio del Servicio de Neurocirugía del Complejo Hospitalario Metropolitano, y los siguientes proveedores: Julissa Ng, Janina Lee, ServiMedic Panama, S. A., Patricia Avendaño Tenor del Istmo, S.A., Luis Miranda Horacio Icaza y Cia., Maria Luisa Muñoz Ortosistema, S. A. se reúnen para el proceso de homologación de los siguientes equipos:

1. Sistema de fijación espinal toraco lumbar vía percutánea quedara pendiente para el próximo miércoles 7 de noviembre de 2007
2. La revisión de las Fichas quedara pendiente hasta que las empresas presenten sus documentación.

No se realiza esta homologación pues falta la siguiente información, que deberán entregar las empresas,

1. **En este sistema que se ofrece se incluye el sacro (S1)**
2. **En la cantidad de vértebra que se puede instrumentar simultáneamente en el acto quirúrgico**
3. **Si su sistema tiene forma de promover artrodesis**

Quedara pendiente siempre que los proveedores entreguen la información solicitada antes del miércoles 14 de noviembre, enviar al correo vicjulio3@gmail.com, Comité tecnico: dillys.palacios@gmail.com

SISTEMA DE FIJACION ESPINAL TORACO LUMBAR VIA PERCUATANEA

DESCRIPCION:

Sistema de fijación espinal toraco lumbar para tres cuerpos vertebrales por vía percutánea que consta de:

Tornillos multiaxiales canulados de titanio, de 5.5, 6.5 y 7.5mm con longitudes entre 30 y 55mm, para introducirlos por un alambre guía. Deben permitir la introducción de una barra de 5.5mm, predobladas con longitudes entre 30 a 90mm, de manera mínimamente invasiva.

La introducción de la barra debe ser por medio de un arco.

Observación:

El sistema debe ser de titanio o aleación de titanio (con componente mayor de titanio). La empresa debe proveer la bandeja de instrumentos que permitan utilizar todos los tornillos y/o ganchos para fijación de las barras a la columna. Las mismas deben ser esterilizables en autoclave.

La compañía proporcionará los diferentes tamaños existentes y presentará el material ofrecido en un seminario taller a todos los médicos funcionarios del Servicio ofertante antes de la compra.

Garantía no menor de un año. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, CE, FDA, etc)

Se crea una nueva Ficha Técnica

SUSTITUTO OSTEOINDUCTOR DE HUESO, EN FORMA INYECTABLE PARA NEUROCIRUGIA HOMOLOGADO 7-11-07

FICHA TECNICA 50437

Sustituto oseo osteoinductor estéril para utilizarse como injerto oseo o para facilitar la fusión en los segmentos que lo requieran o para el tratamiento de pseudoartrosis y o reparación de defectos oseos.

Este sustituto esta conformado de proteínas morfogeneticas como elemento preponderante y un portador que impida la dispersión no controlada del elemento principal (proteína morfogenetica)

La presentación debe ser en un dispensador o jeringuilla listos para usarse; o que permita su preparación en el dispensador o jeringuilla en el momento antes de su utilización.

Contar con **algunas de estas** presentaciones **entre** 0.5cc, o 1 cc, o 2.5 cc, o 3cc, o 5 cc, o 8cc, o 10 cc