

Acta N° 2 de Medicoquirúrgico
25 de marzo de 2008

Hoy 25 de marzo de 2008 siendo la 10:20 a. m., el Sub-comité de Medicoquirúrgico con la participación de la Licda. Xenia Pryce, el Ing. Ricardo Soriano del Depto. De Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, la Ing. Olga Romero, Biomédica del Minsa, Raúl Vásquez, Manuel Sosa, Roberto Moreno personal de DENADE/CSS y los siguientes proveedores: Hiram Rodríguez de Hospitalía, S. A., Luis Miranda de Horacio Icaza y cía. y José Tabares de Supplies Trading y Emergencias 2000 se reúnen para el proceso de homologación de los siguientes equipos

**CAMILLA DE TRANSPORTE DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA AMBULANCIAS
TIPO II Y III DE SOPORTE AVANZADO A LA VIDA
FICHA TECNICA 57063**

Descripción:

Camilla utilizada para la atención y transporte del paciente fuera de área hospitalaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Construida con marco de aluminio tubular.
2. Posiciones
3. Posición de choque, Fowler (tronco y piernas), trendelenburg, supina, mínimo cinco posiciones de altura en la camilla, palancas para controlar la altura en el piecero de la camilla y en la parte media de la camilla.
4. Con cuatro ruedas giratorias mínimo de 4" de diámetro y 2" de ancho. Ruedas con sistema de balinera selladas.
5. Dos ruedas fijas pequeñas en la parte superior para facilitar su entrada a la ambulancia.
6. Barandales laterales integrados al marco plegables o abatibles
7. Con dispositivo de quiebre automático para la entrada a la ambulancia.
8. Capacidad de soporte de peso de 500 lbs. o más.
9. Con freno mínimo en dos ruedas.
10. Con protector para las dos patas delanteras
11. Con soporte de la colchoneta de aluminio o poliuretano

ACCESORIOS:

1. Dos correas de nylon con cierres de broche.
2. Dos de correas que den soporte al pecho y hombros del paciente.
3. Dos de correas para las extremidades inferiores del paciente,
4. Sistemas de anclaje delantero y trasero de la camilla a la ambulancia.
5. Con colchoneta fácil de lavar y sin costuras.
6. Kit de lubricación y limpieza

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA EL GANADOR DEFINITIVO:

1. Con garantía de un año a partir de la fecha de entrega.
2. Manual de operación en español.
3. Certificación emitida por el fabricante de que la camilla es nueva no reconstruida

Siendo las 11:20 a. m. se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN

