

Acta N° 37
Subcomité de Imaginología

Fecha: 14 de julio de 2010

Hora: 08:00 a. m.

No hay Quórum

Reunión Ordinaria

Miembros participantes:

Doctor Baltasar Isaza del Complejo Hospitalario Metropolitano

Doctor Gonzalo Sierra de la Caja de Seguro Social

Doctor Héctor Tapia del Instituto Oncológico Nacional

Doctor Israel Lara del Ministerio de Salud se encuentra de vacaciones

La Doctora Marisol Ng de Lee del Hospital Santo Tomas llamo para indicar que no puede asistir.

Se contó con la participación del Ingeniero Ricardo Soriano Biomédico de DNEGTS de la Caja de Seguro Social.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y discusión de Correspondencia
3. Pendiente a Revisar
4. Asuntos Varios

I. VERIFICACION DEL QUORUM

1. Siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la reunión ordinaria correspondiente al día de hoy con la participación de tres (3) Sub-comisionados.

II. LECTURA Y DISCUSION DE CORRESPONDENCIA

- a. Se revisó la Circular N° 20-CTNI enviada por la Secretaria Ejecutiva en la cual nos habla sobre las homologaciones de los equipos.

III. PENDIENTE A REVISAR:

- a. Nota DNEyGTS-1071-2010 del 13 de abril de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la homologación del Equipo de Ultrasonido Transportable.
- b. Nota DNEyGTS-1283-2010 del 26 de abril de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la homologación del Equipo de Ultrasonido Portátil para Anestesiología. Estará pendiente de consensuar el día de la homologación.
- c. Nota AC-038-P-CSS de 28 de junio de 2010, enviada por la empresa Promoción Medica, S.A., en la cual solicita la revisión del equipo Radiográfico con Sistema de Radiografía Digital DR ficha técnica 100420.
- d. Nota S/N de 15 de junio de 2010, enviada por la empresa Technomedical de Panamá, S.A., en la cual solicita la revisión de la ficha 101287.
- e. Nota BSSS100706AD1 de 06 de julio de 2010, enviada por la empresa Biomedical Support & Systems, Inc, S.A., en la cual envía sus observaciones del equipo Sistema de Radiografía con detector digital plano, alto nivel ficha 101500, Sistema de Radiografía con detector digital plano, con suspensión cielitica, alto nivel ficha 101502, Sistema de Radiografía con detector digital plano, con suspensión a piso o piso-techo nivel básico, nivel básico ficha 101503, Sistema de Radiografía con detector digital plano, con suspensión a piso o piso-techo nivel básico, alto nivel ficha 101504.
- f. Nota BSSS100706AD2 de 06 de julio de 2010, enviada por la empresa Biomedical Support & Systems, Inc, S.A., en la cual envía sus observaciones del Equipo Ultrasonido Doppler color nivel alto, Equipo Ultrasonido Doppler color nivel Básico, Equipo Ultrasonido Doppler color nivel Intermedio.

- g. Nota S/N de 05 de julio de 2010, enviada por la empresa Electrónica Medica, S.A., en la cual envía sus observaciones del equipo, Sistema de Radiografía con detector digital plano, con suspensión cielitica, alto nivel ficha 101502, Sistema de Radiografía con detector digital plano, con suspensión a piso o piso-techo alto nivel ficha 101504.
- h. Nota S/N de 07 de julio de 2010, enviada por la empresa Technomedical de Panamá, S.A., en la cual solicita la revisión de la ficha 101287.
- i. Nota MINSA-CTNI 210-0019 de 12 de julio de 2010, enviada por la empresa Horacio Icaza y Cia. S.A., en la cual envía sus observaciones del Equipo Angiografo FDP para Cardiología.
- j. Nota MINSA-CTNI 210-0020 de 12 de julio de 2010, enviada por la empresa Horacio Icaza y Cia. S.A., en la cual envía sus observaciones del Equipo Angiografo FDP para Cardiología.
- k. Nota S/N de 07 de julio de 2010, enviada por la empresa Electrónica Medica, S.A., en la cual envía sus observaciones del equipo Tomógrafo Multicortes de 256 cortes o mayor.

IV. ASUNTOS VARIOS:

- La Licenciada Eneida de Bolívar revisó algunas de las fichas técnicas que no cuentan con información, las mismas fueron enviada vía fax para ser entregadas para su revisión al Dr. Isaza y al Dr. Tapia.

Siendo las 09:00 p. m. se firma la presente acta.

APROBADO

NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA
Dr. Israel Lara	Ministerio de Salud	VACACIONES
Licdo. Roberto Quintero	Ministerio de Salud	_____
Dr. Alfredo Macharavialla	Universidad de Panamá	NO ASISTIO
Dr. Julio Vallarino	Universidad de Panamá	NO ASISTIO
Dr. Eric Chong	Hospital del Niño	NO ASISTIO
TRM. Dalila de Bermúdez	Hospital del Niño	NO ASISTIO
Dra. Marisol Ng de Lee	Hospital Santo Tomas	EXCUSA
Dr. Mario Lee	Hospital Santo Tomas	NO ASISTIO
Dr. Gonzalo Sierra	Caja de Seguro Social	
TRM. Eneida de Bolívar	Caja de Seguro Social	_____
Dr. Baltasar Isaza	Complejo Hospitalario Metropolitano	

Dr. Elías Luque	Complejo Hospitalario Metropolitano	_____
Dr. Héctor Tapia	Instituto Oncológico Nacional	
TRM. Dixia Rivera	Instituto Oncológico Nacional	_____

Ingeniero Ricardo Soriano DNEGTS Caja de Seguro Social _____

Magíster Jackeline Sánchez
Secretaria Ejecutiva-CTNI

IMA/JS/em