

Acta N° 50
Subcomité de Imaginología

Fecha: 29 de septiembre de 2010
Hora: 08:05 a. m.
Hay Quórum
Reunión Ordinaria

Miembros participantes:

Doctor Israel Lara del Ministerio de Salud
Doctor Gonzalo Sierra de la Caja de Seguro Social
Doctor Elías Luque del Complejo Hospitalario Metropolitano
Doctor Eric Chong del Hospital del Niño
Doctora Marisol NG del Hospital Santo Tomás

Se contó con la participación del Ing. Ricardo Soriano de DNEyGTS de la Caja de Seguro Social y los especialistas en Cardiología Doctor Roberto Blandón del Hospital Santo Tomás y el Doctor José Remón del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid para la revisión del equipo Angiografo FDP para uso en Cardiología:

El subcomité se reunió con los cardiólogos y se aclaran dudas en relación con el sistema de electrofisiología del Equipo Angiografo FDP para uso en Cardiología y por tal razón concluye con la homologación del equipo con Ficha Técnica 101696.

Se revisan las especificaciones técnicas de la Ficha 101591 del Tomógrafo multicortes de 256 cortes o mayor.

Se agrega el siguiente parámetro dentro de las especificaciones del Gantry:

Ancho total de los detectores en eje "z": 80mm ó mayor.

Se modifica el punto 3 de las características del detector que queda así:

Resolución espacial de bajo contraste de 5mm ó menor al 0.3% de contraste y 30mGy o menor, grosor de corte de 10mm ó menor, con el uso de un fantoma de CATPHAN de 20.

Se modifica el punto 3 de la consola del operador que queda así:

Capacidad de almacenar datos crudos de 292GB o más.

Se revisa la Ficha Técnica con CTNI 101502 del Sistema de Radiografía con Doble Detector Digital Plano con Suspensión Cielítica, Alto Nivel. Se modifica el punto 5.4 que queda así:
Eficiencia de Contenido Cuántico (DQE) a 2 lp/mm 27% o mayor

ORDEN DEL DIA

1. Comprobación del Quórum Reglamentario
2. Lectura y discusión de la Correspondencia externa e interna
3. Pendiente a Revisar
4. Asuntos Varios

I. VERIFICACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO:

1. Siendo las 8:05 a.m. se da inicio a la reunión ordinaria correspondiente al día de hoy con la participación de cinco (5) Sub-comisionados.

II. LECTURA, DISCUSIÓN DE LA CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA:

- a. Nota S/N del 21 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Electrónica Médica, S.A., en la cual solicitan se consideren algunas sugerencias para Tomógrafo Multicortes 256 ó mayor, Sistema con Doble Detector Digital Directo con Suspensión Cielítica Alto Nivel y Sistema de Digitalización de Imágenes Radiográficas (CR). Se revisa la misma.

III. PENDIENTE A REVISAR:

- a. Nota AC-053-P-CSS de 20 de julio de 2010, enviada por la empresa Promoción Medica, S.A., en la cual solicita la revisión del Equipo Radiográfico Básico N° 1

- ficha técnica 81151; Equipo Radiográfico y Fluoroscopio Digital ficha técnica 81230; Equipo móvil de Brazo en C de Nivel avanzado ficha técnica 81400; Equipo de Radiografía Básico N° 3 ficha técnica 100402; Equipo Radiográfico con Sistema de Radiografía Digital DR ficha técnica 100420; Sistema de Radiografía Digital Portátil DR ficha técnica 100421; Equipo de Rayos X Portátil Motorizado con sistema digital DR ficha técnica 100458; Equipo de Tomografía de 16 cortes N° 3 ficha técnica 101334.
- b. Nota 275/DIDTS/DGS de 05 de agosto de 2010, enviada por el Dr. Humberto Olarte jefe del DIDTS, en la cual solicita la revisión de las fichas técnicas 27822 y 80762.
 - c. Nota S/N del 17 de agosto de 2010, enviada por la empresa Technomedical de Panamá, en la cual solicitan la revisión de la ficha técnica 101287 de la Microesfera para Embolización.
 - d. Nota 283/DIDT/DGS de 11 de agosto de 2010, enviada por el Dr. Humberto Olarte jefe del DIDTS, en la cual le da respuesta a la empresa Horacio Icaza y Cia., con respecto a la ficha técnica 101205
 - e. Nota AC-064-P-CSS de 13 de agosto de 2010, enviada por la empresa Promoción Medica, S.A., en la cual solicita la revisión de la ficha técnica 100458 del Equipo de Rayos X portátil motorizado con sistema digital DR.
 - f. Nota S/N de 24 de agosto de 2010, enviada por la empresa Electrónica Medica, S.A., en la cual solicita la revisión de la ficha técnica 101696 del Angiografo para Cardiología.
 - g. Nota BSS100831AD1 de 31 de agosto de 2010, enviada por la empresa Biomedical Support & Systems, Inc., en la cual solicitan la revisión de la ficha técnica 101500 del Equipo Sistema de Radiografía con detector plano, de alto nivel, 101503 del Equipo Sistema de Radiografía con detector plano, con suspensión a piso o piso-techo nivel básico, 101504 del Equipo Sistema de Radiografía con detector plano, con suspensión a piso o piso-techo alto nivel, 101502 del Equipo Sistema de Radiografía con detector plano, con suspensión cielitica, alto nivel.
 - h. Nota BSS100906AD1 de 06 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Biomedical Support & Systems, Inc., en la cual solicitan la revisión de la ficha técnica de los Equipo de Ultrasonido Doppler color nivel intermedio y alto.
 - i. Nota MINSА-CNTI 210-0026 del 07 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Horacio Icaza y Cia, S.A., en la cual envían sus observaciones del equipo a homologar el día de hoy.
 - j. Nota MINSА-CNTI 210-0027 del 07 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Horacio Icaza y Cia, S.A., en la cual solicitan que se revisen la ficha técnica 101709 del equipo de ultrasonido doppler color nivel básico
 - k. Nota MINSА-CNTI 210-0028 del 07 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Horacio Icaza y Cia, S.A., en la cual solicitan que se revisen la ficha técnica 101710 del equipo de ultrasonido doppler color nivel intermedio
 - l. Nota AC-082-P-CT del 10 de septiembre de 2010, enviada por la empresa PROMED, S.A., en la cual solicita la ampliación de la ficha técnica del Mamógrafo Digital Directo.
 - m. Nota MINSА-CTNI 210-0030 del 14 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Horacio Icaza, en la cual solicitan cambios en el sistema de Mamografía Digital Directo.
 - n. Nota S/N del 15 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Electrónica Médica, en la cual hace referencia a la circular 27-10, respecto a la ficha del Equipo de Mamografía Digital Directo
 - o. Nota N°361/UEGV/HST del 15 de septiembre de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomás en la cual solicitan la creación de la Ficha Técnica Inyector de Medio de Contraste para uso en Angiografía.
 - p. Informe de asistencia de los meses de julio y agosto de 2010, enviado por la Secretaria Ejecutiva del Comité Técnico Nacional Interinstitucional.
 - q. Nota 191-10/DRS/DNFD del 23 de septiembre de 2010, enviada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, en la cual comunican que no existe reglamentación sobre los medios de contrastes y que por esa razón no se les está emitiendo Registro Sanitario.
 - r. Nota MINSА-CTNI 210-0029 del 27 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Horacio Icaza y Cia, S.A., en la cual solicitan se tomen observaciones de algunos cambios a la Ficha Técnica 101711 de Equipo de Ultrasonido Doppler Color Nivel Alto.

IV. PENDIENTE A HOMOLOGAR:

- a. Nota DNEyGTS-1283-2010 del 26 de abril de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la homologación del Equipo de Ultrasonido Portátil para Anestesiología. Está pendiente de programación debido a que no fue sometida a evaluación por la anuencia de la Dirección Nacional de Radiología de la CSS.

V. ASUNTOS VARIOS

- Nota 3567DIDTS7DGS del 17 de septiembre de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud del Ministerio de Salud, la cual hace referencia a los medios de contrastes.
- Circular N°31 CTNI del 28 de septiembre de 2010, sobre los formularios e instructivos de solicitud de Elaboración-homologación, actualización y corrección de fichas técnicas.
- Nota S/N del 28 de septiembre de 2010, enviada por la empresa Promoción Médica, en la cual solicitan ampliación a la Ficha Técnica 101802 correspondiente a Mamógrafo Digital.

Siendo las 10:50 a.m., se firma la presente acta.

APROBADO

NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA
Dr. Israel Lara	Ministerio de Salud	
Licdo. Roberto Quintero	Ministerio de Salud	_____
Dr. Alfredo Macharavialla	Universidad de Panamá	NO ASISTIO
Dr. Julio Vallarino	Universidad de Panamá	NO ASISTIO
Dr. Eric Chong	Hospital del Niño	
TRM. Dalila de Bermúdez	Hospital del Niño	_____
Dra. Marisol Ng de Lee	Hospital Santo Tomas	
Dr. Mario Lee	Hospital Santo Tomas	_____
Dr. Gonzalo Sierra	Caja de Seguro Social	
TRM. Eneida de Bolívar	Caja de Seguro Social	_____
Dr. Baltasar Isaza	Complejo Hospitalario Metropolitano	_____
Dr. Elías Luque	Complejo Hospitalario Metropolitano	

Dr. Héctor Tapia	Instituto Oncológico Nacional	NO ASISTIO
TRM. Dixia Rivera	Instituto Oncológico Nacional	NO ASISITO

Magíster Jackeline Sánchez
Secretaria Ejecutiva-CTNI

IMA/JS/am