

**ACTA N° 32
LABORATORIO**

2 de octubre de 2007

Hoy, 2 de octubre de 2007 a las 11:00 a.m., en el salón JJ Molina, se reúne el Subcomité de Laboratorio con la participación del Lic. Ramón Gustavo Ruiz, Lic. David Cortés, Licdo. Carlos Justo, Licda. Erika Batista por el Instituto Oncológico Nacional y los siguientes proveedores: Mitzel Botello de PROMED, S. A. se inicia el proceso de homologación del siguiente equipo: Agregometro.

**AGREGOMETRO
FICHA TÉCNICA 61754**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Permita hacer análisis de agregación como: Adrenalina, Colágeno, Epinefrina, ADP, Ristocetina, Cofactor de Ristocetina, **trombina, acido araquidonico**, .
2. Presente alta sensibilidad para varias concentraciones de plaquetas.
3. Pocillos con agitador magnético estabilizados a 37° C.
4. 2 Canales con pocillos de espera cada canal y sus respectivos pocillos para análisis de muestra.
5. Realice medición de agregabilidad, ~~tante~~ en sangre completa por impedancia eléctrica, ~~o~~ por densidad óptica en Plasma Rico en Plaquetas, además de realizar medición por luminiscencia.
6. **Se Con capacidad de** interfase con un computador que nos permita contar con una base de datos con capacidad de memorizar análisis realizados (gráficos de las curvas de agregación) y que permita la impresión de resultados en cualquier momento.

OBSERVACIONES

1. Garantía de 2 años en piezas y mano de obra a partir de la fecha de instalación y entrega a satisfacción.
2. Manual de Operación y funcionamiento (original) al momento de la entrega del equipo.
3. Manual de Servicio Técnico, debe incluir lista de partes al momento de la entrega del equipo.
4. Entrenamiento de Operación de 15 horas al personal que tendrá a cargo la operación del equipo.
5. Certificación emitida por el fabricante que el equipo es nuevo y no reconstruido.
6. Presentará carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller, piezas, repuesto y personal idóneo que les permita brindar mantenimiento preventivo y correctivo.

Accesorios

1. Impresora que realice impresiones de alta calidad a colores.

Siendo las 11:35 a. m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución