ACTA N° 18
LABORATORIO
24 de abril de 2007

Hoy, 24 de abril de 2007 a las 2:00 p.m., en el salón JJ Molina, se reúne el Sub-comité de Laboratorio con la participación de la Licdo David Cortés, Licdo. Francisco Marriaga, Esthela Otero de Barrios por Abastecedora Global se inicia el proceso de homologación de los siguientes equipos:

**AUTOCLAVE DE MESA ELECTRONICO - AUTOMATICO PARA
LABORATORIO REVISIÒN**

FICHA TÉCNICA 61067

1. El usuario puede seleccionar temperatura que alcance 138 °C y duración de 1 a 99 minutos
2. Manubrios refractarios al calor
3. 2 bandeja
4. 2 Contenedor de acero inoxidable ~~340 x 340 Mm.~~
5. Cámara de acero inoxidable 316 L
6. Puerta de acero inoxidable con sistema de cierre de doble seguridad
7. Que tenga 6 Ciclos de esterilización
8. Monitoreo de Temperatura, Indicador de presión, Luces indicadoras de Trabajo y encendido
9. Interruptor de encendido y apagado / Alarmas audibles y visuales
10. Requerimientos eléctricos 220-240 voltios 60 Hz
11. Capacidad de 85 litros
12. Diámetro o altura mínimo 15 pulgadas
13. Interfase RS 232
14. Certificación ASME

II Psicómetro

SEGUNDO LLAMADO NO PARTICIPÓ NINGUNA EMPRESA

FICHA TÉCNICA 61168

Reloj de pared para determinar el clima ambiental

1. Que determine Humedad y Temperatura
2. Rango de temperatura -20 °C a 55 °C con subdivisiones de 1.5 °C.
3. Humedad relativa de 0 % a 100 %
4. uso de batería "AA"
5. Diámetro máximo de 10 pulgadas
6. De cristal de cuarzo