

Acta N° 11 de Laboratorio
01 de Julio de 2008

Hoy, 01 de Julio de 2008 siendo las 8:00 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne con el Sub-comité de Laboratorio, con la participación del Licdo. David Cortes del Ministerio de Salud, Licda Pola Ramírez de la Caja de Seguro Social, Licda. Samantha Rosas del Instituto Conmemorativo Gorgas, Licdo. Alejandro Montero del Hospital Santo Tomás, el Medico Especialista Dr. Jaime Arias Patólogo de la Caja de Seguro Socia, y los siguientes proveedores: Rolando Barragán de Rochem Biocare Panamá, Milca Méndez de Bio-Científica, S.A., Dora Lucía Contreras, Selma de León, Moisés Delgado de Promoción Medica, S.A., Yeneanski Cabrera de Horacio Icaza, inician el proceso de homologación de los siguientes equipos:

LOS SIGUIENTES EQUIPOS QUEDAN PENDIENTE PARA EL MARTES 8 DE JULIO:

- 1. CITÓMETRO DE FLUJO DE 9 COLORES CON 3 LÍNEAS DE EXCITACIÓN.
- 2. ULTRACENTRÍFUGA CON FILTRO HEPA.
- 3. BALANZA DE TORSIÓN

CONTINUAMOS CON LA HOMOLOGACION DE:

1. DISPENSADOR DE PARAFINA

- 1. Capacidad de 5 a 6.25 galones (19 litros aproximadamente) de parafina derretida.
- 2. Control termostatico de temperatura **o por micro procesador**
- 3. Temperatura ambiente hasta 65°C
- 4. Carcasa externa de acero inoxidable ~~de aluminio~~ **ó polímetro plástico resistente al calor**
- 5. **Carcasa interna de aluminio**
- 6. Llave dispensadora ~~a una altura cómoda que permita recipientes grandes~~, sin goteos
- 7. Tapa que permite monitorizar y llenar el nivel de la parafina
- 8. **Corriente eléctrica** de 100 a 120 v/ 60hz ~~(reloj incorporado)~~.

Observaciones:

- 1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.
- 2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
- 3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.
- 4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el período de garantía.
- 5. Brindar entrenamiento de operación de 2 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo: tecnólogos médicos y asistentes de laboratorio.
- 6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 2 horas mínimo, al personal de biomédica.
- 7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
- 8. Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuesto por un período de siete (7) años mínimo.

FIRMA	INSTITUCIÓN

2. SILLON PARA EXTRACCIÓN DE DONANTES

Ficha técnica 61066

- 1. Diseñada para mantener los pies elevados mientras proporciona una **confortable postura cómoda** para largos periodos de tiempo.
- 2. Sillón ambidextro.
- 3. ~~3. Con descansabrazo que eleva el brazo de 29" a 36" del piso y también proporciona una altura de trabajo cómoda para el técnico;~~
- 4. El descansabrazo debe rotar y puede moverse desde cualquier lado de la silla para acomodar procedimientos de brazo izquierdo o derecho.
- 5. Con relleno de espuma de 2" ó más y tapizado en vinilo.
- 6. Que permita elevar los pies por medio de motor.
- 7. Con una cubierta desprendible para fácil limpieza y protección **para pies y cabeza**
- 8. Capacidad de soportar un peso ~~máximo~~ de 250 lb. ó más.
- 9. Dimensiones máximas: largo 80" x altura ~~50"~~ **52"** x altura del asiento 26"
- 10. Con capacidad de adoptar postura de Trendelenburg

OBSERVACIÓN:

- 1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.
- 2. Un (1) ejemplar del instructivo en español.
- 3. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
- 4. Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.
- 5. Presentara carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller y piezas de repuesto.

Siendo las 09:33 a. m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN