

Acta N° 02 de Laboratorio
09 de Junio de 2009

Hoy, 09 de Junio de 2009, siendo las 09:10 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Subcomité de Laboratorio, con la participación de la Licda. Blasina Aguilar y Licda Ittel de Cubillas del Ministerio de Salud, del Licdo. Gustavo Ruiz de la Caja de Seguro Social, Licdo. Francisco Marriaga del Complejo Hospitalario Metropolitano, Licdo. Carlos Justo del IGGES, Ing. Ricardo Soriano del Departamento de Evaluación y Gestión de Tecnología Sanitaria de la C.S.S, a su vez participó el especialista: Licda. Linda Quintero de la Coordinación de Laboratorio de Los Santos, conjuntamente con los siguientes proveedores: Selma de León y Andel González de Promoción Médica, S.A., Ramón Castellanos de Bio-Lab, Internacional S.A., Adonis Marín de Bio-Lab, S.A., inician el proceso de Homologación del siguiente equipo:

La Licda Quintero hace mención a que el equipo se requiere por el bajo consumo que se tiene en el hospital y que solicitan un equipo pequeño por el espacio reducido del Laboratorio.

ANALIZADOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y HEMATOCRITO PARA INSTALACIONES DE BAJO CONSUMO CON CAPACIDAD DE ANALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICAS DE URGENCIA.

Ficha Técnica: 100773

Descripción: Para la determinación de gases arteriales, electrolitos y hematocrito, entre 25 y 35 pruebas.

ESPECIFICACIONES:

- ~~Alimentación de 2 baterías de lithium de 9V recargables~~
- Volumen de muestra entre 95uL y 150 uL
- Calibración automática (~~mecánica, electrónica, térmica y por presión~~)
- Tiempo de análisis entre 90 y 120 seg
- Tipo de muestra: venosa, arterial y capilar ~~que tenga la capacidad de utilizar sangre no anticoagulada~~
- Capacidad de introducción de datos de la fracción inspirada de oxígeno (FiO2)
- Pruebas de medición: de gases arteriales, electrolitos y Hematocrito Na, K, Cl, Ph, PCO2,, Ca i, nitrógeno de Urea, glucosa, BNP, ACT Kaolin y LITE
- Pruebas de cálculo Hb, TCO2, ~~Becf, ANION GAP~~, Saturación de O2, HCO3, BE-ecf, BE.
- Capacidad para identificar al paciente y almacenamiento de datos alfanumérico
- Software de operación en español.
- Que incluya valores de referencia y limites de alerta en el reporte
- Que no requiera cambios de electrodos ni membranas
- Impresora térmica ~~portátil infrarroja térmica~~
- Requerimiento eléctrico entre 110 y 120V/60 HZ ó Baterías Recargables con su base respectiva para cargar la batería ~~Alimentación de 2 baterías de lithium de 9V recargables~~

ACCESORIOS:

- § En caso de que el equipo requiera baterias el proveedor debe entregar un juego adicional de Baterías recargables de littium
- § Dos rollos de papel térmico

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGO:

1. Garantía de un (2) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

