

Acta N° 63  
Subcomité de Laboratorio

Fecha: 9 de noviembre de 2010

Hora: 9:00 a.m.

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes:

Licda. Erika Cano Mendoza del Ministerio de Salud

Licdo. Alejandro Montero del Hospital Santo Tomás

Licda. Irene Espinosa del Instituto Oncológico Nacional

Miembros Invitados:

Siendo las 9:00 a.m., el Subcomité de Laboratorio conjuntamente con los proveedores Milka Mendez de Bio Científica, Selma De León y Neries De La Cruz de Promoción Médica, Magda Villarreal, Ingrid Serrano y Sarix Puga de Inversiones Sagrav, se presentaron para esta homologación.

Esta homologación fue solicitada mediante nota LAB.324-10-10 del 19 de octubre de 2010, enviada por el Instituto Oncológico Nacional.

### **DISPENSADOR SEMIAUTOMATIZADO DE MEDIOS DE CULTIVO**

1. Capaz de dispensar una amplia gama de volúmenes con alta exactitud.
2. Compatible con tubos o platos de diferentes calibres.
3. Diámetro aproximado de tubo ~~de~~ **entre** 1 a 8mm.
4. Volúmenes aproximados de dosis: **entre** 0.1 mL a ~~9999~~ **17000**mL
5. Programable en idioma español con diferentes protocolos de dosificación.
6. Con memoria que permita guardar la programación.
7. Dimensiones aproximadas: **mínimo** 200 mm **y máximo** 350mm de alto x **mínimo** 190 ~~205~~ mm **y máximo** 250mm de ancho x **mínimo** 150 ~~190~~ mm **máximo** 390mm de profundidad.
8. Requerimientos eléctricos: 100-240 VAC/60 Hz.
9. Interruptor de mesa **o de pie**
10. Soporte lateral **para sostener las mangueras**

### **ACCESORIOS:**

Que incluya: Dos (2) mangueras de repuesto (el usuario elegirá el diámetro de las mangueras).

### **OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS:**

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.
5. Brindar entrenamiento de operación de 2 horas mínimo, programadas, al personal

