

ACTA DE MEDICOQUIRURGICO # 6

Reunión iniciada el 29 de septiembre de 2004; se inicia de a las 10:20 a. m. el subcomité de Medicoquirúrgico y los siguientes oferentes, Hospitalia, S. A., Vitalmedic, S. A., Panama Health Provider, S.A., Goldsmith Internacional, Bioinfar, S.A., Horacio Icaza y Cia., , se reunieron para finalizar la homologación de los equipos DERMATOMO ELÉCTRICO, SIERRA PARA CORTAR/ASPIRAR VENDAJE DE YESO, SIERRA OSCILANTE PARA CORTAR VENDAJE DE YESO, CONSOLA DE TORNIQUETE TOTALMENTE AUTOMÁTICO Y NEUMÁTICO, se cuenta con la asistencia de los médico especialistas, Dr. Ricardo Ying (ortopeda), Dr. Ricardo Neil (ortopeda), Dr. Daniel Lozano (ortopeda), Dr. Gabriel Sánchez (ortopeda), Dr. Edgardo Germán (Tecnología Sanitaria)

Esta información será comunicada a todos los que convocaron.

LOS EQUIPOS QUE NO SE TRATARON EN EL DÍA DE HOY QUEDARAN PARA EL PROXIMO MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE A PARTIR DE LA 9:30 AM

DERMATOMO ELÉCTRICO

Debe tener 1 unidad de poder 110/120 voltios y de 60 ciclos (Hz),
1 pieza de mano para obtener injerto de 0 a 0.035" (0 a .79 mm.),
que permita cortes de 1" a 4".

1 destornillador para fijar placas

1 caja de 10 hojas para dermatomo

1 caja para esterilización del equipo

1 cordón eléctrico para conexión a la red

1 cordón eléctrico para pieza de mano

SIERRA PARA CORTAR/ASPIRAR VENDAJE DE YESO CON SISTEMA DE EXTRACCION

Sierra oscilante para cortar/aspilar vendajes de yesos, fibras de vidrio o material sintético, fuerte, capacidad eléctrica de 110 a 120 voltios, 50 a 60 Hz.

Mango ergonómico. Velocidad oscilante alta (minimo15,000 oscilaciones por minuto), velocidad oscilante baja (minimo10,500 oscilaciones por minuto)

Bajo nivel de ruido, con control de velocidades en la pieza de mano.

Suministro de bajo voltaje, capacidad de bolsa colectora mayor de 5 litros.

Debe incluir 5 bolsas colectoras, 3 hojas de sierra cortante, además incluir todos los accesorios que requiera para su utilización, llave de ajuste y para cambio de la sierra.

Aspiradora con filtro, con cuatro ruedas como mínimo, de fácil desplazamiento sobre cualquiera superficie.

OBSERVACIONES:

Garantía no menor de 1 año. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad (ISO 9001, CE, UL), Manual de operaciones, partes y de mantenimiento en español.

El proveedor debe dar el adiestramiento necesario al personal encargado sobre el funcionamiento y mantenimiento del equipo. Presentar panfleto ilustrado.

Termino de entrega: 30 días

SIERRA OSCILANTE PARA CORTAR VENDAJES DE YESO

Sierra oscilante para cortar vendajes de yesos, fibras de vidrio o material sintético, fuerte, capacidad eléctrica de 110 a 120 voltios, 50 a 60 Hz.

Mango ergonómico. Velocidad oscilante alta (mínimo 15,000 oscilaciones por minuto), velocidad oscilante baja (mínimo 10,500 oscilaciones por minuto)

Bajo nivel de ruido, con control de velocidades en la pieza de mano.
Suministro de bajo voltaje.

3 hojas de sierra cortante, además incluir todos los accesorios que requiera para su utilización, llave de ajuste y para cambio de la sierra.

CONSOLA DE TORNIQUETE TOTALMENTE AUTOMÁTICO Y NEUMÁTICO

Totalmente automático

Silencioso

Doble control integrado permitiendo la intervención de miembro superior e inferior en un mismo acto quirúrgico y aplicación de anestesia regional.

La alarma audiovisual se activa:

Si algunas de las mangueras se colapsa

Si existe algún escape y al termino del tiempo

1 base rodante para torniquete, con canasta para accesorios y soporte ajustable para soluciones.

7 brazaletes para torniquete de 8'', 12'', 18'', 24'', 30'', 34'', 42'' (1 C/U)

2 juegos de mangueras para torniquete

OBSERVACIÓN:

Incluye **entrenamiento en español**. Garantía no menor de 2 años en pieza y mano de obra y por desperfectos de fabrica. Cumplir estándares internacionales de aseguramiento de la calidad (ISO 9001, CE). **Manuales de operación y partes en español**.

