Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ACTA DE MEDICOQUIRURGICO # 5

Continuación de la reunión iniciada el 8 de agosto de 2004; hoy 12 de agosto de 2004, se inicia de a las 10:20 a. m. el subcomité de Medicoquirúrgico y los siguientes oferentes, Baxter de Panamá, S. A., Promed, S. A., se reunieron para finalizar la homologación de la Maquinas Cicladoras, se cuenta con la asistencia del médico especialistas en Nefrología, Dr. Rafael Pérez, se lee la nota en la cual la Cìa. Baxter, indica que si tiene la maquina con tarjeta pero no esta disponible para América Latina por lo que las especificaciones y los puntos anteriormente discutidos quedaron así:

Se solicita confirmar el peso de las maquinas y las dos indican que aproximadamente 25 libras, el punto de la batería se mantiene como sigue:

1.1.21 Batería interna o **externa** de respaldo de por lo menos de dos horas.

En el punto 1.1.20 que dice memoria de tratamiento previos por lo menos de dos semana.

Se corrige de la siguiente manera:

Memoria interna de tratamientos previos por lo menos de dos semanas, o dispositivo portátil para lectura en el consultorio.

Las especificaciones adicionales y el entrenamiento se entregan para el conocimiento de los oferentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS PRESENTES

EMPRESA / INSTITUCIÓN DE SALUD	**NOMBRE**