

ACTA DE MEDICOQUIRURGICO # 3

Hoy 22 de julio de 2004, el Subcomité de Medicoquirúrgico y los siguientes oferentes, Horacio Icaza y Cía., S.A. Bioinfar, S. A. Droguería Ramón González Revilla, S. A. Baxter de Panamá, S. A., L.T.R., S.A., Grupo Mayfer, S. A. Promed, S. A. ,se reunieron para homologar con los oferentes las fichas técnicas de los equipos que serán adquiridos por las diferentes Instituciones Nacionales de Salud.

Se recibe la asistencia de los médicos especialistas solamente el Dr. Julio Jurado de Neumología.

El equipo de Asesores Médicos de las siguientes especialistas Nefrología, Oftalmología, Optometría y Otorrinolaringología. No asistieron por lo que las siguientes empresas se retiran, Droguería Ramón González Revilla, S. A. Baxter de Panamá, S. A., L.T.R., S.A., Grupo Mayfer, S. A. Bioinfar, S.A.

GRUPO MAYFER NO SE RETIRA

Solicitando que la próxima reunión podamos realizar los consensos, se retiran:

SE INICIA CON EL EQUIPO DE BRONCOSCOPIA POR VIDEO, CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS HORACIO ICAZA Y CÍA., S.A. L.T.R., S.A., GRUPO MAYFER, S. A. PROMED, S. A.

PROMED NO CUENTA CON SISTEMA DE BRONSCOCOPIA.

INICIAMOS LA REUNION PARA DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES:

EL SISTEMA COMPLETO DE VIDEOBRONCOSCOPIA QUE CONTENGA:

PROCESADOR DE VIDEO CON FUENTE DE LUZ DE XENON DE 300 WATTS INCORPORADA SEPARADA CON SEÑALES DE VIDEO RGB, Y/C (SUPERVIDEO), NTSC (VIDEO COMPUESTO)
TECLADO ALFANUMERICO, LAMPARA DE ADICIONAL DE REPUESTO DE XENON DE 300 WATTS ,
TRANSILUMINACION, CONTADOR DE VIDA UTIL DE LA LAMPARA. BALANCE DE COLORES MANUAL O AUTOMATICO

VIDEOBRONCOSCOPIO FLEXIBLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CAMPO DE VISION DE 120°

DIRECCIÓN DE OBSERVACIÓN: VISION FRONTAL

PROFUNDIDAD DE CAMPO ENTRE 3 Y 100mm

RANGO DE ANGULACION: 180° HACIA ARRIBA Y 130° HACIA ABAJO

CANAL DE TRABAJO ENTRE 2.6 A 2.8mm

LONGITUD DE TRABAJO 600 mm

DIÁMETRO EXTERIOR 6mm

DIÁMETRO DE PUNTA DISTAL 6mm

COMPATIBILIDAD PARA LASSER Y PROCEDIMIENTO ELECTROQUIRURGICO

TODOS LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA QUE SEAN REHUSABLES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVES.

VÁLVULA O TAPON DE CANAL DE BIOPSIA REHUSABLE O DESECHABLE

VÁLVULA DE SUCCION DESECHABLE O REHUSABLE

MONITOR NO MENOR DE 19" DIAGONAL,

CALIDAD GRADO MEDICO

600 LINEAS DE RESOLUCIÓN O MÁS

ENTRADAS Y SALIDAS DE RGB, Y/C (SUPERVIDEO), NTSC (VIDEO COMPUESTO)

IMPRESORA

VIDEO IMPRESOR A COLORES CON MODOS DE IMPRESIÓN 1, 2, 4, 8, 16 IMÁGENES POR HOJA

SEÑALES DE ENTRADAS DE VIDEO RGB, Y/C (SUPERVIDEO), NTSC (VIDEO COMPUESTO)

DEBE INCLUIR CABLE QUE PERMITA LA INTERFACE PARA LA IMPRESIÓN REMOTA DESDE LA CABEZA DEL ENDOSCOPIO

PENDIENTE QUE LAS EMPRESAS ENVIEN LAS DIMENSIONES DEL PAPEL PARA DETERMINAR POR EL SUBCOMITÉ LAS MEDIDAS DE LA IMPRESORA

