Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ACTA DE MEDICOQUIRURGICO # 4

Hoy 8 de agosto de julio de 2004, se inicia de 11:20 a. m. subcomité de Medicoquirúrgico y los siguientes oferentes, Baxter de Panamá, S. A., Promed, S. A., se reunieron para homologar con los oferentes las fichas técnicas de los equipos que serán adquiridos por las diferentes Instituciones Nacionales de Salud.

Se recibe la asistencia de los médicos especialistas solamente Nefrología, Dr. Rafael Pérez, se lee las especificaciones y los puntos quedaron claro para estas empresas, solamente piden aclarar:

Los puntos 1.1.21 y se agrega batería externa quedando así:

1.1.21 Batería interna o **externa** de respaldo de por lo menos de dos horas.

En el punto 1.1.20 que dice memoria de tratamiento previos por lo menos de dos semana.

Promed indica que su maquina tiene la memoria por tarjeta para que se revise por los médicos en su consultorio.
Baxter verificara en su compañía y nos informara si también tiene maquina de tarjetas

Las especificaciones adicionales y el entrenamiento se entregan para el conocimiento de los oferentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS PRESENTES

EMPRESA / INSTITUCIÓN DE SALUD	**NOMBRE**