

## **ACTA DE MEDICOQUIRURGICO DE LA REUNION DEL 30 DE JUNIO DE 2005**

A las 10:30 a.m. del 30 de junio de 2005, se inicia las reuniones de Homologación de las especificaciones de equipos que serán adquiridos por las diferentes Instituciones Nacionales de Salud. Con las siguientes empresas, IMPORT MEDICAL, S.A., RESERMA, S.A., PROMED, S.A., HORACIO ICAZA, S.A., LA CASA DEL MEDICO, S.A., HOSPITALIA, S.A., Biomédicas del C.S.S. y el Subcomité de Medicoquirúrgico.

Consulta de la empresa Reserma, S.A., en la reunión, se solicita que se homologuen los documentos, que se deben presentar para solicitar la certificación, ya que posterior a la presentación de la inclusión, después de la revisión, se les solicita nuevos documentos o certificaciones. Por cual se solicita que aclare que documentos deben ser los requeridos, para continuar con la certificación.

Es importante que se homologuen y se establezcan las pautas, para llevar adelante las certificaciones y que los actos públicos sean viables.

Se le solicita se hagan las consultas sobre este aspecto por escrito.

Consulta sobre los accesorios.

Se inicia con la asistencia del Dr. Victor Vernon, Policinica de Nata, San Juan de Dios

### **MONITOR DESFIBRILADOR DE TRANSPORTE CON MARCAPASO EXTERNO Y OXIMETRIA DE PULSO**

Especificaciones Técnicas;

- Pantalla tipo EL o LCD, con un (1) canal o mas.
- Programa de manejo en español.
- Tipo de onda bifásica.
- Capacidad para siete (7) o mas derivaciones.
- Sistema de autosecuencia de carga.
- Desfibrilacion sincronizada o no sincronizada.
- Sistema comprobación de desfibrilacion integrado.
- Control de impresión desde las paletas o el equipo.
- Memoria de textos de sucesos o eventos.
- Ajuste de sensibilidad en tres pasos o mas.
- Indicador de frecuencia cardiaca con alarma de alta y baja ajustable.
- Selector de energía con rango de 5 o menos a 200 Jules o mas.
- Despliegue de mensajes de errores.
- Tiempo de carga de energía máxima en no más de 10 segundos.
- Monitoreo y marca paso con batería de 2 horas o más y 35 o más descargas a máxima capacidad.
- Marca paso externo configurable con rango de 40 o menos a 100 LPM o más.
- Corriente del marca paso de 5 o menos a 140 o más miliamperios
- Batería interna recargable.
- Impresora incorporada.
- Alimentación eléctrica 110-120 voltios, 60 Hz o autorregulable.

Accesorios:

- Par de paletas de desfibrilación de adultos convertible a pediaticas.
  - Juego de cables de 5 salidas.
  - Cable para electrodo multiproposito.
  - Diez (10) juegos de electrodos multiproposito adultos.
  - Diez (10) juegos de electrodos multiproposito pediaticos.
  - Dos (2) sensores de oximetría de pulso de adulto.
  - Dos (2) sensores de oximetría de pulso pediatico.
  - Tubo de gel conductor.


