

## ACTA DE MEDICOQUIRURGICO

Nos reunimos a partir de las 10:00 del día 16 de noviembre de 2006. Luego de convocada la reunión de homologación de las jeringuillas, el Subcomité de Medicoquirúrgico, y los siguientes proveedores Becton Dickerson, Mailing de Hirzel, Droguería R. González Revilla, S. A. Francie de Carillo, Quimifar, Juan Rojas, Prosemed, Patricia Cano, Alpha Mediq, Walker Sizemore, Jaime Díaz, Nipro Medical, Nelson Gómez, Laboratorios del Caribe, Onix de Lay, Healthcare Products Centroamérica, Abel Torres..

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
<b>1. JERINGUILLA DE INSULINA U-100 DE 1 ML CON AGUJA 29G X ½" NO REMOVIBLE</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, CON AGUJA INCORPORADA, <del>NO REMOVIBLE</del> , DE 1ML DE CAPACIDAD. CILINDRO TRANSPARENTE, GRADUACIÓN CON PRECISIÓN EN LA ESCALA DE 100 U (INSULINA) GRADUADA, NUMERACIÓN VISIBLE DE FACIL LECTURA, <b>QUE EL EMBOLO INICIE EN LA LÍNEA DE BASE "0"</b> , EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO <b>CON NO MENOS DE 2 ANILLOS</b> , RETRACTABLE Y DISCO DE EMPUJE Y COMPLETA ESTANQUEIDAD.	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO Y NÚMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b>
<b>NUEVA. JERINGUILLA DE INSULINA U-100 DE 1 ML CON AGUJA 30G A 31G X ½" NO REMOVIBLE</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, CON AGUJA INCORPORADA, <del>NO REMOVIBLE</del> , DE 1ML DE CAPACIDAD. CILINDRO TRANSPARENTE, GRADUACIÓN CON PRECISIÓN EN	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO Y NÚMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA EL TAMAÑO REQUERIDO.</b>

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
	LA ESCALA DE 100 U (INSULINA) GRADUADA, NUMERACIÓN VISIBLE DE FACIL LECTURA, <b>QUE EL EMBOLO INICIE EN LA LÍNEA DE BASE “O”</b> , EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO <b>CON NO MENOS DE 2 ANILLOS</b> , RETRACTABLE Y DISCO DE EMPUJE Y COMPLETA ESTANQUEIDAD.		<b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b>
<b>NUEVA.</b> JERINGUILLA DE INSULINA U-100 DE 1 ML CON AGUJA 29G G X ½”. DESMONTABLE  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, CON AGUJA INCORPORADA, DE 1ML DE CAPACIDAD. CILINDRO TRANSPARENTE, GRADUACIÓN CON PRECISIÓN EN LA ESCALA DE 100 U (INSULINA) GRADUADA, NUMERACIÓN VISIBLE DE FACIL LECTURA, <b>QUE EL EMBOLO INICIE EN LA LÍNEA DE BASE “O”</b> , EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO <b>CON NO MENOS DE 2 ANILLOS</b> , RETRACTABLE Y DISCO DE EMPUJE Y COMPLETA ESTANQUEIDAD.	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO Y NÚMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b>
<b>2.</b> JERINGUILLA DE INSULINA CALIBRE ENTRE 25-A 29-G DE 5/7 PULGADA DE LONGITUD.  <b>NO SE HOMOLOGA ELIMINADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, CON AGUJA INCORPORADA, NO REMOVIBLE, DE 1ML DE CAPACIDAD. CILINDRO TRANSPARENTE, GRADUACIÓN CON PRECISIÓN EN LA ESCALA DE 100 U (INSULINA) GRADUADA, NUMERACIÓN VISIBLE DE FACIL LECTURA, CON LÍNEA DE BASE “O”, EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO,	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO REQUERIDO. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES</b>

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
	RETRACTABLE Y DISCO DE EMPUJE Y COMPLETA ESTANQUEIDAD.		ESTABLECIDOS
<b>3. JERINGUILLA DE INSULINA CALIBRE ENTRE 25-A 29-G DE 5/8 PULGADA DE LONGITUD.</b>  <b>NO SE HOMOLOGA ELIMINADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, CON AGUJA INCORPORADA, NO REMOVIBLE, DE 1ML DE CAPACIDAD. CILINDRO TRANSPARENTE, GRADUACIÓN CON PRECISIÓN EN LA ESCALA DE 100 U ( INSULINA) GRADUADA, NUMERACIÓN VISIBLE DE FACIL LECTURA, CON LÍNEA DE BASE “O”, EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO, RETRACTABLE Y DISCO DE EMPUJE Y COMPLETA ESTANQUEIDAD.	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO REQUERIDO. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b>
<b>4. JERINGUILLA DE INSULINA U-50 DE 0.5 ML, AGUJA 29G X ½ PULGADA</b> <b>NO REMOVIBLE</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, CON AGUJA INCORPORADA, <del>NO REMOVIBLE</del> , DE 0.5 ML DE CAPACIDAD. CILINDRO TRANSPARENTE, GRADUACIÓN CON PRECISIÓN EN LA ESCALA DE 50 U ( INSULINA) GRADUADA, NUMERACIÓN VISIBLE DE FACIL LECTURA, <b>QUE EL EMBOLO INICIE EN LA LÍNEA DE BASE “O”</b> , EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO <b>CON NO MENOS DE 2 ANILLOS</b> , RETRACTABLE Y DISCO DE EMPUJE Y COMPLETA ESTANQUEIDAD.	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b>
<b>5. JERINGUILLA DE TUBERCULINA CON AGUJA 27 X</b>	ESTERIL DE POLIPROPILENO, <b>CILINDRO TRANSPARENTE</b> CON		ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE MANUFACTURA,

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
1/2" <b>HOMOLOGADA</b>	CAPACIDAD DE 1ML Y GRADUACIONES <b>VISIBLES</b> DE 0.01 ML <b>PUNTA LISA</b> , CON AGUJA MONTADA Y FACIL DE DESMONTAR, <b>QUE EL EMBOLO INICIE EN LA LÍNEA DE BASE, EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO CON NO MENOS DE 2 ANILLOS.</b>	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b>
<b>6. JERINGUILLA DE TUBERCULINA CON AGUJA 25 G X 5/8" (16MM)</b> <b>HOMOLOGADA</b>	ESTERIL DE POLIPROPILENO, <b>CILINDRO TRANSPARENTE</b> CON CAPACIDAD DE 1ML Y GRADUACIONES <b>VISIBLES</b> DE 0.01 ML <b>PUNTA LISA</b> , CON AGUJA MONTADA Y FACIL DE DESMONTAR, <b>QUE EL EMBOLO INICIE EN LA LÍNEA DE BASE, EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO CON NO MENOS DE 2 ANILLOS.</b>	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b>
<b>7. JERINGUILLA DE TUBERCULINA CON AGUJA 26 G X 3/8" (9MM)</b> <b>HOMOLOGADA</b>	ESTERIL DE POLIPROPILENO, <b>CILINDRO TRANSPARENTE</b> CON CAPACIDAD DE 1ML Y GRADUACIONES <b>VISIBLES</b> DE 0.01 ML <b>PUNTA LISA</b> , CON AGUJA MONTADA Y FACIL DE DESMONTAR, <b>QUE EL EMBOLO INICIE EN LA LÍNEA DE BASE, EMBOLO DE FACIL DESPLAZAMIENTO CON NO MENOS DE 2 ANILLOS.</b>	<b>CAJA X 100 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b>
<b>8. JERINGUILLA DE 2-3 ML</b>	DESECHABLE ESTERIL DE		ENVASE INDIVIDUAL,

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
<p>CON AGUJA DE 21 X 1” (25MM) <b>HOMOLOGADA</b></p>	<p>POLIPROPILENO. PUNTA DE ROSCA. GRADUACIONES DE 0.1ML CON AGUJA MONTADA, FACIL DE DESENROSCAR. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.</p>	<p><b>CAJA X 100 UNIDADES</b></p>	<p>ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLE. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b></p>
<p><b>9</b> JERINGUILLA DE 2-3 ML DE CAPACIDAD, CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ <del>CON</del> (28MM) PULGADAS DE <del>DE</del> LONGITUD- <b>HOMOLOGADA</b></p>	<p>DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROLIPROPILENO. PUNTA DE ROSCA. GRADUACIONES DE 0.1 ML. CON AGUJA MONTADA, FACIL DE DESENROSCAR. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.</p>	<p><b>CAJA X 100 UNIDADES</b></p>	<p>ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS</b></p>
<p><b>10</b> JERINGUILLA DE 5 A 6 ML, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2 <del>(38MM)</del> PULGADAS DE <del>DE</del> LONGITUD. <b>HOMOLOGADA</b></p>	<p>DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROLIPROPILENO. PUNTA DE ROSCA. GRADUACIONES DE <del>0.1 ML</del> <b>0.2ML</b>. CON AGUJA MONTADA, FACIL DE DESENROSCAR. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE</p>	<p><b>CAJA X 100 UNIDADES</b></p>	<p>ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. <b>LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES</b></p>

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
	FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.		ESTABLECIDOS
<b>11.</b> JERINGUILLA DE 5 A 6 ML, CON AGUJA DE 21 G X 1 (27 MM) PULGADAS DE LONGITUD.  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO. PUNTA DE ROSCA. GRADUACIONES DE 0.1 ML 0.2ML. CON AGUJA MONTADA, FACIL DE DESENROSCAR. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.	CAJA X 100 UNIDADES	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS
<b>12.</b> JERINGUILLA DE 10 A 12 ML, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/12 (38 MM) PULGADAS DE LONGITUD.  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO PUNTA DE ROSCA GRADUACIONES DE 0.1 A 0.2 ML CON AGUJA MONTADA, FACIL DE DESENROSCAR. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.	CAJA X 100 UNIDADES	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA EL TAMAÑO REQUERIDO. LA AGUJA DEBERA CUMPLIR CON EL COLOR DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
<p><b>13. JERINGUILLA DE 20 A 25 ML, CON PUNTA DE ROSCA SIN AGUJA.</b></p> <p><b>HOMOLOGADA</b></p>	<p>DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO <del>20 A 25 ML</del> DE CAPACIDAD, PUNTA DE ROSCA SIN AGUJA Y GRADUACIONES DE 1 MILILITRO. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.</p>	<p><b>CAJA X 50 UNIDADES</b></p>	<p>ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA EL TAMAÑO REQUERIDO.</p>
<p><b>14. JERINGUILLA DE 20 A 25 ML CON PUNTA LISA, SIN AGUJA.</b></p> <p><b>HOMOLOGADA</b></p>	<p>DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, SIN AGUJA Y GRADUACIONES DE 1 MILILITRO. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.</p>	<p><b>CAJA X 50 UNIDADES</b></p>	<p>ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA EL TAMAÑO REQUERIDO.</p>
<p><b>15. JERINGUILLA DE 30 ML CON PUNTA DE ROSCA, SIN AGUJA.</b></p> <p><b>HOMOLOGADA</b></p>	<p>DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO <del>30 ML DE CAPACIDAD</del>, GRADUADA EN 1 MILILITROS. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON</p>	<p><b>CAJA MINIMA DE 25 UNIDADES</b></p>	<p>ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NUMERO DE LOTE VISIBLES.</p>

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
	CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.		
<b>16. JERINGUILLA DE 50 A 60 ML CON PUNTA DE EMBUDO</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, <del>50—60 ML DE CAPACIDAD</del> , PARA IRRIGACION GRADUADA EN MILILITROS. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO,	<b>CAJA MINIMA DE 25 UNIDADES</b>	<del>DEBE VENIR</del> EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA EL TAMAÑO REQUERIDO.
<b>17. JERINGUILLA DE 50 A 60 ML CON PUNTA LISA SIN AGUJA.</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO, <del>50—60 ML DE CAPACIDAD</del> , GRADUADA EN MILILITROS. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.	<b>CAJA MINIMA DE 25 UNIDADES</b>	<del>DEBE VENIR</del> EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTE VISIBLES. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA EL TAMAÑO REQUERIDO.
<b>18. JERINGUILLA DE 50-60 ML CON PUNTA DE ROSCA SIN AGUJA</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE ESTÉRIL DE POLIPROPILENO, <del>50-60 ML DE CAPACIDAD</del> , Y GRADUACIÓN EN MILILITROS. CILINDRO TRANSPARENTE, NUMERACIÓN VISIBLE Y DE FÁCIL LECTURA. EMBOLO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CALIBRE DE AGUJA.	<b>CAJA MINIMA DE 25 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON FECHA DE VENCIMIENTO, MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO REQUERIDO.

<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓN GENÉRICA</b></i>	<i><b>PRESENTACIÓN</b></i>	<i><b>OBSERVACIONES</b></i>
<b>19. JERINGUILLA DE VIDRIO DE 50CC TIPO TOOMEY</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	TIPO CLÁSICO, CON GRADUACIONES CADA <del>2ML</del> <b>1ML</b> CON ADAPTADOR DE METAL PARA CATETERES VESICALES, <del>RESECTOSCOPIO, SISTEMA ERGONÓMICO PARA LOS DEDOS.</del> RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (AUTOCLAVE )	POR UNIDAD	<del>RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (AUTOCLAVE)</del> <del>COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION.</del> <b>ENVASE INDIVIDUAL</b>
<b>20. JERINGUILLA 50 A 70 ML TIPO TOOMEY.</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	DESECHABLE, ESTERIL DE POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR DE PLASTICO PARA CATETERES VESICALES.	<b>CAJA X 50 UNIDADES</b>	ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL CON FECHA DE VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTE VISIBLES.
<b>21. JERINGUILLA 2 ONZ. ( 60ML)</b>  <b>HOMOLOGADA</b>	PARA IRRIGACION DESECHABLE, ESTERIL CUERPO PLASTICO Y BULBO DE CAUCHO.	POR UNIDAD	<del>GARANTIA MINIMA DE 6 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN LA UNIDAD EJECUTORA PETICIONARIA.</del> <b>ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL</b>

**OBSERVACIÓN:**

EL PROVEEDOR DE DROGUERIA RAMON GONZALEZ REVILLA INDICO QUE SE DEBE CONSULTAR QUE LAS JERINGUILLAS SEAN LIBRES DE LATEX

Se termina la reunión siendo las 12:30 p.m.

<b>EMPRESA / INSTITUCIÓN DE SALUD</b>	<b>NOMBRE</b>