Hoy 25 de septiembre de 2008, siendo la 09:30 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Subcomité de Medicoquirúrgico representado por la Licda. Ana Ramos de la Caja de Seguro Social, Licda. Ana de Suira del Instituto Nacional de Salud Mental, Licda. Marta Anaya del Hospital Santo Tomas, los Médicos Especialistas: Doctor José Hermite del servicio de Neurocirugía del Hospital Santo Tomas, Doctor Guzmán Aranda del Hospital del Niño y el Doctor Víctor Julio de la Caja de Seguro Social y los siguientes proveedores: Emely Villarreal de Promed, S.A., se presentaron para la homologación programada para el día de hoy de lo siguiente:

Juego de instrumental para Neuroendoscopio
Ficha técnica Nº 53286

Que contenga:

1. Telescopio (Endoscopio) operativo recto hacia delante ó visión frontal de 0° ó 6° con mira angulada u ocular oblicua, lente de ángulo amplio, con canal de instrumentos y conector de fibra óptica, con tres adaptadores que permitan conexión de varios cables de fibra óptica estándar. Canal de instrumentos de 3mm de diámetro. (pendiente)
2. Vaina o funda quirúrgica de 5.8mm con obturador y puertos para tubos de irrigación, succión.
3. Vaina o funda quirúrgica de 6.5mm de diámetro exterior, con longitud útil de 13cm (130mm) graduada con llave lateral y entrada para catéter con obturador con orificio central de 2mm para colocación Estereotaxica.
4. Puente o adaptador telescopio
5. Endoscopio diagnóstico rígido recto 0° esterilizable a gas ~~en autoclave~~ o a vapor, ~~calor distintivo verde~~ con código de color distintivo de 18 a 20cm (180 mm a 200mm) de longitud, 4mm diámetro externo con conducto de luz de fibra óptica incorporable.
6. Endoscopio diagnóstico ~~oblicuo~~ rígido de visión anterior oblicua 30° esterilizable a gas ~~en autoclave~~ o a vapor, con código de color distintivo de 4mm diámetro externo de 18cm a 20cm (180mm a 200mm) de longitud ~~color distintivo rojo~~ con conducto de luz de fibra óptica incorporable.
7. Endoscopio diagnóstico rígido con visión lateral 70° esterilizable a gas o a vapor, color distintivo ~~amarillo~~ de 4mm diámetro externo de 18cm 20cm (180mm a 200mm) de longitud rígido con conducto de luz de fibra óptica incorporable.
8. Endoscopio diagnóstico rígido con visión posterior o retrovición de ~~retrospectivo~~ 120° esterilizable a gas o a vapor ~~en autoclave~~, diámetro de 4mm diámetro, con color distintivo ~~blanco~~ con conducto de luz de fibra óptica incorporable.
9. Vaina quirúrgica 6.5mm diámetro exterior, longitud útil de 13cm (130mm) graduada con llave lateral y entrada para catéter con obturador óptico para posicionamiento de la vaina quirúrgica bajo control visual para utilizar con endoscopio.
10. Óptica de visión frontal (endoscopio) diámetro exterior 2.7mm, ~~de diámetro externo~~ con longitud de 18cm (180mm) esterilizable a gas o vapor ~~en autoclave~~ con conductor de luz de fibra óptica incorporada.
11. Lente Neuroendoscopia 30G, 2.9mm, 30cm, esterilizable a gas o vapor ~~en autoclave~~, con transmisión de luz incorporada.
12. Camisa operatoria, grande, ovalada, diámetro ext 4mm x 7mm, largo de trabajo 14cm, llave de paso, con obturador romo, para usar con instrumentos de 2.5 a 3mm de diámetro.
13. Camisa operatoria, mediana, ovalada, diámetro ext 3.5mm x 5.2mm, largo de trabajo 14cm, llave de paso, con obturador romo, para usar con instrumentos de 1.7mm de diámetro.
14. Camisa operatoria, pequeña, ovalada, diámetro ext 3.5mm x 4.7mm, largo de trabajo 14cm, llave de paso, con obturador romo, para usar con instrumentos de 1mm de diámetro.
15. ~~Inserto~~ Accesorios de trabajo con 2 canales para instrumentos, con llave de paso, con capacidad de ser utilizadas con las diferentes camisas operatorias ofertadas.

INSTRUMENTOS DE 1/1.3/1.7MM DE DIÁMETRO

1. Pinza de biopsia, mandíbulas de doble acción, flexible, 1mm, 30cm, reusable.
2. Pinza de agarre, mandíbulas de doble acción, flexible, 1mm, 30cm, reusable.
3. Pinza para Ventriculostomía, flexible, 1mm, 30cm, reusable.
4. Tijera, abertura unilateral, semirigidas, 1.3mm diámetro, 30cm.
5. Aguja de inyección, flexible, 1mm, 45cm, desechable.
6. Catéter de succión, flexible, 1mm, 45cm, desechable.
7. Electrodo de coagulación Monopolar, flexible, reusable, 1mm, 53cm.

INSTRUMENTOS DE 2/2.3/2.5MM DE DIÁMETRO

1. Pinza de biopsia, mandíbulas de doble acción, flexible, 2.3mm, 40cm, reusable.
2. Pinza de agarre, mandíbulas de doble acción, flexible, 2.5mm, 40cm, reusable.
3. Aguja de inyección, flexible, 2.5mm, 45cm, desechable.
4. Catéter de succión, flexible, 2.5mm, 45cm, desechable.
5. Electrodo de coagulación Bipolar, flexible, reusable, 2mm, 35cm.
6. Brazo sostenedor de Neuroendoscopío, que se fija a la mesa de Operaciones, longitud de 67cm o más (La institución definirá la longitud requerida).

La unidad ejecutora describirá en su requisición cuales instrumentos solicitará de acuerdo a su necesidad específica y de acuerdo al equipo existente en la institución.

OBSERVACIONES:

Garantía no menor de 5 años. Certificado de fábrica de instrumental nuevo. Debe traer impreso y visibles marca de fabricación y país de origen.

COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD EJECUTORA

Siendo las 11:10 p. m. se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN
[illegible]	Sala Louis
G. ARANDA.	Hosp. del NIÑO
[illegible]	Neurocirugía - CHM-AAM
[illegible] 3167	CSS
[illegible]	MINSA
[illegible]	H.S.T.
[illegible]	Promed
[illegible]	Promed, S A