

Hoy 09 de junio de 2008, siendo la 09:00 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Sub-comité de Medicoquirúrgico representado por la Licda. Xenia Pryce, enfermera del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, la Licda. Marta Anaya enfermera del Hospital Santo Tomas, la Licda. Aurelia de Castro enfermera del Hospital del Niño y la Licda. Ana Ramos enfermera del Complejo Hospitalario Metropolitano, el Médico Especialistas Doctor Arturo Wong de Nefrología del Complejo Hospitalario Metropolitano, Licda. Carmen Gutierrez enfermera de Nefrología de la Caja de Seguro Social, Doctora María Neyda de Nefrología de la Caja de Seguro Social y los siguientes proveedores: Mariluz de Oliver, Marha Chavarria de Baxter de Panamá, Melvin Ponce, Ilka González de Promoción Médica, S.A., Juan González, Rosa Sánchez de Kendall, S.A. Se reúnen para la homologación de los siguientes insumos:

La empresa Promed, S.A. indica que ya se realizo en la CSS una homologación de los puntos 1, 2, 9, 16 Y 17, por lo que queda pendiente a homologar para el lunes 16 de junio.

1. FICHA TÉCNICA 53318 PENDIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO:

JUEGO PARA DIALISIS PERITONEAL EN MAQUINA CICLADORA CON SISTEMA DE DESCONEXION DE 4.25%

DESCRIPCIÓN:

Juego de diálisis peritoneal que consiste de: Sistema de conexión de 4 espigas. Línea de drenaje de hasta 12 pies de longitud. Tapón o candado con solución antiséptica. Bolsa de drenaje de 3,000ml a 5,000ml de capacidad. Bolsa de diálisis peritoneal con formulación de Dextrosa al 4.25% de capacidad de 5,000ml a 6,000ml con concentración de electrolitos: sodio: 132 a 134 mEq/lt. Calcio: 2.5 a 3.5 mEq/lt. Magnesio: 0.5 a 1.5 mEq/lt. Lactato: 35 a 40 mEq/lt. Cloro: 96 a 103.5 mEq/lt. Potasio 0 mEq/lt. Estéril y libre de pirógeno.

OBSERVACIONES:

Compatible con la línea de transferencia y sistema de conexión. Almacenar a temperatura ambiente no mayor de 40°C. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

2. FICHA TÉCNICA 22522 PENDIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO:

JUEGO PARA DIALISIS PERITONEAL EN MAQUINA CICLADORA CON SISTEMA DE DESCONEXION DE 1.5%

DESCRIPCIÓN:

Juego de diálisis peritoneal que consiste de: Sistema de conexión de 4 espigas. Línea de drenaje de hasta 12 pies de longitud. Tapón o candado con solución antiséptica. Bolsa de drenaje de 3,000ml a 5,000ml de capacidad. Bolsa de diálisis peritoneal con formulación de Dextrosa al 4.25% de capacidad de 5,000ml a 6,000ml con concentración de electrolitos: sodio: 132 a 134 mEq/lt. Calcio: 2.5 a 3.5 mEq/lt. Magnesio: 0.5 a 1.5 mEq/lt. Lactato: 35 a 40 mEq/lt. Cloro: 96 a 103.5 mEq/lt. Potasio 0 mEq/lt. Estéril y libre de pirógeno.

OBSERVACIONES:

Compatible con la línea de transferencia y sistema de conexión. Almacenar a temperatura ambiente no mayor de 40°C. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

3. FICHA TÉCNICA 24021

NOMBRE DEL PRODUCTO:
LINEA DE TRANSFERENCIA PARA DIALISIS PERITONIAL

DESCRIPCIÓN:
Línea de transferencia de 4" a 10" de longitud, corta para desconexión de paciente de diálisis peritoneal, estéril, desechable, compatible con conector.

OBSERVACIONES:
Que el fabricante garantice la duración entre un periodo de 6 meses a un año.
Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

4. FICHA TÉCNICA 24020

NOMBRE DEL PRODUCTO:
LINEA DE EXTENSION PARA DRENAJE DE 12 PIES

DESCRIPCIÓN:
De cicladora para diálisis peritoneal estéril, desechable CPN mínimo de 12 pies

OBSERVACIONES:
Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

5. FICHA TÉCNICA 22170

NOMBRE DEL PRODUCTO:
EQUIPO DE DESCONEXION EN "Y" DE DIALISIS PERITONEAL

DESCRIPCIÓN:
Estéril, desechable, para pacientes de diálisis peritoneal ambulatoria, con bolsa de drenaje de 3 litros, compatible con línea de transferencia, con espiga para conectar a bolsa de solución de diálisis peritoneal.

OBSERVACIONES:
Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

6. FICHA TÉCNICA 22162

NOMBRE DEL PRODUCTO:
EQUIPO PARA CATETER EN ESPIRAL DE DIALISIS PERITONIAL, 57CM – 62CM, CON DOS RETENES.

DESCRIPCIÓN:
Catéter en espiral siliconizado grado médico translucido con líneas radiopacas de 57cm – 62cm con dos retenes, tapón, pinza, aguja introductora, jeringa de 10cc, alambre, guía 0.038" con puntas rectas "y" y en "j", escarpele n° 11, funda/dilatador, dilatador de 16fr., estilete tunelizador y gasas absorbentes. La institución solicitara el tamaño requerido.

Handwritten signatures and initials:
AMB
Ade
[Signature]

OBSERVACIONES:

Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

7. FICHA TÉCNICA 43924 SE ELIMINA POR LA FICHA 22162

NOMBRE DEL PRODUCTO:

~~EQUIPO PARA CATETER EN ESPIRAL DE DIALISIS PERITONAL DE 62CM, CON DOS RETENES.~~

DESCRIPCIÓN:

~~Catéter en espiral siliconizado grado médico translucido con líneas radiopacas de 62cm con dos retenes, tapón, pinza, aguja introductora, jeringa de 10cc, alambre guía 0.038" con puntas rectas "y" en y en "j", escarpelo n° 11, funda/dilatador, de 16fr., estilete tunelizador y gasas absorbentes.~~

OBSERVACIONES:

~~Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.~~

8. FICHA TÉCNICA 22570

NOMBRE DEL PRODUCTO:

GRAPA PARA CATETER DE DIALISIS PERITONEAL

DESCRIPCIÓN:

Grapa de plástico para cerrar los catéteres de diálisis peritoneal.

OBSERVACIONES:

Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

9. FICHA TÉCNICA 50963 PENDIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO:

CONECTOR O CASSETTE PARA DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADO

DESCRIPCIÓN:

Cassette desechable provisto de dos cámaras que funcionan con sistema neumático por presiones, que permiten censar los volúmenes a infundir y drenar durante la terapia. Poseer clamp codificadas con colores, dispuestas en un organizador que facilite y asegure las conexiones de las bolsas de diálisis al sistema de drenaje y al conector de la línea de transferencia del paciente.

OBSERVACIONES:

Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

Handwritten signatures and initials on the left margin, including "B", "A", "M", and "M".

10. FICHA TÉCNICA 22053

NOMBRE DEL PRODUCTO:

ADAPTADOR DE TITANIUM PARA CONECTAR LINEA DE TRANSFERENCIA DE DIALISIS PERITONEAL

DESCRIPCIÓN:

Estéril, adaptador de titanium para conectar línea de transferencia en pacientes de diálisis peritoneal, compuesto de un conector al conjunto de transferencia con doble cierre y lengüeta inversa doble, con camisa de cierre.

OBSERVACIONES:

Garantía mínima de 2 años. Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

11. FICHA TÉCNICA 32420

NOMBRE DEL PRODUCTO:

BANDEJA DE RECAMBIO DE LINEA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIO

DESCRIPCIÓN:

Contiene como mínimo: guantes 2 pares, dos (2) recipientes de remojo, ocho (8) gasas 4" x 4", un (1) campo fenestrado de 21cm x 21cm ó de 24cm x 24cm, estéril y una (1) grapa.

OBSERVACIONES:

Fecha de vencimiento de la esterilidad ~~Garantía mínima~~ no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega en la unidad peticionaria. Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

12. FICHA TÉCNICA 22425

NOMBRE DEL PRODUCTO:

TAPON CON SOLUCION ANTISEPTICA PARA DESCONEXION DE PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL

DESCRIPCIÓN:

Estéril, Tapón con solución antiséptica para desconexión de pacientes de diálisis peritoneal, tipo ~~minieaps~~, compatible con línea de ~~desconexión~~ transferencia de 4 a 10" de longitud, estéril 6".

OBSERVACIONES:

Con fecha de esterilidad de vencimiento mínimo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Garantía por desperfecto de fábrica. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

73
GDC
MIA
MS
Intance
Cuentas
9/11/06

NOMBRE DEL PRODUCTO:

~~CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE 37CM A 43CM~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril, siliconizado grado médico translucido con líneas radiopacas, con cuello de cisne, recto o en espiral en la punta, con dos retenes, línea radiopaca en la línea frontal del catéter.~~

OBSERVACIONES:

~~Con fecha de vencimiento de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Garantía por desperfecto de fábrica. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.~~

14. FICHA TÉCNICA 33479

NOMBRE DEL PRODUCTO:

CATETER DE DIALISIS PERITONEAL DE 25 A 31CM DE LONGITUD

DESCRIPCIÓN:

Estéril, siliconizado grado médico translucido con líneas radiopacas. a base de silicón recto o con cuello de cisne con uno o dos cojinetes (o retenedora o cuff)

OBSERVACIONES:

Con fecha de esterilidad de vencimiento mínimo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Garantía por desperfecto de fábrica. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

15. FICHA TÉCNICA 21977

NOMBRE DEL PRODUCTO:

CATETER DE DIALISIS PERITONEAL DE 37 40 A 42CM 43 DE LONGITUD

DESCRIPCIÓN:

Estéril, siliconizado grado médico translucido con líneas radiopacas, tipo cuello de cisne o recto, ~~estéril~~, con dos ~~cojinetes~~ retenes (cuff o cojinetes) de dacron, ~~con dobladura entre los puños, línea radiopaca en la línea frontal del catéter.~~ Los marcadores de piel reflejan con precisión la forma del catéter, ~~con cojinetes a los 20.8 cm y 15 cm de cada extremo.~~

OBSERVACIONES:

Con fecha esterilidad de vencimiento mínimo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

16. FICHA TÉCNICA 22527 PENDIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO:

JUEGO PARA DIALISIS PERITONEAL EN MAQUINA CICLADORA CON SISTEMA DE DESCONEXION DE 2.5%



DESCRIPCIÓN:

Juego de diálisis peritoneal que consiste de: Sistema de conexión de 4 espigas. Línea de drenaje de hasta 12 pies de longitud. Tapón o candado con solución antiséptica. Bolsa de drenaje de 3,000ml a 5,000ml de capacidad. Bolsa de diálisis peritoneal con formulación de Dextrosa al 4.25% de capacidad de 5,000ml a 6,000ml con concentración de electrolitos: sodio: 132 a 134 mEq/lt. Calcio: 2.5 a 3.5 mEq/lt. Magnesio: 0.5 a 1.5 mEq/lt. Lactato: 35 a 40 mEq/lt. Cloro: 96 a 103.5 mEq/lt. Potasio 0 mEq/lt. Estéril y libre de pirógeno.

OBSERVACIONES:

Compatible con la línea de transferencia y sistema de conexión. Almacenar a temperatura ambiente no mayor de 40°C. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

17. FICHA TÉCNICA 43185 PENDIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO:

JUEGO DE DIALISIS PERITONEAL CON BOLSA DE DEXTROSA AL 2.3%

DESCRIPCIÓN:

Juego de bolsa para diálisis peritoneal con solución formula pd-2 con dextrosa al 2.3% que incluya bolsa de drenaje de 3 litros y línea en y para conexión al paciente y tapón con antiséptica.

OBSERVACIONES:

Compatible con la línea de transferencia y sistema de conexión. Almacenar a temperatura ambiente no mayor de 40°C. Deben cumplir estrictamente con todos los requisitos exigidos, en el Artículo 26 del decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007.

18. Ficha técnica 53334

NOMBRE DEL PRODUCTO:

SOLUCION PARA TERAPIA DE SUSTITUCION RENAL LENTA CONTINUA CON ADM

DESCRIPCIÓN:

En envase estéril. Solución múltiple K4 (potasio) para terapia de sustitución renal lenta continua: ~~con ADM~~, bolsa de 4.5L, NA (sodio) 140.0 Mmol/L; K (potasio) +4.0 Mmol/L; Ca (calcio) ++1.5 Mmol/L; Mg (magnesio) ++ 0.5 Mmol/L; Cl 113.0 Mmol/L; HCO₃ (Bicarbonato) 35.0 Mmol/L; Glucosa 1.0g/L; Osmolaridad Teórica 300 Mmol/L.

Solución múltiple K2 (potasio) para terapia de sustitución renal lenta continua: ~~con ADM~~, bolsa de 4.5L, NA 140.0 Mmol/L; K+2.0 Mmol/L; Ca++1.5 Mmol/L; Mg++ 0.5 Mmol/L; Cl 111.0 Mmol/L; HCO₃-35.0 Mmol/L; Glucosa 1.0g/L; Osmolaridad Teórica 296 Mmol/L.

Solución múltiple K0 (potasio) para terapia de sustitución renal lenta continua: ~~con ADM~~, bolsa de 4.5L, NA 140.0 Mmol/L; K+0.0 Mmol/L; Ca++1.5 Mmol/L; Mg++ 0.5 Mmol/L; Cl 109.0 Mmol/L; HCO₃-35.0 Mmol/L; Glucosa 1.0g/L; Osmolaridad Teórica 292 Mmol/L.

La unidad ejecutora solicitará la solución que requiera.

OBSERVACIONES:

Con fecha esterilidad de vencimiento mínimo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Compatible con el equipo en uso de la Institución. Deben cumplir estrictamente con todos

Siendo las 11:19a. m. se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN
Luzmila Puyol	C.S.S. / Sub-Comite M.Q.
María José	H.S.T. / Sub Comite M.Q.
Jurelia Rde Castro	Hospital del niño
María José	PROMED S.A.
María Ponce de	PROMED S.A.
Luzmila	C.S.S. Sub. Comite M.Q.
Juan P. Quiroz G.	Kendall, SA
Luzmila	GRUPO LUCIANO S.A.
María	C.S.S. / Hosp. Susana Touss
Luzmila	Kendall
Carmen Gutiérrez	CAMCSS - NEFROLOGÍA
Luzmila	CAMCSS - Nefrología (Diálisis Peritoneal)
Martha de Chavarín	Baxter Corp
Martha de Chavarín	Baxter de Panamá
Martha de Chavarín	Baxter de Panamá S.A.