Acta N° 23 de Medicoquirúrgico
24 de Julio de 2008

Hoy 24 de julio de 2008, siendo la 10:35 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Sub-comité de Medicoquirúrgico representado por la Licda. Xenia Pryce del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, Licda. Claribel Marin del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social, Licda. Ana de Suira del Instituto Nacional de Salud Mental, el Ingeniero Ricardo Soriano del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, el Médico Especialista: Dr. Alfredo Matos de Medicina Critica de la Caja de Seguro Social, y los siguientes proveedores: Jorge Chan, Matha Córdoba de Droguería Ramón González Revilla se presentaron para la homologación programada para el día de hoy del equipo:

EQUIPO PORTÁTIL PARA EL CONTROL Y MONITOREO PRECISO DE LA TEMPERATURA INTRAVASCULAR

FICHA TÉCNICA: 100179

Descripción: Sistema portátil para el control preciso de la temperatura intravascular.

Especificaciones técnicas:

1. Pantalla LCD a color de 6.4 pulgadas o más.
2. Bomba de rodillo con capacidad de 7 litros/min.
3. Intercambiador de calor con capacidad en el reservorio de 2 litros.
4. Rango de temperatura de 0 a 42° C.
5. Alarmas audibles y mensaje de texto.
6. ~~Sensor de temperatura.~~
7. Con interfase RS-232C.
8. Solución refrigerante: mezcla 1:1 de propylene glycol y agua destilada.
9. Frenos en dos de las ruedas como mínimo
10. Alimentación eléctrica 110-120 V / 60hz.

Accesorios:

- Sensor de temperatura Esofágico o rectal

Consumibles:

1. Juego desechable para monitoreo de temperatura de inserción en la vena femoral:
 - a. Catéter venoso central de triple lumen 9.3fr x 38cm. Con balón triple para intercambio de calor de poliuretano radiopaco (con cubierta Duraflo)
 - b. Guía metálica 0.032'' x 75cm
 - c. Dilatador vascular 10.5fr x 0.038''
 - d. Lengüeta y clip de sutura desprendibles
 - e. Jeringuilla de 5cc
 - f. Campo quirúrgico fenestrado
 - g. Aguja de 22Ga x 1 1/2''
 - h. Aguja de 18Ga x 2 3/4''
 - i. Aposito de gasa de 4'' x 4''
 - j. Sutura de seda
 - k. Hoja de bisturí N° 11 con mango largo
2. Juego desechable para monitoreo de temperatura de inserción en la vena yugular, subclavia o femoral:
 - a. Catéter venoso central de triple lumen 9.3fr x 22cm. Con balón doble para intercambio de calor de poliuretano radiopaco (con cubierta Duraflo)