Acta N° 6 de Medicoquirúrgico
15 de Mayo de 2008

Hoy 15 de mayo de 2008, siendo la 10:00 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Sub-comité de Medicoquirúrgico representado por la Licda Marianela de Gotti, Coordinadora del Sub-comité de Medicoquirúrgico, Licda Enia Cárdenas de la Región de Pmá. Oeste representando al Minsa, la Licda. Aurelia de Castro del Hospital del Niño la Licda. Xenia Pryce, enfermera del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, la Licda. Ana de Saira del Instituto Nal. De Salud Mental, la Licda. Mirna de Olivo del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, Licda. Argelia De León del Hospital Larga Estancia, Licda. Cristina Alain del DIDTS, y los siguientes proveedores: Rosa Sánchez de Kendall, S. A., Nuria de Domínguez de Pharma Trade & Service, S. A., Octavio Jurado de Baxter, S.A., Esther M. Bernal y Cristy Espino de Nipro Medical y Abel Almanza de Medical Depot, S.A. se reúnen para la homologación de los Equipos de Administración de Solución Intravenosa:

1. ~~Nombre del producto:~~

Conector (Set o Equipo) para la administración de solución intravenosa

Descripción:

~~Estéril, con uno, dos, tres sitios de inyección, adaptador luer lock. Cámara de goteo mínimo 10 a 15 gotas x ml, longitud mínimo 90" (mínimo 2.28 mts) para usar con bomba de infusión o y gravedad.~~

~~Presentación: por unidad~~

~~Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. La institución solicitará el insumo requerido~~

2. Nombre del producto:

Conector o Equipo para infusión de solución parenteral, con filtro de aire en la espiga

Descripción:

Estéril, desechable, no pirógeno, mínimo 10 gotas por ml. **De uno a tres sitio de inyección** en "Y", plástico transparente grado médico, conector ~~liso~~ de rosca, llave reguladora, con cámara de goteo con o sin filtro, mínimo de 70" de longitud **total**.

Presentación: por unidad. Caja mínimo de **40** ~~48~~ unidades.

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. ~~El proveedor que se le adjudique la compra debe entregar las bombas de infusión que requiera la institución. El proveedor se responsabiliza dar mantenimiento al equipo y entrenamiento al personal.~~ La institución solicitará el insumo requerido.

3. Nombre del producto:

Conector o Equipo para infusión de solución parenteral, con **sin filtro de aire en la espiga**

Descripción:

Estéril, desechable, no pirógeno mínimo 10 gotas por ml. Con sitio en "Y", plástico transparente grado médico, conector ~~liso~~ de rosca, llave reguladora, con cámara de goteo con o sin filtro mínimo de 70" de longitud **total**.

Presentación: ~~por unidad~~. Caja mínimo de **40** ~~48~~ unidades.

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. ~~El proveedor que se le adjudique la compra debe entregar las bombas de infusión que requiera la institución. El proveedor se responsabiliza dar mantenimiento al equipo y entrenamiento al personal.~~ La institución solicitará el insumo requerido.

4. Nombre del producto: **se queda pendiente hasta segunda orden**

Conector o Equipo de administración primario

Descripción:

Estéril, desechable, para la administración de solución parenteral por bomba de infusión, con sitio para inyección secundaria por bomba, llave reguladora, espiga universal, longitud mínima de 90", de uno a dos sitios de inyección.

Presentación: ~~por unidad~~ **Caja mínimo de 30 unidades**

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. El proveedor que se le adjudique la compra debe entregar las bombas de infusión que requiera la institución. El proveedor se responsabiliza dar mantenimiento al equipo y entrenamiento al personal. La institución solicitará el insumo requerido.

5. Nombre del producto: **se queda pendiente hasta segunda orden**
Conector o Equipo de administración secundario con aguja de 14 G a 18 G

Descripción:

Estéril, desechable, incluye gancho, dispositivo con aguja de 14G a 18 G, adaptador ~~hiso~~ con rosca, mínimo 35" (mínimo 89cm de longitud), para usar en bomba de infusión.

Presentación: por unidad

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. El proveedor que se le adjudique la compra debe entregar las bombas de infusión que requiera la institución. El proveedor se responsabiliza dar mantenimiento al equipo y entrenamiento al personal. La institución solicitará el insumo requerido.

6. Nombre del producto:
Equipo de infusión microcassette especial para bomba de analgesia controlada

Descripción:

Estéril, desechable, equipo para bomba de infusión ~~de 80"~~ **mínimo de 70" de longitud (20.3 1.78 mts)** extensión con válvula integral anti-sifón, sin pasaje de aire, con cierre de seguridad, libre de látex.

Presentación: ~~por unidad~~. Caja mínimo de **25 48** unidades.

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. El proveedor que se le adjudique la compra debe entregar las bombas de infusión que requiera la institución. El proveedor se responsabiliza dar mantenimiento al equipo y entrenamiento al personal. La institución solicitará el insumo requerido

7. Nombre del producto:
Conector para bomba de infusión sin filtro de aire

Descripción:

Para administración de solución parenteral por bomba de infusión con cámara de goteo, con sitio de inyección en "Y", llave reguladora, ~~espiga universal~~, largo no menor de ~~90"~~ **70"**. Debe tener mínimo 1 a 2 sitios de inyección.

Presentación: ~~por unidad~~. **Caja mínimo de 40 unidades.**

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. El proveedor que se le adjudique la compra debe entregar las bombas de infusión macro o micro que requiera la institución. El proveedor se responsabiliza dar mantenimiento al equipo y entrenamiento al personal. La institución solicitará el insumo requerido

8. Nombre del producto:
Conector para bomba de infusión con filtro de aire

Descripción:

Para administración de solución parenteral por bomba de infusión, cámara de goteo, llave reguladora con sitio de inyección en "Y", espiga universal, largo no menor de ~~90"~~ **70"**. Debe tener mínimo 1 a 2 sitios de inyección.

Presentación: ~~por unidad.~~ **Caja mínimo de 40 unidades.**

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. El proveedor que se le adjudique la compra debe entregar las bombas de infusión macro o micro que requiera la institución. El proveedor se responsabiliza dar mantenimiento al equipo y entrenamiento al personal. La institución solicitará el insumo requerido

9. Nombre del producto:

Conector para bomba de infusión con bureta

Descripción:

Para administración de solución parenteral, por bomba de infusión, con diseño volumétrico de **100 a 150ml**, cámara de goteo, filtro de aire, con sitio de inyección, espiga universal, con dispositivo de seguridad que impide el libre reflujo, extensión no menor de **88" 90"** de longitud.

Presentación: ~~por unidad.~~ **Caja mínimo de 30 unidades.**

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. El proveedor que se le adjudique la compra debe entregar las bombas de infusión macro o micro que requiera la institución. El proveedor se responsabiliza dar mantenimiento al equipo y entrenamiento al personal. La institución solicitará el insumo requerido

10. Nombre del producto:

Conector para Administración de suero solución intravenosa con bureta (Microgotero)

Descripción:

Estéril, desechable, bureta calibrada en escala de 5 en 5 ml, capacidad de 100ml a 150ml, transparente, sitio de inyección con membrana de latex (resistente a varias punciones) o libre de aguja, filtro de aire, dispositivo que permite colgar la bureta, cámara de goteo, goteo de 60 gotas por ml/cc. Conexión distal con dos reguladores de goteo, un clamp, pieza en rosca, sitio en "Y" (para inyección directa) o libre de aguja, válvula que no permite vaciamiento de la cámara.

Presentación: ~~por unidad.~~ **Caja mínimo de 40 unidades.**

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. ~~Garantía por desperfecto de fábrica.~~ La institución solicitará el insumo requerido

11. Nombre del producto:

Extensión de conexión de venoclisis

Descripción:

Estéril, desechable, volumen de cebado menor de 1.0ml hasta 4.0ml. Con adaptador en rosca hembra y macho. Longitud de 20" (51cm) a 60" (152cm). Para diámetro micro o macro.

Presentación: ~~por unidad.~~ **Caja mínimo de 40 unidades.**

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. La institución solicitará el insumo requerido

12. Nombre del producto:

Controlador de infusión (Regulador de goteo)

Descripción:

Estéril, desechable, para la administración de **solución intravenosa suero**, conexión luer lock, regulador de goteo, puerto de inyección en "Y" ~~con ventilación,~~ **de látex o libre de aguja con aguja.** Con adaptador en rosca hembra y macho.

Presentación: ~~por unidad.~~ **Caja mínimo de 40 unidades.**

Observación: cumplir con el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 468 del 7 de noviembre de 2007. La institución solicitará el insumo requerido