Acta N° 04 de Medicoquirúrgico
29 de enero de 2009

Hoy 29 de enero de 2009, siendo la 02:15 a.m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Subcomité de Medicoquirúrgico representado por la Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud, Licda. Xenia Pryce, del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social, los especialistas: Licda. Anayansi Trejo del Complejo Hospitalario Metropolitano, conjuntamente con el único proveedor: Tania L. Miranda de Alpha Mediq, S.A., a pesar de que se invitó a todos los proveedores existentes; se presentaron para la homologación de **LAS BOLSAS DE COLOSTOMIA/ILOSTOMIA.**

1. FICHA TÉCNICA 100576

Nombre Genérico: BOLSA DE 1 PIEZA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA, PRE CORTADA PARA ADULTO.

Descripción del producto:

Bolsa de colostomia / lleostomia de una sola pieza pre cortada, con goma propia, hipoalergénica, con buena capacidad de absorción para lograr mayor seguridad en la adherencia a la piel, evitando derrames o filtraciones, con doble sello de fijación. Goma flexible que permita colocarla en los pliegues cutáneos con efectividad, sin lastimar al paciente. Pre cortada, con plástico transparente u opaca. El plástico deberá ser suave, libre de ruidos, con apertura inferior que permita cuantificar drenaje o lavarlas. Con revestimiento de tela suave en la parte posterior que proteja la piel del contacto con el plástico y que absorba la humedad. Deberá tener cierre individual y discreto por cada bolsa.

DIÁMETROS DE:

35MM

38MM o 40MM

50MM

57MM o 60MM

LA INSTITUCIÓN SOLICITARA EL DIAMETRO QUE REQUIERA

Observación:

Debe traer impreso y visible número de lote, fecha de fabricación y país de origen. Cumplir con estándares internacionales de calidad y comercialización (ISO, CE, TUV, FDA etc.). Número de lote visible, país de origen.

Presentación: Por unidad

2. FICHA TÉCNICA 100577

Nombre Genérico:

SISTEMA DE DOS PIEZAS PARA COLOSTOMIA /ILEOSTOMIA PARA ADULTO, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 50MM.

Descripción del producto:

Sistema de de dos piezas para colostomia/ ileostomia con diámetro externo de 50mm que incluya:

- Aro con diámetro externo de 50mm y con diámetro interno recortable para estoma hasta de 45mm, con goma hipoalergénica, flexible, buena capacidad de absorción para lograr mayor seguridad en la adherencia a la piel evitando derrames o filtraciones. Doble sello de fijación. Deberá tener un sistema de ensamblaje o acople mecánico con la bolsa que permita colocarla en el abdomen recién operado, sin ningún tipo de presión o trauma al paciente.
- La Bolsa de 50MM deberá ser transparente u opaca. Apertura inferior para cuantificar drenaje ó lavarlas. Tener revestimiento de tela suave que proteja la piel del contacto con el plástico y que absorba la humedad de la piel. Debe tener un sistema de fácil ensamblaje del aro con la bolsa. Sello de seguridad que evite el desprendimiento repentino durante el movimiento del paciente.

El plástico debe ser suave que minimice el ruido durante el movimiento, con cierre individual y discreto por cada bolsa.

LA INSTITUCIÓN PODRA SOLICITAR LOS AROS O LAS BOLSAS POR SEPARADO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO

Observación:

Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote y país de origen. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad (ISO1, CE, TUV, FDA, etc).

Presentación: Por cada dos bolsas se deberá entregar un aro

3. FICHA TÉCNICA 100578

Nombre Genérico:

SISTEMA DE 2 PIEZAS PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA PARA ADULTO, CON DIAMETRO EXTERNO DE 38MM Ó 40MM.

Descripción del producto:

Sistema de dos piezas para colostomía / ileostomia con diámetro externo de 38mm ó 40mm., que incluya:

- Aro con diámetro externo de 38mm ó 40 mm., y con diámetro interno recortable para estoma hasta 35 mm., con goma hipoalergénica, flexible, buena capacidad de absorción para lograr mayor seguridad en la adherencia a la piel evitando derrames o filtraciones. Doble sello de fijación. Deberá tener un sistema de ensamblaje o acople mecánico con la bolsa que permita colocarla en el abdomen recién operado, sin ningún tipo de presión o trauma al paciente.

- La Bolsa 38 ó 40mm deberá ser transparente u opaca. Apertura inferior para cuantificar drenaje á lavarlas. Tener revestimiento suave que proteja la piel del contacto con el plástico y que absorba la humedad de la piel.

El plástico debe ser suave que minimice el ruido durante el movimiento, con cierre individual y discreto por cada bolsa.

LA INSTITUCIÓN PODRA SOLICITAR LOS AROS O LAS BOLSAS POR SEPARADO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO.

Observación:

Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote y país de origen. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, CE TUV, FDA, etc).

Presentación: Por cada dos bolsas se deberá entregar un aro

4. FICHA TÉCNICA 100579

Nombre Genérico:

SISTEMA DE 2 PIEZAS PARA COLOSTOMIA/ ILEOSTOMIA PARA ADULTO, CON DIAMETRO EXTERNO DE 57MM O 60MM.

Descripción del producto:

Sistema de de dos piezas para colostomia / ileostomia con diámetro externo de 57mm ó 60mm., que incluya:

- Aro con diámetro externo de 57mm o 60mm y con diámetro interno recortable para estoma hasta 55mm, con goma hipoalergénica, flexible, buena capacidad de absorción para lograr mayor seguridad en la adherencia a la piel evitando derrames o filtraciones. Doble sello de fijación. Deberá tener un sistema de ensamblaje o acople mecánico con la bolsa que permita colocarla en el abdomen recién operado, sin ningún tipo de presión o trauma al paciente.

- La Bolsa 57mm ó 60mm deberá ser transparente u opaca. Apertura inferior para cuantificar drenaje ó lavadas. Tener revestimiento de tela suave que proteja la piel del contacto con el plástico y que absorba la humedad de la piel. Debe tener un sistema de fácil ensamblaje del aro con la bolsa. Sello de seguridad que evite el desprendimiento repentino durante el movimiento del paciente.

El plástico debe ser suave que minimice el ruido durante el movimiento, con cierre individual y discreto por cada bolsa.

LA INSTITUCIÓN PODRA SOLICITAR LOS AROS O LAS BOLSAS POR SEPARADO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO.

Observación:

Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote y país de origen. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad (ISO1, CE, TUV, FDA, etc).

Presentación: Por cada dos bolsas se deberá entregar un aro

5. FICHA TÉCNICA 100580

Nombre Genérico:

BOLSA DE 1 PIEZA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA PEDIATRICAS

~~(DRENABLE)~~ (RECORTABLE)

Descripción del producto:

Bolsa de colostomia / lleostomia de una sola pieza recortable, deberá tener una capacidad y tamaño de acuerdo al abdomen del niño, con goma propia, hipoalergénica, con buena capacidad de absorción para lograr mayor seguridad en la adherencia a la piel, evitando derrames o filtraciones, con doble sello de fijación. Goma flexible que permita colocarla en los pliegues cutáneos con efectividad, sin lastimar al paciente. Recortable, con plástico transparente para los primeros días postoperatorios u opacas para los ambulatorios. El plástico deberá ser suave, libre de ruidos, con apertura inferior que permita cuantificar drenaje o lavarlas. Con revestimiento **de tela suave** en la parte posterior que proteja la piel del contacto con el plástico y que absorba la humedad. Deberá tener cierre individual y discreto por cada bolsa.

DIÁMETROS:

10MM a 25MM (PREMATURO)

10MM a 35MM (PEDIATRICA)

10MM A 40MM (PEDIATRICO)

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIAMETRO QUE REQUIERÁ

Observación:

Debe traer impreso y visible número de lote, fecha de fabricación y país de origen. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, CE, FDA etc.). Número de lote y país de origen visibles

6. FICHA TÉCNICA 100581

Nombre Genérico: BOLSA DE 1 PIEZA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA PARA **ADULTO** RECORTABLE

Descripción del producto:

Bolsa de colostomia / ileostomia de una sola pieza recortable, con goma propia, hipoalergénica, con buena capacidad de absorción para lograr mayor seguridad en la adherencia a la piel, evitando derrames o filtraciones, con doble sello de fijación. Goma flexible que permita colocarla en los pliegues cutáneos con efectividad, sin lastimar al paciente. Recortable, con plástico transparente para los primeros días postoperatorios u opacas para los ambulatorios. El plástico deberá ser suave, libre de ruidos, con apertura inferior que permita cuantificar drenaje o lavarlas. Con revestimiento **de tela suave** en la parte posterior que proteja la piel del contacto con el plástico y que absorba la humedad. Deberá tener cierre individual y discreto por cada bolsa.

Diámetro de:

15mm a 60 **ó 62mm**

10mm a 80mm (post-operatoria)

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA.

Observación:

Debe traer Fecha de Fabricación y Número de Lote, visibles y vigentes. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad (ISO 9001, CE).

7. FICHA TÉCNICA 100582

Nombre Genérico: SISTEMA DE DOS PIEZAS PARA UROSTOMÍA DE ADULTO CON DIÁMETRO EXTERNO DE 50MM.