

Acta No. 23 de Medicoquirúrgico  
Del 09 de Julio de 2009

Hoy 09 de Julio de 2009 siendo las 10:23 a.m., participaron por parte del Subcomité de Medicoquirúrgico la Licda. Ana de Saira del Ministerio de Salud, Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social, Ing. Ricardo Soriano del Departamento de Evaluación y Gestión de Tecnología Sanitaria de la C.S.S, conjuntamente con los especialistas: Dr. Georgios Karnakis de la Caja de Seguro Social, Dr. Rogelio Vargas del Hospital Santo Tomas, Dr. Aníbal Villareal del Instituto Oncológico Nacional, se presentaron para la homologación de:

En esta homologación solamente se contó con la presencia de los Médicos Especialistas en Ginecología.

**Sistema de Aspiración por Aguja de Inyección con Equipo de Ultrasonido**  
**Ficha técnica 100805**

**Especificaciones Técnicas:**

1. Control para la succión.
2. Con manómetro.
3. Capacidad de filtrar bacterias.
4. Pedal para la aspiración.
5. Envase colector.
6. Requerimiento eléctrico entre 110-120 V/60Hz o autoregulable

**Accesorios:**

1. Aguja de punción con calibre entre 16 y 18 Gauge.

**Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:**

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicita la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.
5. Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal de biomédica.
7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.
9. El tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.

Siendo las 10:20 a.m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución

