

Acta No. 15 de Medicoquirúrgico  
Del 14 de Mayo de 2009

Hoy 14 de mayo de 2006 siendo las 9:36 a.m., participaron por parte del Subcomité de Medicoquirúrgico la Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud, Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social, Licda. Monique de Bonilla del Instituto Oncológico Nacional, Ingeniero Ricardo Soriano del Departamento de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, el Ingeniero Bredio Huramo del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud y Ingeniero Vladimir Rodríguez del Hospital de Especialidades Pediátricas.

Se inicia la homologación dando lectura sobre la nota DNEGTS-Nota-1492-2009 del 30-04-09 en donde solicita los cambios a las fichas técnicas 48285, 48287, 48349.

Para esta reunión se cita a los Biomédicos arriba mencionados para corroborar que los cambios solicitados no afectan la ficha técnica las cuales fueron homologados el 23 y 24 de abril de 2007.

Los biomédicos indican que es correcto lo que indica la nota DNEGTS-Nota-1492-2009 del 30-04-09: "ya que por seguridad de los pacientes los mismos deber ser de un material conductor que permita que en caso de una corriente de fuga la misma fluya hacia tierra evitando que la descarga eléctrica la reciba el paciente".

Ficha técnica 48287

MESA DE CIRUGIA MAYOR CON ACCESORIOS PARA CIRUGIA GENERAL Y ORTOPEDIA, HOMOLOGADO EL 23-4-07 Y 27-4-07

Accesorios Generales:

4. Restringidor de paciente de material ñ conductor.

Ficha técnica 48285

MESA DE CIRUGIA MAYOR CON ACCESORIOS PARA CIRUGIA GENERAL, Y NEUROCIRUGIA, HOMOLOGADO EL 23 DE ABRIL DE 2007

Accesorios Generales:

4. Restringidor de paciente de material ñ conductor

Ficha técnica 48348

MESA QUIRURGICA UROLOGICA, HOMOLOGADO EL 24-4-07

Accesorios Generales:

4. Restringidor de paciente de material ñ conductor.

Siendo las 10:10 p.m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución