

Acta No. 39 de Medicoquirúrgico
19 de Noviembre de 2009

Hoy 19 de Noviembre de 2009, siendo las 10:10 a.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico la Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud, Licda. Xenia Pryce de la Caja de Seguro Social, Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social, Dr. Iván Olivardía del Hospital de Especialidades Pediátricas, Licda. Aurelia de Castro del Hospital del Niño, Ingeniero Ricardo Soriano del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, Ing. Alexander Goff del Hospital Santo Tomás, conjuntamente con el especialista: Dr. José Molina del Hospital de Especialidades Pediátricas y el Dr. Guzmán Aranda del Hospital del Niño y los siguientes proveedores: Mitzibel Ledesma y Carmen Calderón de la empresa Meditek S.A, se presentaron para la homologación del equipo:

Se invitó a todos los proveedores, sin embargo, solo asistió uno.

ESTIMULADOR NERVIO VAGO
FICHA TECNICA: 100995

Descripción: Estimulador vagal para pacientes con epilepsia refractaria.

Especificaciones Técnicas:

1. Generador implantable, multiprogramable; herméticamente cerrado en una caja de titanio alimentado con ~~una sola batería de vida prolongada~~ de hasta 6 años ~~de vida útil~~, que indique su baja carga por lo menos con seis meses de anticipación. ~~Que genere señales~~
2. ~~Electrodos de pines simples~~
3. ~~Electrodo helicoidal y duales, según sea el caso, con diámetro de 2mm y 3mm diámetro helicoidal.~~
4. Espesor del generador de hasta 7mm.
5. Volumen del generador de ~~entre 8cc, y 10cc~~, un peso no mayor de ~~17~~ 16 gramos.
6. ~~Un programador de paciente que permita ser programado y reprogramado de acuerdo a la necesidad, para controlar la frecuencia, la duración del impulso y la amplitud en forma precisa a través de programas que regulen estos parámetros.~~

Accesorios:

1. Kit de paciente: contiene un manual para el paciente con dos tarjetas de información del paciente en caso de emergencia y dos magnetos ordenadores.
2. Electrodo quadfililar con diámetro ~~entre de~~ 2mm y 3mm ~~de diámetro~~ helicoidal ~~con longitud estándar.~~
3. Electrodo trifilar con diámetro ~~entre de~~ 2mm y 3mm diámetro helicoidal.
4. ~~Programadas de paciente.~~

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal del servicio que tendrán a su cargo la operación del equipo.
4. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
5. ~~La empresa deberá realizar las programaciones y reprogramaciones del generador cuando la unidad ejecutora lo solicite durante su vida útil.~~

