

Acta N° 83
Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 4 de agosto de 2010
Hora: 9:10 a. m.
Reunión Extraordinaria

Miembros participantes:
Dr. Alejandro Martínez del Ministerio de Salud

Siendo las 9:10 a.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con los especialistas Dr. Marcos Donato, del Hospital del Niño y el Dr. Johnny Galina de la Caja de Seguro; se presentaron para la homologación de: **MEDIDOR DE FLUJO MAXIMO (DESECHABLE)**.

Esta homologación fue solicitada mediante nota N° 176/DIDTS/DGS del 10 de junio de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, del Ministerio de Salud.

MEDIDOR DE FLUJO ~~ESPIRATORIO~~ MAXIMO (~~Desechable~~)

FICHA TÉCNICA N° 100687

Nombre Genérico: Medidor de Flujo ~~Espiratorio~~ Máximo (~~Desechable~~)

Descripción:

1. Que permita ~~simplificar~~ el control **y monitoreo** del asma. ~~tanto al paciente como al especialista.~~
2. Con indicador numérico **de flujo en litros por minutos, digital o análogo.** ~~de fácil lectura que ayude al paciente a controlar su condición.~~
3. Con zonas de color ajustable para adaptar los tratamientos a cada paciente.
4. ~~Tamaño bolsillo para máxima conveniencia.~~

Observaciones:

Garantía de un (1) ~~no menor de 2~~ años o más a partir de la fecha de entrega. Instructivo en español. Certificación de dispositivo nuevo y modelo no discontinuado por el fabricante.

Siendo las 10:00 a.m, se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución

Magíster Jackeline Sánchez
Secretaria Ejecutiva-CTNI