

Acta N° 133  
Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 1 de diciembre de 2010

Hora: 12:05 p. m.

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes del Subcomité:

Dr. Alejandro Martínez del Ministerio de Salud

Licda. Ana de Saira del Ministerio de Salud

Licda. Nicolasa Gálvez del Hospital de Especialidades Pediátricas

Siendo las 12:05 p.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con el especialista: Licda. Marta Anaya de la Dirección de Provisión de Salud Ministerio de Salud y los siguientes proveedores: Juan Quintero y Octavio Jurado de Medical Innovations y Katherine Dubarrán de Promoción Médica, se presentaron para esta homologación.

La homologación fue solicitada mediante nota DNPSS/UTPSS/171/MQ del 29 de septiembre de 2010 enviada por la Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud.

Nivel: 2

Clase:A

**LAMPARA DE CABEZA QUIRURGICA SISTEMA CON NAVEGADOR DE LUZ  
QUIRURGICA, DE ALTO PODER, LIBRE DE CABLES**

**Descripción del producto:**

- Sistema con navegador con luz quirúrgica libre de cables, con alto poder para iluminación del campo quirúrgico
- ~~Dotado con~~ Casco en material de neopreno, peso aproximado de 9 onzas ( con su equivalencia en libras)
- Navegador óptico de luz de alto poder, con cinco puntos de ajuste
- Sistema de disipación de calor con dos ventiladores
- Control ajustable de apertura del haz, con capacidad de distribuir uniformemente el haz de la luz en un 100% en el punto central del campo iluminado y en un 95% de los bordes del campo iluminado
- Luz blanca brillante que en su calidad, color e intensidad no se degradan
- Permite el uso de lupas quirúrgicas
- Faja o cinturón ajustable con bolsillos para portar baterías
- Dos baterías recargables de ion- litio que permite 6 ó más horas de duración con indicador de carga
- Estación para recargar compatible con 110-120 voltios (50-60Hz) para recargar dos baterías de mesa
- Tres set de tres almohadillas para uso en el casco para mayor confort

La unidad ejecutora podrá adquirir individualmente todos los componentes con el mismo número de ficha.

Accesorio Opcional:

- Estación de carga con capacidad para recargar hasta diez baterías de ion-litio.

**OBSERVACIONES:**

1. Garantía de dos (2) años mínimo, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

