

Acta N° 137
Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 07 de diciembre de 2010

Hora: 09:30 p. m.

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes del Subcomité:

Licenciada Ana de Suira del Ministerio de Salud

Siendo las 09:59 p.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con los especialistas: Rolando Muñoz del Hospital Santo Tomas y el Doctor Ahmed Vielgo del Complejo Hospitalario Metropolitano, se presentaron para la homologación de Bandeja de tonsila para la cirugía de amigdalotomía.

El Doctor Rolando Muñoz Otorrinolaringólogo del Hospital Santo Tomas, se presento a la reunión de homologación, reviso las especificaciones enviadas y nos manifiesta que cumple con lo solicitado por la unidad solicitante. El Doctor se retira para cumplir compromisos en su Institución.

La homologación fue solicitada mediante nota 1242-DPSS de 28 de Octubre de 2010 enviada por la Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud.

El Doctor Ahmed Vielgo del Complejo Hospitalario Metropolitano reviso las especificaciones y solicita agregar lo siguiente:

**BANDEJA DE TONSILO PARA LA CIRUGIA DE AMIGDALOTOMÍA Y
ADENOIDECTOMIA**

Descripción del Bandeja: de acero inoxidable con tapo, dimensiones de 26.67x33.65x4.5cm.

ESPECIFICACIONES:

Que debe contener mínimo el siguiente instrumental:

- 3 Pinzas de Campo 4 1/2",
- 2 Pinzas Allis curvas 9 1/4" de 4 y 5 dientes,
- 2 Pinzas Allis rectas 8" de 6x7 dientes,
- 2 Pinzas de Tonsila curva de 7 1/2",
- 1 Porta Aguja curvo de 9",
- 1 Porta Esponja de 8",
- 1 Tijera de Tonsila curva de 7 1/4" tipo schmidt,
- 1 Elevador Freer 7",
- 1 Retractor Fisher o Palito de Golf de 8 1/2",
- 1 Cuchillo de Tonsila de 7 1/2",
- 1 Cuchillo de Cresta de Gallo de 8 1/2",
- 1 Disector y retractor de Pilar de 9",
- 1 Mango de Bisturí nº 7,
- 3 Adenotomos Nº 0, 2 y 3,
- 3 Abre bocas automáticos de 3 3/4", 4 3/4" y 6",
- 5 Curetas de Adenoides Nº 0, 1, 2, 3, 4.
- 1 Succión de Yankauer 11 3/4",
- 1 Succión Anthony (tipo lápiz) de 6 1/2",
- 1 Baja Lengua Wieder (Tipo Corazón) 36mm aserrado,
- 1 Baja Lengua Andrews de 21mm de ancho aserrado,
- 1 Retractor de paladar Bosworth frenestrado de 25mm de ancho,
- 1 Guillotina o Sierra de Amígdala tipo Tyding,
- 1 pocillo chico 116x50mm (350cc),
- 1 pocillo grande 147x65mm (700cc).

-
Presentación: Bandeja con instrumentos.

Observaciones: **Garantía de 5 años a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora peticionaria. Material de acero inoxidable quirúrgico. Certificado de instrumental nuevo. Debe traer impreso y visible número de lote, marca de fábrica, país de origen. Margen de tolerancia ½” Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización. Todos los instrumentos deben ser finos acordes a la especialidad, de acero inoxidable excepto los que por sus características sin de otro material. Deben cumplir con los estándares de calidad. Deben venir en su bandeja adecuada para la protección de los instrumentos y soportar esterilización a vapor. Garantía mínima de cinco años.**

Nivel 2
Clase A

Siendo las 10:30 a.m. se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución

Magíster Jackeline Sánchez
Secretaria Ejecutiva-CTNI

MQ/JS/em