Acta N° 01
Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 07 de enero de 2010

Hora: 08:30 a. m.

Si hay Quórum

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes:

Licda. Ana de Suira del Ministerio de Salud

Licda. Xenia Pryce de la Caja de Seguro Social

Licda. Mirella Alleyne del Hospital Santo Tomas

Dr. Iván Olivardía del Hospital de Especialidades Pediátricas

Licda. Monique de Bonilla del Instituto Oncológico Nacional

Siendo las 8:30 a.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con los especialistas: Doctor Augusto Wolfschoon Anestesiólogo del Complejo Hospitalario Metropolitano, Doctora Jérika Latorraca del Hospital de Especialidades Pediátricas, Licenciada Olga Díaz del Complejo Hospitalario Metropolitano y el Doctor Iván Sierra de Neonatología del Complejo Hospitalario Metropolitano de y los siguientes proveedores: Carlos López de Medical Depot, S.A., Juan Carlos Alonso de Horacio Icaza y Cia., Carlos Ledesma de Medi-Lab, S.A., Clemente Batista de Distribuidora Médico Panameña y Francisco Hoque de Promoción Medica, S.A., se presentaron para la homologación de:

1. Ficha Técnica 101111
RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO **REUSABLE**

1. Bolsa/balón de silicón o caucho (goma) libre de látex o plástico, con capacidad de entre 1.5 y 2 litros:
 - a. Válvula liberadora de presión o sobre presión o válvula de escape de 35 a 60 cm de agua
 - b. Válvula del paciente unidireccional o de no re-inhalación
 - c. Con reservorio de 2.5 litros o mas de capacidad
2. Conexión para oxígeno
3. Dos mascarar transparentes de tamaños entre N° 3, N° 4 y N° 5 (La institución especificara dos tamaños de acuerdo a su necesidad)
4. Tubo para oxígeno

- ~~1. Con mascar de plástico transparente~~
- ~~2. Sistema de válvula de baja resistencia~~
- ~~3. Conexión para oxígeno~~
- ~~4. Bolsa de 2 litros de capacidad con reservorio,~~
- ~~5. Volumen máximo de insuflación hasta 1500 ml,~~
- ~~6. Caja plástica resistente para el transporte, que permita su desinfección.~~

Accesorios:

1. Con o sin caja o maletín con asa de fácil transportación (La institución solicitará la caja o maletín, si la requiere)
2. Válvula PEEP (Presión positiva al final de la inspiración). La institución solicitará la válvula si la requiere.

OBSERVACIONES:

Con garantía de 1 año, a partir de la fecha de entrega. Debe traer impreso y visible número de lote, marca de fábrica, país de origen y fecha de manufactura. Certificado por desperfecto de fábrica. Manual de instrucción e ilustrativo en español. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización (ISO, FDA, CE, TUV, etc).

2. Ficha Técnica 101112
RESUCITADOR MANUAL PARA NEONATO E INFANTES **REUSABLE**

1. Bolsa/balón de silicón o caucho (goma) libre de látex o plástico, con capacidad menor de 300ml:
 - a. Válvula liberadora de presión o sobre presión o válvula de escape de 35 a 40 cm de agua
 - b. Válvula del paciente unidireccional o de no re-inhalación
 - c. Con reservorio corrugado o de bolsa
2. Conexión para oxígeno
3. Dos mascarar transparentes de tamaños N° 0 y N° 1
4. Tubo para oxígeno
5. Válvula PEEP (Presión positiva al final de la inspiración).

~~Resucitador manual para neonatas e infantes de 250 a 300 ml completa, reusable con reservorio o corrugado y válvula de control de presión~~
~~Con reservorio~~

Accesorios:

- a. Con o sin caja o maletín con asa de fácil transportación (La institución solicitará la caja o maletín, si la requiere)

OBSERVACIONES:

Con garantía de 1 año, a partir de la fecha de entrega. Debe traer impreso y visible número de lote, marca de fábrica, país de origen y fecha de manufactura. Certificado por desperfecto de fábrica. Manual de instrucción e ilustrativo en español. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización (ISO, FDA, CE, TUV, etc).

3. Ficha Técnica 101113
RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO **REUSABLE**

1. Bolsa/balón de silicón o caucho (goma) libre de látex o plástico, con capacidad de 500 a 600ml:
 - a. Válvula liberadora de presión o sobre presión o válvula de escape de 35 a 40 cm de agua
 - b. Válvula del paciente unidireccional o de no re-inhalación
 - c. Con reservorio corrugado o de bolsa
2. Conexión para oxígeno
3. Dos mascarar transparentes de tamaños N° 2, N° 3 y N° 4 (La institución especificará dos tamaños de acuerdo a su necesidad)
4. Tubo para oxígeno

~~Bolsa de caucho conductivo sistema de válvula de escape de 40cm de agua, reservorio de 600ml, bolsa de pvc de 280ml, mascara siliconizada.~~

Accesorios:

- a. Con o sin caja o maletín con asa de fácil transportación (La institución solicitará la caja o maletín, si la requiere)
- b. Válvula PEEP (Presión positiva al final de la inspiración). La institución solicitará la válvula si la requiere.

OBSERVACIONES:

Con garantía de 1 año, a partir de la fecha de entrega. Debe traer impreso y visible número de lote, marca de fábrica, país de origen y fecha de manufactura. Certificado por desperfecto de fábrica. Manual de instrucción e ilustrativo en español. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización (ISO, FDA, CE, TUV, etc).