Acta N° 06
Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 20 de enero de 2010

Hora: 08:30 a. m.

Si hay Quórum

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes:

Licda. Ana de Saira del Ministerio de Salud

Licda. Xenia Pryce de la Caja de Seguro Social

Licda. Mirella Alleyne del Hospital Santo Tomas

Doctor Iván Olivardia del Hospital de Especialidades Pediátricas

Siendo las 9:00 a.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con los especialistas: Doctor Alfredo Matos de la Caja de Seguro Social, Doctora Jerika Latorraca del Hospital de Especialidades Pediátricas, Doctor Luís Bravo del Hospital Santo Tomas, Doctor Julio Osorio de la Caja de Seguro Social de Chiriquí, Doctor Walter Valverde del Instituto Oncológico Nacional, Doctor Ricardo Ogilvie del Hospital de Especialidades Pediátricas Ing. Ricardo Soriano de la Caja de Seguro Social, Ing. Joany Delgado Biomédica del Ministerio de Salud y los siguientes proveedores: César Alcedo, Victor Mendoza, Jacinto Jaén y Edmundo Ayarza Kendall, S.A., Igor González de Import Medical, S.A., Aracelly Rodríguez y Hugo Gutiérrez de Hospirenta Panamá, Fernando Centanaro y Francisco Hoque de Promed, S.A., Jaime Díaz de Alpha Mediq, S.A., Juan Carlos Alonso de Horacio Icaza y Cia., se presentaron para la homologación de **VENTILADOR AVANZADO PARA ADULTO Y EN TERAPIA INTENSIVA :**

El doctor Alfredo Matos indica que esta ficha es una petición particular ya que es una necesidad de la Caja de Seguro Social. El doctor Walter Valverde indica que no esta de acuerdo a los cambios solicitados por la CSS, que se deben reunir los médicos para conversar sobre la creación de este equipo ya que se debe abrir el compás, para que no sea una ficha técnica dirigida. El doctor Luís Bravo indica que se proceda a la homologación de acuerdo a las especificaciones que fueron enviadas. A su vez indica que se puede manejar cualquier ventilador no necesariamente el que solicita la CSS.

El Subcomité indica que los médicos deben reunirse y evaluar las especificaciones de este equipo, que los proveedores deben dejar sus catálogos los cuales deberán ser evaluados por los médicos.

En concenso los especialistas indican que se deben reunir posteriormente para evaluación de las descripciones. Ya que crearan varias fichas para los ventiladores.

Para el día miércoles 28 los especialistas se reunirán para la revisión de este equipo.

El Doctor Matos de la Caja de Seguro Social no esta de acuerdo a la suspensión de la Homologación.

Nombre	Empresa o Institución