Acta N° 09
Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 28 de enero de 2010

Hora: 9:25 a. m.

Si hay Quórum

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes:

Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud

Licda. Xenia Pryce de la Caja de Seguro Social

Doctor Iván Olivardia del Hospital de Especialidades Pediátricas

Licda. Monique de Bonilla del Instituto Oncológico Nacional

Siendo las 9:25 a.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con los especialistas: Doctor Alfredo Matos de la Caja de Seguro Social, Doctor Luís Bravo del Hospital Santo Tomas, Ing. Angel Herrera del Hospital Santo Tomás, Ing. Kathia Guerra Biomédica del Complejo Hospitalario Metropolitano y los siguientes proveedores: Celia González y Irsy Quiel de Alta Tecnología Médica, S.A., y Francisco Hoquee de PROMED, S.A., se presentaron para la homologación de

**TALADRO ~~CON MÉDICO~~ DE SISTEMA DE ACCESO INTRAÓSEO PARA
INFUSIÓN VASCULAR INMEDIATA**
Ficha técnica: 101146

Especificaciones Técnicas:

1. Taladro ~~completamente~~ sellado, con seguro en el disparador.
2. Revoluciones sin resistencia de 1200 rpm o más.
3. Revoluciones con resistencia de 800 rpm o más.
4. Eje del motor en su exterior de forma poliédrica e imantada en la punta que se ajusta a la aguja.
5. Batería de litio no recargable, con durabilidad para 750 inserciones **como mínimo**.

Accesorios: Consumibles: (La Unidad Ejecutora podrá solicitar la cantidad y el tipo de aguja que requiera).

Agujas de los siguientes tamaños:

1. Pediátrica: ~~PD~~ 15G (1.8mm) x 15mm de largo, ~~peso de 5 gramos~~ en su empaque estéril, acero inoxidable 304, libre de látex, **que permita ser usado en pacientes entre su uso es a partir de 3 a y 39 kg de peso (6.6 a 86 lbs)**, debe incluir los tubos de extensión de 15cm de largo, con conexión en forma de "L", cierre de Roberts y conector libre de aguja.
2. Adulto: ~~AD~~ 15G (1.8mm) x 25mm de largo, ~~peso de 5 gramos~~ en su empaque estéril, acero inoxidable 304, libre de látex, **que permita ser usado en pacientes su uso es a partir de 40 kg ó más de peso y superior a (88 lbs)**, debe incluir los tubos de extensión de 15cm de largo, con conexión en forma de "L", cierre de Roberts y conector libre de aguja.
3. Tejido excesivo: ~~LD~~ 15G (1.8mm) x 45mm de largo, ~~peso de 5 gramos~~ en su empaque estéril, acero inoxidable 304, libre de látex, su uso es a partir de la existencia de tejido excesivo graso o muscular, debe incluir los tubos de extensión de 15cm de largo, con conexión en forma de "L", cierre de Roberts y conector libre de aguja.

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

1. Garantía de dos (2) años **ó 750 inserciones mínimo** ~~en piezas y mano de obra~~, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.