

Acta N° 59 Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 14 de junio de 2010

Hora: 9:00 a. m.

Reunión extraordinaria

Miembros participantes:

Dr. Alejandro Martínez del Ministerio de Salud

Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud

Dr. Iván Olivardía del Hospital de Especialidades Pediátricas

Licda. Edesmilda Cedeño del Hospital Santo Tomás

Siendo las 09:00 a.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con los especialistas: Dr. José I. Rodríguez O. del Ministerio de Salud, Dr. Johnny Galina de la Caja de Seguro Social, Dr. Kito Young del Instituto Oncológico Nacional y los siguientes proveedores Juan González de Kendall, S.A., se presentaron para la homologación de:

Se invitaron a todas las empresas, sin embargo, solo asistió una empresa.

BANDEJA DE TORACENTESIS (SIN MEDICAMENTO)

ESPECIFICACIONES:

1. Con catéter de aspiración **sobre aguja de calibre 16G a 18G, de 3" a 7.5" y el catéter de teflón ó poliuretano ó silicona de 14G ó compatible con la aguja. de 16G x 3" a 3 1/2", 17G x 6" a 7", 18G x 7.5"**. Contiene:
 - Una (1) llave de tres vías ó válvula automática con dos (2) vías **(o llave de paso)**.
 - Una (1) Jeringa de 50 a 60cc, cierre de rosca o luer lock
 - Una (1) jeringa de 5cc
 - Una (1) aguja 25G x 5/8", de entre 21G x 1 1/2 a 22G x 1 1/2"
 - Un (1) tubo de drenaje
 - Una (1) bolsa colectora de fluidos
 - Tres (3) tubos de **5 mililitros ó más 8 a 10ml**, para muestra de especímenes
 - **Un juego de limpieza que incluya gasas ó esponjas ó aplicadores ó toallas**
 - ~~Una (1) a tres (3) esponjas de limpieza~~
 - ~~Una (1) a tres (3) gasas 3" x 3"~~
 - ~~Una (1) toalla con antiséptico~~
 - ~~Una (1) toalla~~
 - Una (1) lapa fenestrada
 - Una (1) banda o vendaje adhesivo
 - Papel de envolver

La unidad ejecutora solicitará el tamaño del catéter de aspiración que requiera.

OBSERVACIONES:

Empaque estéril, individual desechable, fecha de manufactura, con número de lote y fecha de expiración de la esterilización, marca de fábrica y país de origen visibles. ~~Medicamentos y soluciones antisépticas deberán contar con Registro Sanitario.~~ Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización (ISO, FDA, CE, TUV, etc)

Siendo las 10:00 a.m., se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución

Magíster Jackeline Sánchez
Secretaria Ejecutiva-CTN

MQ/JS/am