Acta N° 42
Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 11 de mayo de 2010

Hora: 08:30 a. m.

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes:

Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud

Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social

Licda. Nilda Gumbs del Instituto Oncológico Nacional

Licda. Edesmilda Cedeño del Hospital Santo Tomás

Licenciada Nicolasa Gálvez del Hospital de Especialidades Pediátricas

Siendo las 09:00 a.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con los especialistas: Doctor Francisco Tejeira Otorrinolaringólogo del Complejo Hospitalario Metropolitano, Doctora Ivette Berrío Otorrinolaringólogo del Hospital de Especialidades Pediátricas, Doctora Magdiel Him del Hospital del Niño se presentaron para la homologación del equipo **MONITOR DE INTEGRIDAD NERVIOSA**.

Los especialistas conversan sobre el punto 3 de las especificaciones: el Doctor. Tejeira indica que el equipo puede contar con una pantalla táctil o no ya que el servicio requiere que se cumpla con la función y que cada unidad solicite lo que requiera. La Doctora Him indica que se debe colocar Táctil o Mouse para mayor seguridad. La Doctora Berrío indica que se debe colocar Táctil o Mouse según el servicio que representa.

Se solicito a un Biomédico y se conto con la participación del Ingeniero Jhonathan Guerra Jaén del MINSa-DIDTS el cual nos manifiesta que se debe colocar el control de la pantalla táctil o con mouse.

Se requirió la presencia de un Abogado y se conto con la participación de la Licda. Adriana Muñoz la cual manifiesta que deben estar plasmados en las especificaciones si la pantalla es táctil o con mouse para no limitar el equipo.

Se realiza la revisión de las especificaciones del equipo, las cuales se les enviaron a las empresas y se homologará el martes 18 de mayo de 2010 a las 08:30 a.m.

MONITOR DE INTEGRIDAD NERVIOSA

Descripción: Monitor de integridad nerviosa para electromiografía (EMG), de uso intraoperatorio en intervenciones quirúrgicas para la localización de nervios motores que se puedan hallar en peligro a causa de manipulaciones accidentales, mediante el uso de señales electromiográficas y la estimulación eléctrica.

A. Especificaciones Técnicas:

1. De 4 a 8 canales de uso intraoperatorio
2. Con indicadores de localización e identificación de nervios craneales y periféricos.
3. Rango de Estimulación 0.01 miliamperio a 30.0 miliamperio
4. Con interfaz de paciente (para la conexión de electrodos)
5. Simulador de paciente
6. Sistema eléctrico 110V / 60Hz
7. Pantalla ~~táctil~~ a colores, de alto contraste, **que refleje la estimulación del nervio con respuesta visual y audible con control de volumen (controlada con mouse o táctil).** ~~con alarma visual y audible con control de volumen.~~

Accesorios:

Kit de fusibles para consola

Kit de fusibles para interfaz de paciente

Electrodos subdermales de 2 y 4 canales

Tubos endotraqueales de **Electromiografía (EMG) que incluya rango pediátrico y adulto**

Sonda de estimulación unipolar o bipolar

Sonda supresora de ruido

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento **en español**.
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos **en español**.
4. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
5. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.
6. Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo: enfermeras y asistentes.
7. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo, al personal de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.
8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.
9. El tiempo de entrega lo definirá la Unidad Ejecutora solicitante.

Siendo las 10:30 a.m, se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución

_____
Magíster Jackeline Sánchez
Secretaria Ejecutiva-CTNI

MQ/JS/em