

Acta N° 50  
Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 26 de mayo de 2010

Hora: 9:20 a. m.

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes:

Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud

Licda. Xenia Pryce de la Caja de Seguro Social

Licda. Nicolasa Gálvez del Hospital de Especialidades Pediátricas

Licda. Nilda Gumbs del Instituto Oncológico Nacional

Siendo las 09:20 a.m., el Subcomité de Medicoquirúrgico conjuntamente con los especialistas: Dra. Ivette Carroll del Complejo Hospitalario Metropolitano, Dra. Solange De Los Ríos del Hospital de Especialidades Pediátricas, Dr. Harys Marcucci del Policentro de Juan Díaz, Ing. Luis Rivera Biomédico del Ministerio de Salud, Ing. Alexander Goff del Hospital Santo Tomás y la siguiente proveedora: Catherine Dubarran de Promoción Médica, se presentaron para la homologación de:

Es importante resaltar, que se invitaron a todas las empresas, sin embargo sólo asistió una empresa.

**VIDEO LARINGOSCOPIO CON PANTALLA EQUIPO PARA INTUBACIÓN DIFÍCIL Y PEQUEÑA**

Ficha Técnica: 101441

**A. Especificaciones Técnicas:**

1. Conexión de video ~~Baton~~ y cámara a colores con visualización total o completa de la vía aérea en la pantalla.
2. Que soporte la inclusión de 4 tamaños de hoja de laringoscopio grado de visión laringoscópica (GVL) con ángulo de 60° ó mayor tipo MAC.
3. ~~Función de salida de video.~~ Iluminación tipo LED
4. Tamaño del monitor de la pantalla de 7" ó su equivalente en centímetros de 14cm x 8 cm, con resolución de ~~320 x 240~~ 800 x 480 pixeles.
5. Batería recargable con duración de 90 minutos o mayor.
6. Indicador de carga de la batería.
7. Mecanismo de antiempañado de la cámara.
7. ~~Debe lograr la visualización de Grado I ó Grado II de Cormarek-Lahane en el 99% de los casos.~~
8. Con capacidad de almacenaje de video e imágenes en tarjeta de memoria.
9. Alimentación eléctrica 120V +/-10%/60Hz
10. Formato de almacenaje de video e imágenes JPEG, MPEG.
11. Balance de blanco.

**B. Accesorios:**

1. Tapa de cierre para ciclo de esterilización.
2. Cable de conexión de video de 175cm ó mayor ~~175mm~~.
3. Pedestal con base de cinco ruedas antiestático y canasta.
4. Hojas de laringoscopio N°2, N°3, N°4 y hoja para intubación difícil.
- ~~5. Cámaras tamaño 2(47mm), 3(82mm), 4(102mm), 5(102mm)~~
5. Tarjeta de memoria de 4 Giga ó más.
6. Maletín de transporte.

**C. Observaciones recomendadas para el pliego de cargos:**

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

