

## **Acta N° 122**

### **Subcomité de Medicoquirúrgico**

Fecha: 11 de noviembre de 2010

Hora: 8:00 a. m.

Hay Quórum

Reunión ordinaria

Miembros participantes:

Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud

Doctor Iván Olivardía del Hospital de Especialidades Pediátricas

La Licda. Nicolasa Gálvez del Hospital de Especialidades Pediátricas

Licda. Aurelia Castro del Hospital del Niño

Licda. Nilda Gumbs del Instituto Oncológico Nacional

La Licda. Xenia Pryce y la Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social, llamaron que no pueden asistir por compromisos en su Institución.

La Licda. Edesmilda Cedeño y la Licda. Gloria de Fajardo del Hospital Santo Tomas, llamaron que no pueden asistir por compromisos en su Institución.

#### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y discusión de Correspondencia
3. Pendiente a revisar
4. Homologación
5. Para homologación
6. Asuntos Varios

#### 1. VERIFICACION DEL QUORUM

1. Siendo las 8:00 a.m. se da inicio a la reunión ordinaria correspondiente al día de hoy con la participación de cinco (5) Sub-comisionados.

#### 2. LECTURA Y DISCUSION DE CORRESPONDENCIA:

Se reviso lo siguiente:

- a. Nota 1243-DPSS del 2 de noviembre de 2010, enviada por la Dirección Nacional de Provisión del Ministerio de Salud, en la cual envían respuesta a la nota DS/CTNI/1452 sobre la creación de la Silla de Ruedas Motorizada. El subcomité procede con lo solicitado.
- b. Hoja de Trámite del 2 de noviembre de 2010, enviada por la comisión Nacional de Registro Nacional de Oferentes del Ministerio de Salud, en la cual solicitan la revisión de la Ficha Técnica 22189 correspondiente a la Jalea Lubricante Estéril. El subcomité procede con lo solicitado.
- c. Nota DNEyGTS-G-N° 3671 del 27 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión de la ficha 100419 Pinza para función de tejidos. El subcomité procede con lo solicitado.
- d. Nota DNEyGTS-G-N° 3672 del 27 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la corrección de la ficha 24573 Instrumento para prolapso rectal y hemorroides. El subcomité procede con lo solicitado.
- e. Nota 459/UEGV/HST del 29 de octubre de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomás, en la cual solicitan la revisión de la ficha técnica 47490 del Catéter de Angiografía de 5FR de 110cm de longitud Guía de 0.035", tipo Pigtail. El subcomité procede con lo solicitado.
- f. Nota 456/UEGV/HST del 29 de octubre de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomás, en la cual solicitan la revisión de las Fichas Técnicas 46529 correspondiente a Kit de Balón de Dilatación para Tracto de nefrostomía de 5 a 7 FR, 26422 correspondiente al Sistema de Nefrostomía Percutánea con

Diseño Pigtail para dilatación Renaly de la ficha 26690 correspondiente al Sistema de Nefrostomía Percutánea con diseño Pigtail para Dilatación Renal.

- g. Nota 372/DIDT/DGS del 21 de septiembre de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnológico en Salud del MINSA, en la cual solicita la revisión de las fichas 30571, 42589, 40075, 30573, 48790, 49171. El subcomité procede con lo solicitado.

### 3. PENDIENTE PARA REVISAR

- a. Nota DNEyGTS-G-N°3573 del 15 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual envían fichas técnicas para la creación de instrumento de engrapado laparoscópico cortante articulado de 60mm para tejido norma, instrumento de engrapado laparoscópico cortante articulado de 60mm para tejido intermedio, instrumento de engrapado laparoscópico cortante articulado de 60mm para tejido grueso, recarga de instrumento de engrapado lineal cortante articulado laparoscópico para tejido normal, recarga de instrumento de engrapado lineal cortante articulado laparoscópico para tejido intermedio, recarga de instrumento de engrapado lineal cortante articulado laparoscópico para tejido grueso, Anillo asimétrico para anuloplastia mitral.
- b. Nota DNEyGTS-G-N° 3743-2010 del 29 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la homologación de la Ficha Técnica 100383 del Injerto Vascular Recto con Anillos Integrados al PTFE, 25728 del Injerto Vascular Recto Estándar con Soporte Externo.

### 4. PENDIENTES DE RESPUESTAS:

- a. Nota DNEyGTS-G-N° 2164 del 30 de junio de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión de la ficha Catéter o cánula de traqueotomía con o sin balón. Mediante la nota N° 52, queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- b. Nota DNEyGTS-G-N° 2160 del 30 de junio de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión de la ficha Stent coronario cubierto con droga antiproliferativa. Mediante la nota N° 53, queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- c. Nota DS/CTNI/726-2010. Mediante nota N° 47 queda pendiente de respuesta por parte de las instituciones.
- d. Nota DNEyGTS-G-N° 2074 del 23 de mayo de 2010, sobre las Aguja para Sistema Implantable de Acceso Vascular. Mediante nota N° 48 queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- e. Nota DNEyGTS-G-N°2261 del 06 de julio de 2010, sobre las Bandejas de Cirugía Cardiovascular. queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- f. Nota DC No. 64 del 26 de julio de 2010, enviada por el Patronato del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en la cual solicitan la revisión de las fichas técnicas 40039 y 40078, correspondiente a los Ventiladores para pacientes pediátrico y adulto. Mediante Nota 56 queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- g. Nota DG-CM-ION-592-07-2010 del 29 de julio de 2010, enviada por el Instituto Oncológico Nacional, en la cual solicitan la creación de la ficha Técnica para el Dispositivo Medico: Reservorio para Retiro de Liquido Cefalorraquídeo. Mediante Nota 59 queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- h. Nota DNEyGTS-N°2809 del 17 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la revisión y creación del CTNI de las pinzas bipolar. Mediante la nota N° 72, queda pendiente de respuesta por parte del Instituto de medicina física y rehabilitación.
- i. Nota DNEyGTS-N°2952 del 31 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la eliminación de la ficha técnica 51425 del Equipo sistema de desfibrilador automático implantable. Mediante la nota N° 74, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- j. Nota DNEyGTS-N° 3020 del 02 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la revisión de la ficha técnica 26701, 31534 y 50282 quedando pendiente la ficha 50282 del Separador en forma de S rehusable. Mediante la nota N° 79, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.

- k. Nota 365/DIDT/DGS del 23 de septiembre de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnológico en Salud del MINSA, en la cual indica envía respuesta del Catéter balón sobre la guía. . Mediante la nota N° 87, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- l. Nota DNEyGTS-G-N°3482 del 8 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la solicitan la homologación de la ficha técnica de Taladro tipo Pistola de Batería para Ortopedia. Mediante nota CTNI-SMQ-89-2010 donde solicita que se les indique que se desea homologar ya que esta ficha Técnica existe en la Base de Datos, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- m. Nota S.OFT.CH.DR.A:A.M. nota 293-10 del 25 de agosto e 2010, enviada por el CHM de la Caja de Seguro Social en la cual solicita la homologación de la Unidad de Retina para el servicio de oftalmología. El subcomité le envía nota CTNI-SMQ-90-2010 a la institución.
- n. Nota DNEyGTS-G-N° 3570 del 15 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social en la cual solicita la revisión de la ficha 49773 y 49705. El subcomité le envía nota CTNI-SMQ-91-2010 a la institución.
- o. Nota DM-N 193-2010, del 22 de abril de 2010, enviada por el Hospital del Niño, en respuesta de la nota DS/CTNI-302-2010 de los kit Para Colocación de Dispositivo para Cierre Percutáneo de la Comunicación Interatrial (Cia). El subcomité le envía nota CTNI-SMQ-94-2010 a la institución.

#### 5. PARA HOMOLOGACION:

- Se programa para el 16 de Noviembre la homologación de la Bandeja de tubos para infantes (Nota DM-N 235-2010, del 07 de Octubre de 2010, enviada por el Hospital del Niño).
- Se programa para el 17 de Noviembre la homologación del Equipo de Electromiografía (Nota 435/UEGV/HST del 07 de Octubre de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomás, Nota DNEyGTS-N° 3436 del 05 de Octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social).
- Se programa para el 18 de Noviembre la homologación Sistema de retracción básico bookler para cirugías, Sistema básico de retracción universal para cirugías (Nota DNPSS/UTPSS/165/MQ del 29 de Septiembre de 2010, Nota DNPSS/UTPSS/166/MQ del 29 de Septiembre de 2010, enviada por Provisión y Servicios)
- Se programa para el 18 de noviembre la homologación con las empresas, de acuerdo a la reunión con los especialistas el 27 de octubre de 2010, el Sistema de retracción brazo flexible universal para cirugía laparoscopica, Sistema de retracción brazo rígido para cirugía laparoscopica y abierta, Bandeja de instrumental de laparoscopia, Bandeja para cirugía laparoscopica reutilizable ficha técnica 53110, 100436.
- Se programa para el 24 de Noviembre la homologación del Equipo de Electroencefalógrafo multifuncional de 32 canales (Nota 435/UEGV/HST del 07 de Octubre de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomás).
- Se programa para el 01 de diciembre la homologación del Sistema con navegador con luz quirúrgica de alto poder libre de cables. (Nota DNPSS/UTPSS/171/MQ del 29 de Septiembre de 2010, enviada por Provisión y Servicios)
- Se programa para el 02 de diciembre la homologación de electrocardiógrafo de 6 canales, Monitor ambulatorio, Equipo para estudios de EMG/PE/VCN/EO/ERG de 4 canales o más (DNEyGTS-G-N° 3662 del 26 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social).
- Se programa para el 07 de diciembre la homologación de Bandeja de Tonsila para la cirugía Amigdalotomía (Nota 1242-DPSS del 28 de octubre de 2010, enviada por la Dirección Nacional de Provisión del Ministerio de Salud)
- Se programa para el 15 de diciembre la homologación de Sistema portátil para evaluación vascular periférica (Nota DNEyGTS-G-N° 3694 del 27 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social)
- Se programa para el 16 de diciembre la homologación de Torre de Endoscopia de Alta Definición (Nota 1257-DPSS del 2 de noviembre de 2010, enviada por la Dirección Nacional de Provisión del Ministerio de Salud)

- Se programa para el 12 de enero la homologación de Sistema de Marcapaso Bicameral con Actividad de Frecuencia (Nota DNEYGTS-G-N° 3755 del 1 de noviembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social)
- Se programa para el 13 de enero la homologación de los Esfigmomanómetro (Nota 373/DIDTS/DGS del 28 de septiembre de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo)

#### 6. ASUNTOS VARIOS:

- Se revisó el Acta 1 de Especialidades Médicas del 24 de abril de 2007 de la Homologación de la Mesa de Cirugía Mayor con Accesorios para Cirugía General y Ortopedia con Ficha Técnica 48287, a solicitud del Ing. Ricardo Soriano del Departamento Nacional de evaluación y Gestión de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social mediante un Correo Electrónico, a su vez se revisaron puntos de acuerdo al primer acta de homologación.
- Nota 1249-DPSS del 1 de noviembre de 2010, enviada por la Dirección Nacional de Provisión del Ministerio de Salud, en la cual solicitan la creación de la Ficha Técnica correspondiente a Manopla (Guante) desechable. El subcomité procede con lo solicitado
- Se reviso la ficha 47808 del Equipo de autotransfusión para recuperación de sangre, de acuerdo a lo consensuado mediante notas con el subcomité de Laboratorio, los cuales inhabilitaron la ficha 62208 (Cell Saber)
- Se reviso la ficha 22164 de la Esponja desechable con jabón neutro y 27822 del Gel de ultrasonido en la cual se indica que no requiere de C/T y R/S de acuerdo a la nota 2434-10 de Farmacias y Drogas.
- Se revisa la Circula N° 34 CTNI de 08 de noviembre de 2010, en la cual se invita al coordinador y suplente del subcomité a una reunión el viernes 12 de noviembre.
- De acuerdo a la nota CTNI-SMQ-90-2010 de 21 de octubre de 2010, el subcomité solicita que le envíen nota al subcomité de laboratorio en la cual se les indique sobre la reunión del 25 de noviembre, en la cual se hablara sobre el Microgotero.
- Se revisa la ficha 43937 de la prueba de ureasa para detección de Helicobacter.

Siendo la 2:30 p.m., se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

#### APROBADO

Nombre	Institución	Firma
Dr. Alejandro Martínez	Ministerio de Salud	_____
Licda. Ana E. de Saira	Ministerio de Salud	
Licda. Xenia Pryce	Caja de Seguro Social	EXCUSA
Licda. Ana de Ramos	Caja de Seguro Social	EXCUSA
Dr. Marcos Young	Complejo Hospitalario Metropolitano	NO ASISTIO
Dr. José Remon	Complejo Hospitalario Metropolitano	NO ASISTIO
Licda. Monique de Bonilla	Instituto Oncológico Nacional	_____
Licda. Nilda de Gumbs	Instituto Oncológico Nacional	

Licda. Aurelia de Castro	Hospital del Niño	
Licda. Edesmilda Cedeño	Hospital Santo Tomas	EXCUSA
Licda. Gloria de Fajardo	Hospital Santo Tomas	EXCUSA
Dr. Iván Olivardía	Hospital de Especialidades Pediátricas	
Licda. Nicolasa Gálvez	Hospital de Especialidades Pediátricas	

---

**Magíster Jackeline Sánchez**  
Secretaria Ejecutiva-CTNI

MQ/JS/em