

Acta N° 118

Subcomité de Medicoquirúrgico

Fecha: 21 de octubre de 2010

Hora: 8:00 a. m.

Hay Quórum

Reunión ordinaria

Miembros participantes:

Licda. Ana de Suiira del Ministerio de Salud

Licda. Xenia Pryce de la Caja de Seguro Social

Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social

Licda. Edesmilda Cedeño del Hospital Santo Tomas

Dr. Iván Olivardía del Hospital de Especialidades Pediátricas

Licda. Nilda Gumbs del Instituto Oncológico Nacional

La Licda. Nicolasa Gálvez del Hospital de Especialidades Pediátricas se retiró enferma.

La Licda. Aurelia Castro del Hospital del Niño se retiró por compromisos personales.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y discusión de Correspondencia
3. Pendiente a revisar
4. Homologación
5. Para homologación
6. Asuntos Varios

1. VERIFICACION DEL QUORUM

1. Siendo las 8:00 a.m. se da inicio a la reunión ordinaria correspondiente al día de hoy con la participación de ocho (8) Sub-comisionados.

2. LECTURA Y DISCUSION DE CORRESPONDENCIA:

Se reviso lo siguiente:

- a. Nota DNEyGTS-G-N°3570-2010, del 15 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan se les informe con número de ficha técnica fue reemplazada el CTNI 49773 “Pinza para Cortar Lamabres Tipo MCGEE para Microcirugía de oído” Y CTNI 49705 “Micro Pinza Otica tipo Fisch”. Se hizo una nota al respecto y se procedió a lo solicitado por la Institución.
- b. Nota 404/DIDT/DGS del 08 de octubre de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnológico en Salud del MINSa, en la cual solicita la revisión de las fichas de 25022 de la Pinza Hemostática Crile. Se procedió a lo solicitado por el Departamento.
- c. Nota 1202-DPSS de 15 de octubre de 2010, enviada por la Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Se procedió a lo solicitado por la Dirección.
- d. Nota DNEyGTS-G-N° 3504 del 11 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión del Laringoscopio Óptico Desechable de dos Canales para Introducir el Tubo Endotraqueal. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- e. Nota DNEyGTS-G-N° 3548 del 13 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la creación del número de CTNI de Implantes para Reconstrucción de Tenedores Pasivo y/o Activo. Se procedió a lo solicitado por la Institución.
- f. Nota DNEyGTS-G-N°3575 del 18 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la revisión de la “Tijera Metzenbaum Fina en S”. Se procedió a lo solicitado por la Institución.
- g. Nota DNEyGTS-G-N°3597 del 18 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la que solicitan la creación del número de CTNI de la Bolsa

de Polietileno Estérelis de Leche, Sistema de Caterización Venosa Central De Inserción Periférica. Se procedió a lo solicitado por la Institución.

- h. Nota 397/DIDT/DGS del 07 de octubre de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnológico en Salud del MINSA, en la cual solicita la revisión de las fichas de 22900 de la Prueba de penetración de vapor de uso diario. Se hizo nota al respecto.
- i. Nota DNEyGTS-G-N°3549 del 13 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro social, en la cual solicitan la creación del número de CTNI del Injerto Osteoconductor Hueso de Alta Resistencia. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- j. Nota DNEyGTS-G-N° 3517 del 12 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión de la Esponja para tratamiento de heridas. Se revisó el 14 de octubre de 2010.

3. PENDIENTE PARA REVISAR

- a. Nota DM-N 193-2010, del 22 de abril de 2010, enviada por el Hospital del Niño, en respuesta de la nota DS/CTNI-302-2010 de los kit Para Colocación de Dispositivo para Cierre Percutáneo de la Comunicación Interatrial (Cia).
- b. Nota 372/DIDT/DGS del 21 de septiembre de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnológico en Salud del MINSA, en la cual solicita la revisión de las fichas 30571, 42589, 40075, 30573, 48790, 49171.
- c. Nota P-1291-P-HEV-DC/CSS del 14 de octubre de 2010, enviada por la empresa Promoción Médica, S.A., en la cual informan que la Ficha Técnica 27732 está actualmente inhabilitada y que por tal razón, solicitan que el Acto Público N°2101490-06-01 sea suspendido.
- d. DNEyGTS-G-N°3573 del 15 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual envían fichas técnicas para la creación de instrumento de engrapado laparoscópico cortante articulado de 60mm para tejido norma, instrumento de engrapado laparoscópico cortante articulado de 60mm para tejido intermedio, instrumento de engrapado laparoscópico cortante articulado de 60mm para tejido grueso, recarga de instrumento de engrapado lineal cortante articulado laparoscópico para tejido normal, recarga de instrumento de engrapado lineal cortante articulado laparoscópico para tejido intermedio, recarga de instrumento de engrapado lineal cortante articulado laparoscópico para tejido grueso, Anillo asimétrico para anuloplastia mitral.

4. PENDIENTES DE RESPUESTAS:

- a. Nota DNEyGTS-G-N° 2164 del 30 de junio de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión de la ficha Catéter o cánula de traqueotomía con o sin balón. Mediante la nota N° 52, queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- b. Nota DNEyGTS-G-N° 2160 del 30 de junio de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión de la ficha Stent coronario cubierto con droga antiproliferativa. Mediante la nota N° 53, queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- c. Nota DS/CTNI/726-2010. Mediante nota N° 47 queda pendiente de respuesta por parte de las instituciones.
- d. Nota DNEyGTS-G-N° 2074 del 23 de mayo de 2010, sobre las Aguja para Sistema Implantable de Acceso Vascular. Mediante nota N° 48 queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- e. Nota DNEyGTS-G-N°2261 del 06 de julio de 2010, sobre las Bandejas de Cirugía Cardiovascular. queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- f. Nota DC No. 64 del 26 de julio de 2010, enviada por el Patronato del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en la cual solicitan la revisión de las fichas técnicas 40039 y 40078, correspondiente a los Ventiladores para pacientes pediátrico y adulto. Mediante Nota 56 queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- g. Nota DG-CM-ION-592-07-2010 del 29 de julio de 2010, enviada por el Instituto Oncológico Nacional, en la cual solicitan la creación de la ficha

Técnica para el Dispositivo Medico: Reservorio para Retiro de Liquido Cefalorraquídeo. Mediante Nota 59 queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.

- h. Nota DNEyGTS-N°2809 del 17 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la revisión y creación del CTNI de las pinzas bipolar. Mediante la nota N° 72, queda pendiente de respuesta por parte del Instituto de medicina física y rehabilitación.
- i. Nota DNEyGTS-N°2952 del 31 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la eliminación de la ficha técnica 51425 del Equipo sistema de desfibrilador automático implantable. Mediante la nota N° 74, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- j. Nota DNEyGTS-N° 3020 del 02 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la revisión de la ficha técnica 26701, 31534 y 50282 quedando pendiente la ficha 50282 del Separador en forma de S rehusable. Mediante la nota N° 79, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- k. Nota 365/DIDT/DGS del 23 de septiembre de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnológico en Salud del MINSA, en la cual indica envía respuesta del Catéter balón sobre la guía. . Mediante la nota N° 87, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- l. Nota DNEyGTS-G-N°3482 del 8 de octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la solicitan la homologación de la ficha técnica de Taladro tipo Pistola de Batería para Ortopedia. Mediante nota CTNI-SMQ-89-2010 donde solicita que se les indique que se desea homologar ya que esta ficha Técnica existe en la Base de Datos, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.

5. HOMOLOGACION:

- Se realizo la homologación de la Cama Eléctrica de Adulto con Batería. (Nota DMS-N-2297-2010 de 14 de Octubre de 2010, enviada por el Ministro de Salud)
- Se realizó la homologación del Espirómetro Computarizado (Nota DNEyGTS-N°2868 del 23 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social).

6. PARA HOMOLOGACION:

- Se programa para el 27 de octubre de 2010 la homologación del Sistema de retracción brazo flexible universal para cirugía laparoscopica, Sistema de retracción brazo rígido para cirugía laparoscopica y abierta, Bandeja de instrumental de laparoscopia, Bandeja para cirugía laparoscopica reutilizable ficha técnica 53110, 100436, (Nota DNPSS/UTPSS/170/MQ del 29 de Septiembre de 2010, enviada por Provisión y Servicios, Nota DNPSS/UTPSS/167/MQ del 29 de Septiembre de 2010, enviada por Provisión y Servicios, Nota DNPSS/UTPSS/162/MQ del 23 de Septiembre de 2010, enviada por Provisión y Servicios, Nota DNEyGTS-N° 3153 del 13 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social)
- Se programa para el 28 de octubre la homologación del Sistema con navegador con luz quirúrgica de alto poder libre de cables. (Nota DNPSS/UTPSS/171/MQ del 29 de Septiembre de 2010, enviada por Provisión y Servicios)
- Se programa para el 16 de Noviembre la homologación de la Bandeja de tubos para infantes (Nota DM-N 235-2010, del 07 de Octubre de 2010, enviada por el Hospital del Niño).
- Se programa para el 17 de Noviembre la homologación del Equipo de Electromiografía (Nota 435/UEGV/HST del 07 de Octubre de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomás, Nota DNEyGTS-N° 3436 del 05 de Octubre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social).
- Se programa para el 18 de Noviembre la homologación Sistema de retracción básico bookler para cirugías, Sistema básico de retracción universal para cirugías (Nota DNPSS/UTPSS/165/MQ del 29 de Septiembre de 2010, Nota DNPSS/UTPSS/166/MQ del 29 de Septiembre de 2010, enviada por Provisión y Servicios)
- Se programa para el 24 de Noviembre la homologación del Equipo de Electroencefalógrafo multifuncional de 32 canales (Nota 435/UEGV/HST del 07 de Octubre de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomás).

7. ASUNTOS VARIOS:

- Se revisó las Fichas Técnicas N°: 101957, 101958, 101870.
- Se revisó la nota CTNI/LAB/22-2010 del 19 de octubre de 2010, enviada por el Subcomité de Laboratorio, relacionada con la Ficha Técnica N°34014 correspondiente al Equipo de Transfusión para Niños (microgoteros) y en la cual además solicitan una reunión con el subcomité de Medicoquirúrgico. Se procede a enviarle una nota a la Secretaria Ejecutiva, Licda. Jackeline Sánchez al respecto.
- Se revisó la nota S/N del 20 de octubre de 2010, enviada por la empresa Droguería Ramón González Revilla, en la cual solicitan la revisión de la Ficha técnica N°57121 correspondiente a Stent Coronario Cubierta con droga Anti-Proliferativa con Cubierta de Acción Inmunosupresiva.
- Se revisó la Resolución 068 de 19 de octubre de 2010, en la Comisión Nacional de Registro Nacional de Oferentes suspende a la empresa Bormédica Corporation, S.A.

Siendo la 3:10 p.m., se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

APROBADO

Nombre	Institución	Firma
Dr. Alejandro Martínez	Ministerio de Salud	_____
Licda. Ana E. de Saira	Ministerio de Salud	
Licda. Xenia Pryce	Caja de Seguro Social	
Licda. Ana de Ramos	Caja de Seguro Social	
Dr. Marcos Young	Complejo Hospitalario Metropolitano	NO ASISTIO
Dr. José Remon	Complejo Hospitalario Metropolitano	NO ASISTIO
Licda. Monique de Bonilla	Instituto Oncológico Nacional	_____
Licda. Nilda de Gumbs	Instituto Oncológico Nacional	
Licda. Aurelia de Castro	Hospital del Niño	SE RETIRO
Licda. Edesmilda Cedeño	Hospital Santo Tomas	
Licda. Gloria de Fajardo	Hospital Santo Tomas	_____
Dr. Iván Olivardía	Hospital de Especialidades Pediátricas	
Licda. Nicolasa Gálvez	Hospital de Especialidades Pediátricas	SE RETIRO

Magíster Jackeline Sánchez
Secretaria Ejecutiva-CTNI

MQ/JS/am