

Acta N° 106 **Subcomité de Medicoquirúrgico**

Fecha: 23 de septiembre de 2010

Hora: 8:00 a. m.

Hay Quórum

Reunión ordinaria

Miembros participantes:

Dr. Alejandro Martínez del Ministerio de Salud

Licda. Xenia Pryce de la Caja de Seguro Social

Licda. Ana de Ramos de la Caja de Seguro Social

Licda. Gloria de Fajardo del Hospital Santo Tomas

Licda. Aurelia Castro del Hospital del Niño

La Licda. Nicolasa Gálvez del Hospital de Especialidades Pediátricas

Dr. Iván Olivardía del Hospital de Especialidades Pediátricas

La Licda. Ana de Suira del Ministerio de Salud, se encuentra de vacaciones.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y discusión de Correspondencia
3. Pendiente a revisar
4. Homologación
5. Para homologación
6. Asuntos Varios

1. VERIFICACION DEL QUORUM

1. Siendo las 8:00 a.m. se da inicio a la reunión ordinaria correspondiente al día de hoy con la participación de siete (7) Sub-comisionados.

2. LECTURA Y DISCUSION DE CORRESPONDENCIA

- a. Nota DNEyGTS-G-N° 2261 del 06 de julio de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la creación de la ficha técnica de Bandeja de Cirugía Cardiovascular. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- b. Nota DNEyGTS-G-N° 3077 del 08 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la ampliación de la ficha técnica de la Sutura para Reparación de Cuerda Tendinosa. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- c. Nota DNEyGTS-G-N° 3109 del 06 de julio de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la modificación de la ficha técnica de Aguja para Biopsia por Aspiración Transbroquial. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- d. Nota DNEyGTS-G-N° 3222 del 17 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la creación de la ficha técnica de Fijador de Apósito. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- e. Nota DNEyGTS-G-N° 3188 del 14 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita ampliar la descripción del Dispositivo Medico No. 30063 Cureta Tipo Randall para Biopsia Uterina y asignar nivel de riesgo force. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- f. Nota DNEyGTS-G-N° 3189 del 14 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita ampliación de la ficha técnica Instrumental para Histeroscopia 100597. Se procede a lo solicitado por la Institución.

- g. Nota DP-CHMDRAAM del 16 de Septiembre de 2010, enviada por el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, en relación a lo acontecido en la compra de menor cuantía No. 2105116-08-31 celebrada el 15 de julio de 201, para la adquisición de una pesa digital tipo silla con numero de CTNI 48102, en la cual la empresa DMD, S.A. Adjunto una literatura que se contradecía con lo solicitado. No damos por enterados.
- h. Nota 369/UEGV/HST del 13 de Septiembre de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomas en la cual solicitan la revisión de la Ficha Técnica No. 28546 referente al sistema de Tubo placa para compresión de Cadera 135.
- i. Nota DNEyGTS-G-N° 2815 del 18 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita creación de la ficha técnica Dispositivo sintético absorbible para cierre de herida de Poliglyconato, con Terminación Final en Laso. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- j. Nota DNEyGTS-G-N° 3265 del 20 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en referencia a la nota DS/CTNI/1208 de los Insumos Bioprótesis Aortica de Pericardio. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- k. Nota DNPSS/UTPSS/161/MQ del 16 de Septiembre de 2010, enviada por el Departamento de Provision de Servicio de Salud del MINSa, en la cual da respuesta de la nota 1209 del 9 de septiembre de 2010 en donde solicita mas información de el volumen del aspirador nasal al igual que el vaso de medicamento y del recipiente de placenta. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- l. Nota 308 del 16 de Septiembre de 2010, enviada por el Departamento de Provision de Servicio de Salud del MINSa, en la cual da respuesta de la nota 1209 del 9 de septiembre de 2010 en donde solicita mas información de el volumen del aspirador nasal al igual que el vaso de medicamento y del recipiente de placenta. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- m. Nota 308/DIDTS/DGS DEL 26 DE AGOSTO DE 2010, enviada por el Dr. Olarte del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, en la cual solicita saber si los insumos de las fichas técnicas 101246, 101247 y 101248 requieren de Registro Sanitario. Se le da respuesta mediante nota CTNI-SMQ-81-2010.

3. PENDIENTE PARA REVISAR

- a. Nota DM-N 193-2010, del 22 de abril de 2010, enviada por el Hospital del Niño, en respuesta de la nota DS/CTNI-302-2010 de los kit Para Colocación de Dispositivo para Cierre Percutáneo de la Comunicación Interatrial (Cia).
- b. Nota 291/DIDT/DGS del 12 de agosto de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnológico en Salud del MINSa, en la cual solicita una reevaluación de las fichas correspondiente a Bolsas de Esterilización.
- c. Nota sin número de Electrónica Medica, S.A., del 14 de Septiembre de 2010, en referencia a la Ficha Técnica 31721 correspondiente al Sistema de Marcapaso
- d. Nota DNEyGTS-G-N° 3153 del 13 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la modificación de la ficha técnica No. 53110 Bandeja de Instrumental para Laparoscopia.
- e. Nota DNEyGTS-G-N° 3167 del 14 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión y creación en familia de las fichas técnicas Micro Pinza 49706, 49707 y 49708.

4. PENDIENTES DE RESPUESTAS:

- a. Nota DNEyGTS-G-N° 2164 del 30 de junio de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión de la ficha Catéter o cánula de traqueotomía con o sin balón. Mediante la nota N° 52, queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- b. Nota DNEyGTS-G-N° 2160 del 30 de junio de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la revisión de la ficha Stent coronario cubierto con droga antiproliferativa. Mediante la nota N° 53, queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- c. Nota DS/CTNI/726-2010. Mediante nota N° 47 queda pendiente de respuesta por parte de las instituciones.

- d. Nota DNEyGTS-G-N° 2074 del 23 de mayo de 2010, sobre las Aguja para Sistema Implantable de Acceso Vascular. Mediante nota N° 48 queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- e. Nota DNEyGTS-G-N°2261 del 06 de julio de 2010, sobre las Bandejas de Cirugía Cardiovascular. queda pendiente de respuesta por parte de la institución.
- f. Nota DC No. 64 del 26 de julio de 2010, enviada por el Patronato del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en la cual solicitan la revisión de las fichas técnicas 40039 y 40078, correspondiente a los Ventiladores para pacientes pediátrico y adulto. Mediante Nota 56 queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- g. Nota DG-CM-ION-592-07-2010 del 29 de julio de 2010, enviada por el Instituto Oncológico Nacional, en la cual solicitan la creación de la ficha Técnica para el Dispositivo Medico: Reservorio para Retiro de Liquido Cefalorraquídeo. Mediante Nota 59 queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- h. Nota DNEyGTS-N°2809 del 17 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la revisión y creación del CTNI de las pinzas bipolar. Mediante la nota N° 72, queda pendiente de respuesta por parte del Instituto de medicina física y rehabilitación.
- i. Nota DNEyGTS-N°2952 del 31 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la eliminación de la ficha técnica 51425 del Equipo sistema de desfibrilador automático implantable. Mediante la nota N° 74, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.
- j. Nota DNEyGTS-N° 3020 del 02 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicitan la revisión de la ficha técnica 26701, 31534 y 50282 quedando pendiente la ficha 50282 del Separador en forma de S rehusable. Mediante la nota N° 79, queda pendiente de respuesta por parte de la Institución.

5. HOMOLOGACION:

- Se realizo la homologación de las fichas técnicas 46231, 44062 y del Espirómetro (Nota DNEyGTS-N°2868 del 23 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social), el día lunes 20 de septiembre.
- Se realizo la homologación la homologación de las Fichas de las Cabina de Fototerapia combinada con Luz UVA y UVB de banda estrecha eléctrica (Nota DNEyGTS-G-N° 2610-2010 del 02 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social).

6. PARA HOMOLOGACION:

- Se programa para el 27 de septiembre la homologación de dril eléctrico o neumático de alta velocidad, con accesorios para neurocirugía y ortopedia (Nota DNEyGTS-N°2862 del 20 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social).
- Se programa para el 29 de septiembre de 2010 la homologación de Dispositivos Médicos utilizados en la reparación quirúrgica de la incontinencia urinaria (Nota DNEyGTS-N°2762 del 13 de agosto de 2010 y Nota DNEyGTS-N°2699 del 10 de agosto de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social).
- Se programa para el 30 de septiembre de 2010 la homologación de las fichas técnicas 49447, 43732, 50376, 22019, 49418, 100322 (Nota 348/UEGV/HST del 30 de agosto de 2010, enviada por el Hospital Santo Tomas)
- Se programa para el 07 de octubre de 2010 la homologación de las fichas técnicas 40041, 48285 y 48287 correspondiente a la mesa de cirugía (Nota 318/DIDTS/DGS del 30 de agosto de 2010, enviada por el Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud)
- Se programa para el 27 de septiembre de 2010 la homologación de las fichas técnicas 100611 (Nota 1115-DPSS del 17 de Septiembre de 2010, enviada por Provisión de Salud)

7. ASUNTOS VARIOS:

- Se revisan las Fichas Técnicas N° 28824, 26165, 41574, 101756, 101759, 100697, 24030, 101732, 101731, 101730, 101762 y 24049
- Se elimina la Ficha Técnica 24365 por la 101761 según nota DNEyGTS-G-N° 2995-2010 del 31 de agosto de 2010.
- Nota DM-N 485, del 22 de septiembre de 2010, enviada por el Hospital del Niño, solicitando la creación de la Ficha Técnica para Introdutores Pediátricos. Se procede por lo solicitado por la Institución.
- Nota DNEyGTS-G-N° 3154 del 13 de Septiembre de 2010, enviada por la Caja de Seguro Social, en la cual solicita la ampliación de la ficha técnica No. 26168. Se procede a lo solicitado por la Institución.
- Las Especialitas en Nutrición, se reunieron el día 22 de septiembre del presente años, para revisar la Ficha Técnica No. 100352 del Suplemento Nutricional en Polvo para Paciente con Insuficiencia Renal Critica la cual actualizaron como consta en el acta 104 del 22 de septiembre de 2010.

Siendo la 2:50 p.m., se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

APROBADO

Nombre	Institución	Firma
Dr. Alejandro Martínez	Ministerio de Salud	
Licda. Ana E. de Saira	Ministerio de Salud	VACACIONES
Licda. Xenia Pryce	Caja de Seguro Social	
Licda. Ana de Ramos	Caja de Seguro Social	
Dr. Marcos Young	Complejo Hospitalario Metropolitano	NO ASISTIO
Dr. José Remon	Complejo Hospitalario Metropolitano	NO ASISTIO
Licda. Monique de Bonilla	Instituto Oncológico Nacional	NO ASISTIO
Licda. Nilda de Gumbs	Instituto Oncológico Nacional	NO ASISTIO
Licda. Aurelia de Castro	Hospital del Niño	EXCUSA
Licda. Edesmilda Cedeño	Hospital Santo Tomas	_____
Licda. Gloria de Fajardo	Hospital Santo Tomas	
Dr. Iván Olivardía	Hospital de Especialidades Pediátricas	
Licda. Nicolasa Gálvez	Hospital de Especialidades Pediátricas	

Magíster Jackeline Sánchez
 Secretaria Ejecutiva-CTNI
 MQ/JS/n