

Acta No. 9 de Odontología
Del 23 de julio de 2008

Hoy 23 de julio de 2008 siendo las 10:20 a.m., participaron por parte del Subcomité de Odontología la Dra. Marianela Morales de Hubiedo, Dra. Ángela Vásquez P., Dr. Arodys Almanza, Dra. Gilda Chanis de Crespo, Dr. René Luciani, Dr. Iván Díaz y como asesora en el área de Radiología Odontológica la Dra. Gretel Brown Odontóloga Especialista en Radiología de la C. S.S., como parte del Proceso de Reestructuración y Actualización de las Fichas Técnicas de Odontología donde se revisaron y aprobaron los siguientes cambios:

1. La Ficha Técnica No.70239 que corresponde a Películas Periapicales de Adultos, se mejoró la descripción en cuanto a las características de la velocidad de la película lo cual se relaciona con la sensibilidad a la radiación y características de contraste de la imagen, quedando la siguiente descripción:
 - a) Tamaño No.2.
 - b) En sobres individuales de vinil suave flexible, con esquinas redondeadas, impermeables.
 - c) De alta sensibilidad a la radiación y calidad de contraste, de velocidad tipo F.
 - d) De revelado rápido en cualquier tipo de procesador automático o manual.
 - e) Con película protectora de plomo.

2. La Ficha Técnica No. 70240 que corresponde a Películas Periapicales de Niños queda con la siguiente descripción:
 - a) Tamaño No. 0
 - b) En sobres individuales de vinil suave flexible, con esquinas redondeadas, impermeables.
 - c) De alta sensibilidad a la radiación y calidad de contraste, de velocidad tipo F.
 - d) De revelado rápido en cualquier tipo de procesador automático o manual.
 - e) Con película protectora de plomo.

3. . La Ficha Técnica No. 71548 que corresponde a Películas para Radiografías Oclusales queda con la siguiente descripción:
 - a) Tamaño No. 4
 - b) En sobres individuales de vinil suave flexible, con esquinas redondeadas, impermeables.
 - c) De alta sensibilidad a la radiación y calidad de contraste, de velocidad tipo F.
 - d) De revelado rápido en cualquier tipo de procesador automático o manual.
 - e) Con película protectora de plomo.

4. La Ficha Técnica No. 70224 que corresponde a los Líquidos para Revelado de Radiografías queda con la siguiente descripción:

Líquido Revelador y Fijador de Películas Radiográficas, para ser mezclados con agua. Revelador a base de hidroquinona, dietilene glycol, sulfito de potasio, sulfito de sodio, 4 hidroximetyl-4 methyl, 1 phenyl-3 pyrozodinona y el fijador a base de bisulfito de sodio, ácido acético, ácido bórico, sulfito de amonio, tiosulfato de amonio, sulfato de aluminio. Soluciones concentradas para usar en proceso manual o automático de revelado.

Siendo las 12:00 se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución