Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Acta No. 21 de Odontología
Del 22 de Octubre de 2008

Hoy 22 de octubre de 2008 siendo las 9:20 a.m., participaron por parte del Subcomité de Odontología la Dra. Marianela Morales de Hubiedo, Dra. Ángela Vásquez P., Dra. Gilda Chanis de Crespo, Dr.René Luciani, Dr. Iván Diaz , y por parte de el departamento de Tecnologia Sanitaria de la Caja de Seguro Social el Ingeniero Ricardo Soriano, continuando con el Proceso de Reestructuración y Actualización de las Fichas Técnicas de Odontología y por sugerencia del Departamento Nacional de Evaluación y Gestión de Tecnología de la Caja de Seguro Social, revisaron la Ficha Técnica Nº 70905: AUTOCLAVE DE MESA AUTOMÁTICA ENTRE 23 Y 28 LITROS HOMOLOGADO 24-8-05 , 14-2-07, 2-5-07 Y 29-8-07, donde se decidió lo siguiente:

- Ampliar el rango de capacidad de la cámara entre 21.5 y 28 litros.

Siendo las 12:00 se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

Nombre	Empresa o Institución