

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Hospital Santo Tomas

Unidad Ejecutora: Hospital Santo Tomás

Nombre del Director o Jefe de la Institución: Elías Garcia Mayorca

Nombre del Jefe del Servicio: Félix Sánchez Peña

Nivel de Atención: Nivel III: Hospitales de Especialidades, Institutos

Clasificación de Nivel de Riesgo: A - Bajo Riesgo. Instrumentos quirurgicos simples, depresor lingual

Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO

Tipo de Producto: Instrumental

Nombre Genérico: Sistema de Retracción Cervical Anterior Tipo Thompson

Descripción del Producto:

Sistema de retracción para acceso a la columna cervical con hojas radiolucientes de aluminio anodizado. Provee retracción independiente del esófago, tráquea y nervios así como la capacidad de elevar el longus coli.

Especificaciones Técnicas

Sistema de retracción para acceso a la columna cervical con hojas radiolucientes de aluminio anodizado.

Componentes del Sistema:

1. 1 Poste con soporte para brazo de altura 11"
2. 2 Brazos Angulados 20" (10"x10")
3. 4 mangos para Retractor de 8" con angulación rápida.
4. 2 Mangos de Retractor con Micro Ajuste de 9"
5. 2 Mango en T
6. 2 Manipular de mango para ajuste de hojas S-Lock
7. 2 Brazos Extensores de 12" con soporte para mangos
8. 2 Extensores de poste de 15"
9. 1 Bandeja para instrumentos
10. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x35 mm
11. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x40 mm
12. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x45 mm
13. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x50 mm
14. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x55 mm
15. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x60 mm
16. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x65 mm
17. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x70 mm
18. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x75 mm
19. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x80 mm
20. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x30 mm
21. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x40 mm
22. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x50 mm
23. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x60 mm
24. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x70 mm

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

- 25. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x35 mm
- 26. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x40 mm
- 27. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x45 mm
- 28. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x50 mm
- 29. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x55 mm
- 30. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x60 mm
- 31. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 14x35 mm
- 32. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x40 mm
- 33. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x45 mm
- 34. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x50 mm
- 35. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x55 mm
- 36. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x60 mm
- 37. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x65 mm
- 38. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x70 mm
- 39. 1 Hoja de Retractor Radioluciente de línea media Derecha 70x83 mm
- 40. 1 Hoja de Retractor Radioluciente de línea media Izquierda 70x83 mm
- 41. 1 Hoja de Retractor Radioluciente Odontoide 20x90 mm
- 42. 1 Medidor de profundidad 150 mm
- 43. 1 Bandeja para instrumentos (23" x 10 ¼ " x 2")
- 44. 1 Luz LED mini para retractor
- 45. 2 mini Luz LED de Clip para retractor
- 46. 1 Contenedor para luces 6 ¼" x 4 ½ "
- 47. 1 Fuente de luz LED

Fecha de Expiración:

Presentación: Unidad

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

N/A

Correo: neurocirugia@hst.gob.pa

Teléfono: 5075600

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud