

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE FICHA TÉCNICA

No. de ficha de CTNI: 40041

Nombre de la Institución: Complejo Hospitalario Metropolitano

Unidad ejecutora: Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid

Nombre del Director o Jefe de la Institución: Roberto Zing

Nombre del Jefe del Servicio: Franklin Carrillo

Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO

Actualización: MESA DE CIRUGIA CON ACCESORIOS PARA CIRUGIA GENERAL, CON CAPACIDAD PARA USAR ACCESORIOS DE NEUROCIRUGIA Y ORTOPEDIA

Donde dice: Características y especificaciones técnicas.
 13. Sistema elevador de riñón de 7.62cm (3") mínimo o posición flexible anatómica.
 14. Sistema de tope o túnel radiográfico
 16. alimentación eléctrica entre 110/120 VAC, 60Hz o autorregulable o conmutable.
 Accesorios:
 4. Restringidor de paciente de material conductivo

Debe decir: Características y especificaciones técnicas.
 13. Sistema elevador de riñón desde 5.08 cm (2") mínimo o posición flexible anatómica.
 14. Con o sin sistema de tope o túnel radiográfico
 16. alimentación eléctrica entre 110 a 240 VAC, entre 50 a 60Hz o autorregulable o conmutable.
 Accesorios:
 4. Con o sin Restringidor de paciente de material conductivo

Sustentación: Nuestra mesa Quirurgica no cuenta con las especificaciones que estamos actualizando.

Correo: betzy@palmsa.com.pa

Teléfono: 6747-3111

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud